

**ZAŁĄCZNIK NR 3.13a do SIWZ zmiana odp.1
WYMAGANIA TECHNICZNE**

Dozownik tlenu z przepływomierzem – 8 szt.

lp	opis	podać
1	Wykonawca/Producent	
2	Nazwa-model/typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Rok produkcji	2014

Lp.	Wymagane minimalne parametry i funkcje	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)
Dozownik tlenu z przepływomierzem – 8 szt.			
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2014	TAK	
2*	Złącze zasilające typu AGA	TAK	
3*	Przepływomierz i nawilżacz do pobierania tlenu obniżone ciśnienie 0.6 MPa	TAK	
4*	Regulacja ilości tlenu podawanej pacjentowi	TAK	
5*	Zakres regulowania przepływu O ₂ 0 ÷ 15 l/min ±10% lub 0 ÷ 17 l/min ±10% zgodnie z odp.1	TAK	
6*	Ciśnienie robocze zasilania tlenem 0,1 ÷ 0,6 MPa lub 0,5Mpa ±10% zgodnie z odp.1	TAK	
7	Pojemnik półprzezroczysty wielokrotnego użytku na wodę destylowaną poj. 200ml	TAK	
8	Sterylizacja butelki w temp 134°C	TAK	
9	Temperatura pracy 5 ÷ 40°C	TAK	
10	Nawilżanie gazu ~ 60%	TAK	
11	Gwarancja min 36 miesięcy	TAK	

* Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.....