

Wymagania techniczne

Przedmiot zamówienia: System Długotrwałego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego Krwi 3 szt

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2014

LP	Parametr	TAK/NIE	OPIS
Parametry rejestratora 3szt			
*	Metoda pomiaru oscylometryczna	TAK	
*	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego	TAK	
*	Pomiar częstości rytmu	TAK	
*	Możliwość podziału okresu badań na 6 podokresów	TAK	
*	Możliwość programowania cykli pomiarowych	TAK	
*	Czas rejestracji większy niż 72 godziny	TAK	
*	Pomiar na żądanie	TAK	
*	Wyświetlacz alfanumeryczny	TAK	
*	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta	TAK	
*	Możliwość wyświetlania na ekranie zmierzonych wartości	TAK	
*	Możliwość zablokowania wyświetlacza	TAK	
*	Współpraca z komputerem klasy PC	TAK	
*	Wykrywanie błędnych pomiarów oraz powtórka pomiaru	TAK	
	Kabel łączący komputer z rejestratorem w zestawie	TAK	
	Mankiet dla dorosłych, kpl. baterii na wyposażeniu	TAK	
	Bezpłatny montaż i szkolenie personelu	TAK	
	Bezpłatny przegląd techniczny po 12 miesiącach użytkowania	TAK	
	Gwarancja min. 36 mies	TAK	
Parametry oprogramowania			
*	Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów, histogramów	TAK	
*	Automatyczna eliminacja błędnych pomiarów	TAK	
*	Możliwość wprowadzenia uwag	TAK	
*	Zaznaczanie na wykresie wartości progowych oddzielnie dla każdego podokresu	TAK	
	Obliczenie procentu pomiarów przekraczających wartości progowe dla całości badania i poszczególnych podokresów	TAK	

	Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie i minimalne dla całości badania jak i dla każdego podokresu	TAK	
	Możliwość archiwizacji danych	TAK	
	Możliwość konfiguracji parametrów pomiarowych	TAK	
	Możliwość konfiguracji raportu	TAK	

* Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.....