

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie- część II**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 5

Pytanie nr 1, dot. wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu przystąpienia do realizacji naprawy z 2 dni roboczych na 5 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 2, dot. wzoru umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu przekazania naprawionego aparatu/sprzętu medycznego do eksploatacji z 5 dni na 2 tygodnie?

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 3, dot. wzoru umowy § 10 ust. 1.1

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kar umownych za zwłokę w wykonywaniu zleconej naprawy na 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie określonym w §6 ust. 2 i ust. 3?

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 4, dot. wzoru umowy § 12 ust. 1b

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na następujący:

b) zmiany stawki podatku VAT (przy czym cena netto pozostanie bez zmian) ?

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 5, dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 6, dot. wzoru umowy § 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny za wystawianie orzeczenia o stanie technicznym urządzeń objętych umową, w tym orzeczenia o wycofaniu urządzenia z eksploatacji z 50 zł brutto na 100 zł brutto?

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 6

Pytanie nr. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z treści SIWZ w całości postanowień dotyczących autoryzacji co pozwoli na złożenie przez serwis nieautoryzowany preferencyjnej pod względem kryterium ceny oferty? Brak aprobaty spowoduje drastyczne zwiększenie kosztów serwisu w.w urządzeń. Ewentualnie: czy wyrazi zgodę na zmianę „dokumentu autoryzacji” na „oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach”?

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę na zmianę postanowień SIWZ- **odpowiednio zmiana załącznika nr 3.7 do SIWZ.**

WYKONAWCA 7

Pytanie nr 1

W związku z przyjętym podziałem przedmiotowego zamówienia na części, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie zadania 6 pozycji nr 6, 7, 8, 15 i 16 tworząc z nich nowe, odrębne zadania. Wniosek w niniejszym zakresie uzasadniamy twierdzeniem, że dokonana w powyższym obszarze modyfikacja SIWZ, w znacznym stopniu przyczyniłaby się do zwiększenia konkurencji między wykonawcami, dającymi gwarancję należytego wykonania tego rodzaju zamówień. Pragniemy jednocześnie nadmienić, że przyjęta obecnie konstrukcja podziału zamówienia na części wyklucza udział doświadczonych i wyspecjalizowanych firm, posiadających poważny potencjał kadrowy, techniczny i logistyczny.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie odrębnego zadania.

Pytanie nr 2

W związku z przyjętymi w § 6 ust. 2 i 3 projektu umowy stanowiącej załącznik do nr 4 SIWZ, zapisami określającymi szczegółowo czas przystąpienia przez wykonawcę do realizacji usługi oraz czas jej wykonania zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie ww. terminów w zaproponowanej poniżej formule. Wniosek w niniejszym zakresie uzasadniamy twierdzeniem, że dokonana w powyższym obszarze modyfikacja zapisów projektu umowy w znacznym stopniu przyczyniłaby się do zwiększenia konkurencji między wykonawcami, dającymi gwarancję należytego wykonania tego rodzaju zamówień. Pragniemy jednocześnie nadmienić, że przyjęcie tak rygorystycznych terminów stawia w uprzywilejowanej pozycji serwisy autoryzowane, które niejednokrotnie bezpośrednio na swych stanowach magazynowych posiadają wszelkie niezbędne części, materiały i podzespoły. Warto zatem mieć na względzie, że pozostali wykonawcy świadczący na rynku tego rodzaju usługi nie mający statusu serwisu autoryzowanego, w określonych sytuacjach są zmuszeni do sprowadzania ww. asortymentu. Czas dostawy określonych materiałów zabezpieczających realizację przedmiotowego zamówienia jest zatem uzależniony od innych przedsięwzięć wspierających takie serwisy jak nasz, w zakresie części wymiennych. Ponadto należy mieć na względzie sytuacje kiedy określony sprzęt nie jest już produkowany i szukanie dodatkowych części zamiennych jest szczególnie utrudnione a przede wszystkim wydłużone w czasie. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że pomimo składanej zamawiającemu propozycji w zakresie wydłużenia terminów o, których mowa w § 6 ust. 2 i 3 projektu umowy, mamy na względzie wszelkie standardy bezpieczeństwa, jakie zapewnić muszą placówki medyczne, dlatego oświadczamy, że w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie ww. terminów wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania zlecenia (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 ust. 2 zdanie pierwsze). W związku z powyższym proponujemy następującą konstrukcję zapisu § 6 ust. 3, tj.: "Wykonawca zobowiązuje się do przekazania naprawionego aparatu/sprzętu medycznego do eksploatacji w ciągu 8 dni roboczych od dnia przystąpienia do realizacji naprawy czyli w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub do wydania w tym terminie orzeczenia o istotnych przyczynach dłuższego terminu naprawy bądź do wydania ekspertyzy o stanie urządzenia nie nadającego się do naprawy".

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę terminów.

WYKONAWCA 8

Pytanie nr 1.

Na podstawie art.38 ust.1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) prosimy o wyjaśnienie oraz o wyrażenie zgody na modyfikację treści SIWZ oraz wzoru umowy wraz z załącznikami w poniższym zakresie: wzór umowy - par 5 ust 3

Prosimy o usunięcie zdania :

„Wykonawca w celu udokumentowania kosztów materiałów/części do naprawy winien przedstawić cennik lub kosztorys, aktualny na dzień złożenia zlecenia naprawy. „

Z uwagi na fakt, że urządzenia składają się z bardzo dużej liczby części, które sprowadzane są z zagranicy i ich cena jest zmienna, nie możemy przedstawić aktualnego cennika na wszystkie części zamienne. Cena części jest podawana na bieżąco na podstawie indywidualnego zapytania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

Wzór umowy – par 5 ust 5 i 6 oraz Formularz ofertowy litera „D”

Prosimy o usunięcie. Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3.

Wzór umowy – par 6 ust 2

Prosimy, celem doprecyzowania, o zmianę w poniższym zakresie:

„Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do realizacji naprawy w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i do niezwłocznego zakończenia wykonania usługi. W przypadku opisanym w § 5 ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do realizacji naprawy w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty akceptacji kosztów, o których mowa w § 5 ust.3, a w przypadku opisanym w § 5 ust. 4 w terminie 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o posiadaniu wszystkich części zamiennych koniecznych do wykonania naprawy. „

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4.

Wzór umowy – par 6 ust 3

Prosimy , celem doprecyzowania, o zmianę w poniższym zakresie:

„ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy zgłoszonej awarii przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przystąpienia do realizacji naprawy czyli w ciągu 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia przez Zamawiającego awarii / od daty akceptacji kosztów / daty powiadomienia, o których mowa w ust. 2 powyżej, lub do wydania w tym terminie orzeczenia o istotnych przyczynach dłuższego terminu naprawy bądź do wydania orzeczenia o stanie urządzenia nie nadającego się do naprawy.”

Zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisów . W szczególności wymiana części, w określonych sytuacjach może nie oznaczać, że urządzenie będzie działać lub będzie działać poprawnie. Może się okazać, że konieczna jest wymiana jeszcze innego elementu urządzenia lub dokonanie dodatkowej naprawy. Zdarza się bowiem, że jest więcej niż jedna przyczyna awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia, ale wykazanie takiej dodatkowej przyczyny (dodatkowych przyczyn) nie jest możliwe bez uprzedniego usunięcia przyczyny stwierdzonej w trakcie pierwszej diagnostyki uszkodzonego urządzenia. W opisanej powyżej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności ani żadnych dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wykonania kolejnej diagnostyki takiego urządzenia lub dokonania kolejnej naprawy takiego urządzenia do czasu zawarcia stosownej umowy/ akceptacji kosztów.

Dodatkowo do wydawania ekspertyz wymagane są stosowne autoryzacje. Wykonawca może wydać orzeczenie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5.

Wzór Umowy Par 8 ust 8 –

Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku przekroczenia kwoty przewidzianej na przeglądy i naprawy Zamawiający nie będzie żądał wykonywania napraw przez Wykonawcę i dalsze czynności serwisowe, będą realizowane na podstawie innych, odrębnych umów/zleceń etc ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma prawo zlecić w ramach umowy przeglądy i naprawy o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w Par 8 ust 7.

Pytanie nr 6.

Wzór umowy – par 10

Prosimy o zgodę na zmianę odniesienia kar umownych do wartości netto. Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7.

Wzór umowy – par 10 ust 1.1 , pierwszy i drugi tiret

Prosimy o zgodę na rozszerzenie o słowa :

„.....jednak łącznie nie więcej niż 10 % łącznej wartości netto przeglądów. „

Powyższa prośba ma na celu umożliwienie Wykonawcy skalkulowania oferty poprzez określenie maksymalnego pułapu ryzyk finansowych, a tym samym złożenie oferty odpowiadającej realnym warunkom i nie obciążonej nadmiernymi kosztami związanymi z tymi ryzykami. Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8.

Wzór umowy – par 10

Prosimy o rozszerzenie o poniższy zapis:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 7 . W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9.

Wzór umowy – par 11 ust 1

Prosimy o zmianę w poniższym zakresie:

„ Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania usługi /przeгляdu i konserwacji lub naprawy/, będącej przedmiotem niniejszej umowy u innego wykonawcy w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowej realizacji usługi /zgodnie z § 4 i § 6 umowy/ i obciąży Wykonawcę kosztami tej usługi. Takie wykonanie usługi może jednak nastąpić dopiero po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji usługi serwisowej i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. „

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10.

SIWZ pkt II. 5

Prosimy o usunięcie zapisu:

„sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem“

Wykonawca, nie będąc właścicielem sprzętu nie może się zobowiązać do takiego warunku. W szczególności, sprzęt nie jest powierzany wykonawcy

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12.

SIWZ pkt II. 10 – w zakresie zadania 1,3,13 oraz Wzór umowy par 5 ust 3

Prosimy o zgodę na zmianę określenia „części nowe” na „części oryginalne”

Firma nasza stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). System taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego modułu, który jest wysłany przez producenta . Dlatego w złożonym pytaniu proponowaliśmy zmianę powyższego zapisu do zapisu który byłby zgodny z zacytowanym systemem zaopatrzenia w części zamienne „ używać do naprawy części i materiałów oryginalnych i wolnych od wad oraz dopuszczonych do obrotu, spełniających wymagane przez producenta parametry oraz zgodnych z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami.”

Ponieważ części te spełniają wymagania odnośnie parametrów technicznych , jakościowych i funkcjonalnych oraz posiadają odpowiednie certyfikaty , jeżeli przepisy szczególne tego wymagają, tak jak części nowe Wykonawca nie ma wpływu na dostawy w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13.

Wzór umowy – par 8 ust 7.

Prosimy, celem doprecyzowania, o zmianę :

„ Usługi serwisowe w ramach niniejszej umowy będą realizowane maksymalnie do kwoty.... „

Powyższe ma na celu doprecyzowanie sytuacji , w której osiągnięty zostanie górny pułap kosztowy i uniknięcie późniejszych sporów w tym zakresie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14.

Prosimy o wydzielenie w postaci odrębnego zadania aparatów wymienionych na pozycjach : 3 i 4 w Zadaniu nr 1; na pozycjach 2 i 9 w zadaniu nr 14. Aktualna pakiety uniemożliwiają złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15.

Prosimy o wykreślenie obowiązku wykonywania legalizacji w zadaniach 1,3 i 14. W ramach przeglądów nie wykonuje się tej czynności dla przedmiotowych aparatów

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16.

Załącznik nr 3 – prosimy o odpowiedź czy Zamawiający poprzez : „sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną „ rozumie wykonanie testów odbiorczych ?

ODPOWIEDŹ: „Sprawdzenie” oznacza pomiar parametrów urządzenia a nie testy odbiorcze.

WYKONAWCA 9

Pytanie nr 1.dot. zadania nr 7- tomograf

Wykaz aparatury zakres czynności serwisowych.

Z uwagi na wieloletnią współpracę i świadczenia usług serwisowych tomografu komputerowego do SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zwracam się do zamawiającego z prośbą o wykreślenie wymagań dotyczących autoryzacji producenta na wykonanie usług serwisowych- pkt 36- zakres czynności serwisowych.

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę na wykreślenie punktu 36.

Załącznik nr 3.7 do SIWZ zmiana odp.2

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*