

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa wyposażenia na oddziały szpitalne do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawcy i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

Dot. Załącznika nr 3.6a do SIWZ wymagania techniczne

punkt 2 – Czy Zamawiający dopuści klasę ochronności I i II zgodnie z CE/MPG ?

ODPOWIEDŹ: TAK, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik nr 3.6a

punkt 3 – Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony min BF ?

ODPOWIEDŹ: TAK, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik nr 3.6a

punkt 10 – Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną bibliotekę leków min 60 nazw leków z możliwością wymiany wszystkich zapisanych leków ?

ODPOWIEDŹ: TAK, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik nr 3.6a

punkt 23 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznej redukcji ciśnienia w linii po wystąpieniu alarmu ciśnienia okluzji ?

ODPOWIEDŹ: TAK, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik nr 3.6a

WYKONAWCA 2

Dotyczy Załącznik nr 3.10a:

1. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści myjnię o głębokości nie większej niż 475mm i szerokości nie większej niż 545mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**

2. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w uszczelkę gumową gwarantującą paroszczelność co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym? Wymóg uszczelki labiryntowej wskazuję na konkretnego producenta i ogranicza konkurencję

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**

3. Pkt. 19. Czy Zamawiający zgodzi się na podniesienie wymaganej ilości dysz obrotowych do min 8? Tylko takie rozwiązanie jest w stanie zagwarantować skuteczne mycie naczyń sanitarnych.

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy, nie wymagamy.

4. Pkt. 24. Ponieważ wydajność pompy myjącej jest indywidualnie dobierana pod kątem konstrukcji urządzenia i budowy komory, prosimy o dopuszczenie pompy myjącej o wydajności 250l/min i mocy 730W co przy komorze wyposażonej w 14 dysz myjących gwarantuje najwyższą jakość oraz skuteczność mycia i dezynfekcji kacek, basenów i innych naczyń mytych w myjni zgodnie z normą PN EN 15883-1/-3.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, **zmiana SIWZ**

5. Pkt. 26 – Prosimy o wyłączenie z zakresu gwarancji uszkodzeń spowodowanych poprzez niewłaściwą obsługę i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

ODPOWIEDŹ: Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwą obsługę i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem nie są objęte gwarancją.

6. Pkt. 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wymaganego maksymalnego czasu reakcji na zgłoszenie do 48h? W innym przypadku zapis taki będzie możliwy do spełnienia tylko w formie deklaratywnej (choćby ze względu na zapisy Kodeksu Pracy).

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**

7. Pkt. 37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni? Cykl produkcyjny urządzeń będących przedmiotem zamówienia to ok. 4 tygodnie, a doliczyć jeszcze należy czas na transport i instalację myjni - dezynfektorów.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ załącznik 3.10a i SIWZ rozdział III Termin realizacji zamówienia: dostawa do 28 dni za wyjątkiem pakietu nr 10 płuczka dezynfektor- dostawa do 42 dni od daty zawarcia umowy.**

WYKONAWCA 3

Dotyczy: Dozownik tlenu z przepływomierzem

1. Czy Zamawiający dopuści dozownik o zasilaniu roboczym do 0,5 MPa?
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**
2. Czy Zamawiający dopuści dozownik z pojemnikiem półprzeźroczystym wielokrotnego użytku na wodę destylowaną o pojemności 250ml?
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**
3. Czy Zamawiający dopuści butelkę z temperaturą sterylizacji 121°C?
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 4

Dotyczy: Urządzenia do krioterapii

1. Czy dopuszczają Państwo aparat ze zbiornikiem 20 litrowym którego samoistne odparowanie azotu na dobę wynosi 10dkg a zbiornika 21 litrowego TR21 20 dkg na dobę Tak więc ze zbiornika 20 l można zrobić większą ilość zabiegów niż ze zbiornika 21litrowego TR21?
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SIWZ**
2. Czy dopuszczają Państwo aparat z wyświetlaczem znakowym LCD ponieważ ma duże cyfry, łatwą intuicyjną obsługę , 6 stopni regulacji mocy, komunikaty głosowe?
ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy
3. Czy dopuszczają Państwo aparat bez gotowych programów terapeutycznych ponieważ gotowe programy terapeutyczne do wykonywania zabiegów krioterapii nie spełniają swojego celu.
ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy
4. Czy dopuszczają Państwo aparat do krioterapii ze zbiornikiem 31,5 l z którego można wykonać o 50% więcej zabiegów niż ze zbiornika 21 litrów z jednego napełnienia azotem?
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**

WYKONAWCA 5

Dotyczy: Urządzenia do krioterapii

1. Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat do krioterapii wyposażony w zbiornik o pojemności 32 l
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**
2. Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat do krioterapii płynnej regulacji intensywności nadmuchu d 50 do 100%(zmiana co 5%)
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.
3. Czy dopuszczacie Państwo możliwość uczestniczenia w przetargu urządzenia wyposażonego w ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz nie dotykowy, sterowany klawiaturą z przyciskami co przedłuża „żywość” działania elektroniki.
ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy.
4. Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat do krioterapii, który nie ma sygnału dźwiękowego co 30 sekund ale z sygnałem dźwiękowym przy włączeniu przycisku start i po zakończeniu zabiegu, w którym istnieje możliwość włączenia funkcji komunikatów głosowych.
ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy.

WYKONAWCA 6

Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy

1. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów

zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy.

2. Wnosimy o dodanie do Projektu umowy następującego zapisu:

„Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

- a) zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na:
 - zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;
 - wycofanie z obrotu lub;
 - wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub;
 - wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub;
 - brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;
 - wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub;
 - inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert;
- b) zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,
- c) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
- d) rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty (np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)
- e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o zakres tych zmian.”

ODPOWIEDŹ: Nie zmieniamy SIWZ w proponowanym zakresie.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §2 ust. 3 i 4 na następujące:

„3. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, z tym, że cena netto nie ulegnie zmianie.

4. Zmiana ceny brutto i kwoty podatku VAT na skutek zastosowania nowej stawki VAT nastąpi w drodze aneksu do umowy.”

ODPOWIEDŹ: Nie zmieniamy SIWZ w proponowanym zakresie.

4. (dotyczy §8 ust. 5)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację w/w zapisu na:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

ODPOWIEDŹ: Nie zmieniamy SIWZ w proponowanym zakresie.

WYKONAWCA 7

Dotyczy: pakietu nr 4- okienko podawcze

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji Okienek podawczych do 35 dni od daty zawarcia umowy?

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 8

Dotyczy: załącznika 3.10a - Płuczka-Dezynfektor

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płuczko-dezynfektora o wysokości 173 cm a więc wyższego jedynie o 3 cm od wymaganego a spełniającego pozostałe wymagane wymiary?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**

2. Czy Zamawiający dopuści płuczko-dezynfektor z uszczelką wykonaną z bardzo trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność drzwi komory?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ**

3. Czy Zamawiający dopuści płuczko-dezynfektor o wydajności pompy 90 litrów/min gwarantującą efektywne mycie za pomocą 12 dysz przy jednocześnie małym zużyciu wody i energii elektrycznej?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy, **zmiana SIWZ**

4. Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor o standardowym wsadzie 1 basen i 1 kaczka lub 3 kaczki równocześnie lub 1 butla do ssaka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie

WYKONAWCA 9

Dotyczy: pakietu nr 4 - okienko podawcze

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4, Okienka podawcze- okienka wykonane z całości ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy, **zmiana SIWZ**

WYKONAWCA 10

Dotyczy: Zapisów SIWZ:

1. Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 1 – Stolik przyłóżkowy do posiłków (typu „przyjaciół”) – 6szt.

1. Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy o długości całkowitej 87cm?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy o wymiarach podstawy 43cm x87cm?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o wymiarach: 43cmx87cm?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy ze stelażem metalowym lakierowanym proszkowo, popielatym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy z blatem laminowanym drewnopodobnym ?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy.

WYKONAWCA 11

1. Czy Zamawiający dopuści (inne niż labiryntowe) rozwiązanie uszczelnienia zapewniające całkowitą szczelność maszyny, poprzez zastosowanie elastycznej uszczelki drzwiowej?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania minimalnej wydajności pompy przy zapewnieniu wytwórcy, że zastosowana w maszynie pompa posiada wydajność adekwatną do zastosowania w myjni dezynfektorze? Zapewnienie w postaci deklaracji wytwórcy o spełnianiu wszelkich wymagań stawianych tego typu urządzeniom w normie EN ISO 15583.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający zechce wydłużyć czas dostawy urządzenia do 10 tygodni od daty podpisania umowy? - Mamy obecnie okres urlopowy, co w praktyce oznacza, że fabryka wytwórcy jest wyłączana z normalnego cyklu produkcyjnego w celu przeprowadzenia rutynowych corocznych remontów i niezbędnych zmian parku

maszynowego. Każda maszyna jest wykonywana na indywidualne zamówienie klienta stąd brak możliwości dostawy w czasie oczekiwanym przez Zamawiającego, zapisanym w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ po zmianie- do 42 dni od podpisania umowy

WYKONAWCA 12

1. Dotyczy pakietu nr 9 – kardiomonitoring

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring z funkcją przyjęcia pacjenta tj. wpisania danych pacjenta imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, stymulowany / nie stymulowany, typ pacjenta (dorosły, dziecko, noworodek)?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SIWZ**

2. Dotyczy pakietu nr 9 – kardiomonitoring

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring 480-godzinnymi trendami tabelarycznymi i graficznymi, z 2 – godzinnym zapisem krzywej EKG, z zapisanymi w pamięci 700 zdarzeniami alarmowymi wraz z 10-sekundową długością krzywej powiązanej z zapisanym zdarzeniem, oraz z zapisanymi 1000 pomiarów NIBP?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

3. Dotyczy pakietu nr 9 – kardiomonitoring

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring bez złącza RS232?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

4. Dotyczy pakietu nr 9 – kardiomonitoring

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring ze wzmocnieniem krzywej oddechowej w zakresie: x1/4, x1/2, x1, x2, x3, x4, auto?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SIWZ**

5. Dotyczy pakietu nr 9 – kardiomonitoring

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring bez możliwości rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca? Pomiar rzutu serca możemy zaoferować w formie dodatkowego, oddzielnego urządzenia, które nie wymaga podłączenia do kardiomonitora.

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

WYKONAWCA 13

1. Laser biostymulacyjny załącznik nr 3.11s

Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach: wielodiodowy aplikator z wbudowanym źródłem promieniowania laserowego MLS-1 dioda emisji ciągłej, 1 dioda emisji impulsowej, cykl pracy- połączona i zsynchronizowana emisja ciągłą 808nm i impulsowa 905 nm, automatyczna kalkulacja wyemitowanej dawki energii zgodnie z ustawionymi parametrami, 2 w pełni niezależne kanały, moc 1,1W, wymiary 9x23x32 cm, waga 4 kg, średnica wiązki laserowej 2 cm, walizka transportowa, 2 szt okularów.

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

2. Dotyczy aparatu do krioterapii załącznik 3.12a

Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach: Czujnik chłodniczy: ciekły azot (LN2), Objętość zbiornika: 26 litrów, System pracy: grzałkowy, Regulacja intensywności nadmuchu: płynna, Zużycie gazu: ok. 0,09kg / min, Zasilanie: 220 VAC, 50/60 Hz, 90 ÷ 100 VA, Pobór mocy (grzałkowy): 500 W, Ciężar (bez zbiornika): 25 kg, Wymiary aparatu z podstawą (szer. x głęb. x wys.): 470 x 740 x 982 mm, Wbudowana waga w wózku.

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

3. Dotyczy wanna do kąpeli kończyn dolnych załącznik 3.13

Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach: Niecka wanny wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wzmocniana matami z włókna szklanego, system automatycznego napełniania wanny do wybranego poziomu- poziom pierwszy 75l, poziom drugi 145., półautomatyczny system opróżniania wanny, 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzaniem, elektroniczny system sterowania pracą wirówki, wymiary wanny 116,5x68x95,2 cm, niecka wanny dostępna w kolorze białym lub zielonym, kolor obudowy biały, elektroniczny system odkamieniania wirówki, czujnik temp. wody w wannie, regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie niezależne dla stref, stopnie ułatwiające wejście do wanny, pobór mocy 1,5 kW.

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

4. Dotyczy wanny do kąpeli kończyn górnych załącznik 3.14a

Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach: Niecka wanny wykonana z wysokiej jakości akrylu wzmocniana matami z włókna szklanego, 44 dysze zabiegowe bez regulacji kierunku wypływu ze względu iż taka ilość dysz zapewnia masaż wirowy całej kończyny znużonej w wodzie bez konieczności ustawiania kierunku strumienia wody na wybraną okolicę, zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy 0,9 kW, pojemność zabiegowa 43-48l, wymiary: 90x95x92 cm, sterowanie elektroniczne urządzeniem, manualny system napełniania i półautomatyczny system opróżniania wanny kolor wirówki (niecki) białe lub zielone, obudowa biała, krzesło obrotowe o regulowanej wysokości.

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

5. Dotyczy aparatu do magnetoterapii załącznik 3.15a

Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach: Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne, bipolarne, MX1 – kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości, MX2 – kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości, Częstotliwość zmian pola magnetycznego 2-50 Hz, indukcja magnetyczna 0-8 mT, aplikator płaski elastyczny

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

WYKONAWCA 14

Poniżej przedstawiamy nasze pytania do parametrów z załącznika nr 3.9a do SIWZ SZP.III.240/23/14/P:

• Parametr nr 2: czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach (D x S x W) 366x162x330 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SIWZ**

• Parametr 3: czy zamawiający dopuści stojak jezdny (podstawę jezdną) z 2 blokowanymi kółkami?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SIWZ**

• Parametr 5: czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości sterowania przez ekran dotykowy?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

• Parametr 7: czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który w funkcji przyjmowania pacjenta nie posiada opcji wprowadzenia typu pacjenta i grupy krwi?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SIWZ**

• Parametr 8: czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który wyświetla maksymalnie do 10 krzywych dynamicznych różnych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy **zmiana SWIZ**

• Parametr 10: czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który posiada 8 różnych ekranów wyświetlających monitorowane parametry m.in. OxyCRG, krzywe dynamiczne z krótkimi trendami, ekran duże cyfry (powiększone cyfry, zmniejszone krzywe dynamiczne)?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SIWZ**

• Parametr 13: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z podstawowymi przyciskami na obudowie monitora, bez przycisków skrótów umożliwiających szybki dostęp do poszczególnych funkcji na ekranie monitora?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

• Parametr 16: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z jednym portem USB i bez złącza VGA?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

• Parametr 21: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarami EKG zgodny z normą IEC 60601-2-27?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy

• Parametr 22: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z wyświetlaniem 7 krzywych EKG na całym ekranie?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SWIZ**

• Parametr 23: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością kreślenia krzywej z prędkością 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SWIZ**

• Parametr 24: czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wzmacnieniu x0.25, x0.5, x1, x2,x4, auto?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana SWIZ**

• Parametr 27: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością monitorowania EKG z 12 odprowadzeń poprzez zamontowanie odpowiedniego modułu oraz bez możliwości tworzenia min. 50 raportów w trybie 12-odprowadzeniowym?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy, **zmiana SWIZ**

Parametr 33: czy zamawiający dopuści kardiomonitor ze wzmocnieniem fali oddechu x1, x2, x3?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy, **zmiana SWIZ**

• Parametr 34: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z prędkością kreślenia fali oddechu 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy, **zmiana SWIZ**

• Parametr 37: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem pulsu z czujnika saturacji w zakresie 25-250 bpm?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

• Parametr 40: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zintegrowanym czujnikiem pulsu?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

• Parametr 53: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o krwawy pomiar ciśnienia w 2 kanałach?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy, **zmiana SWIZ**

• Parametr 55: czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o rzut minutowy serca metodą kardiografii impedancyjnej?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy, **zmiana SWIZ**

WYKONAWCA 15

Dotyczy pakietu nr 5 (dozownik tlenu):

1. Czy Zamawiający dopuści pojemnik nawilżacza półprzeźroczysty, wielokrotnego użytku, na wodę poj. 250 ml?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy, **zmiana SWIZ**

2. Czy Zamawiający dopuści pojemnik nawilżacza przeźroczysty, wielokrotnego użytku, na wodę o poj.300 ml i sterylizacji 121C ?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dozownika tlenu montowanego bezpośrednio do punktu poboru, a nie na szynie montażowej?

ODPOWIEDŹ: Tak, potwierdzamy (złącze typu AGA)

WYKONAWCA 16

Dotyczy Załącznika nr 3.9a do SIWZ (kardiomonitor – 6 szt.):

1. Czy Zamawiający dopuści ekran LCD TFT o przekątnej min. 15" (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie umożliwiający podgląd danych po kątem min 160° w poziomie i pionie?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy(zaznaczyć w ofercie)

2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach (WxSxG) 36x37x22 cm i masie 9,5 kg z akumulatorem bez modułów?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

3. Czy Zamawiający dopuści sterowanie poprzez ekran dotykowy i pokrętkę, możliwość podłączenia klawiatury pod port USB?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy

4. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nowy, nieużywany, na pełnej gwarancji z końca 2012 roku?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych), bez opcji OXYCRG?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy (zaznaczyć w ofercie)

6. Czy Zamawiający dopuści zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

7. Czy Zamawiający dopuści Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG. Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeń, pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy (zaznaczyć w ofercie)

8. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w zakresie od 1-100%, prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2 oraz modulację dźwięku przy zmianie wartości %SpO2?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

9. Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną, pomiar ręczny i automatyczny. Zakres pomiarowy: 15-260 mmHg. Maksymalne ciśnienie napełniania mankieta dla niemowląt: 150 mmHg. Maksymalny czas pomiaru dla dorosłych nie przekraczający 120 sekund, dla niemowląt nie przekraczający 80 sekund. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min. Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

10. Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia metodą inwazyjną: min. 2 kanały pomiarowe. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mmHg. Możliwość wybrania różnych etykiet nazw ciśnień inwazyjnych – w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z automatycznym doбором skal i ustawień dla poszczególnych ciśnień. Funkcja kompensacji artefaktów wywołanych przez spontaniczną lub kontrolowaną wentylację. Cursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlenia do 10 punktów pomiarowych?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy (zaznaczyć w ofercie)

11. Czy Zamawiający dopuści trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów 72 godzinne?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

12. Czy Zamawiający dopuści min. 400 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

13. Czy Zamawiający dopuści możliwość dodawania zdarzeń wraz z opisem?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy

14. Czy Zamawiający dopuści możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora tradycyjnej drukarce laserowej lub rejestratorze (z opcją wydruku do 4 przebiegów). Drukarka (rejestrator) jako opcja.

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy (zaznaczyć w ofercie)

15. Czy Zamawiający dopuści zakres ciśnień skurczowych:

Dorośli: 30-290 mmHg

Dzieci: 30-240 mmHg

Noworodki: 30-140 mmHg?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy (zaznaczyć w ofercie)

16. Czy Zamawiający dopuści zakres ciśnień rozkurczowych:

Dorośli: 10-220 mmHg

Dzieci: 10-200 mmHg

Noworodki: 10-110 mmHg?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy (zaznaczyć w ofercie)

17. Czy Zamawiający dopuści zakres ciśnień średnich:

Dorośli: 20-260 mmHg

Dzieci: 20-215 mmHg

Noworodki: 20-125 mmHg?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy (zaznaczyć w ofercie).

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 3.6a do SIWZ –pompa objętościowa, na podstawie art.38 ust.4 ustawy PZP, dodając pkt.29 tj. wymóg minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy oraz dopisując wymóg dotyczący zgodnie z wzorem umowy wszystkich pakietów „przeeglądy w czasie trwania gwarancji są objęte przedmiotem zamówienia”

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.06.2014r, godziny bez zmian.

Załączniki:

załącznik nr 3.4a do SIWZ zmiana odp.1

załącznik nr 3.5a do SIWZ zmiana odp.1

załącznik nr 3.6a do SIWZ zmiana odp.1

załącznik nr 3.9a do SIWZ zmiana odp.1

załącznik nr 3.10a do SIWZ zmiana odp.1

załącznik nr 3.12a do SIWZ zmiana odp.1

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracji

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania