

ZAŁĄCZNIK NR 3.5a do SIWZ zmiana odp.1  
**WYMAGANIA TECHNICZNE**

**Dozownik tlenu z przepływomierzem – 8 szt.**

lp	opis	podać
1	Wykonawca/Producent	
2	Nazwa-model/typ	
3	Kraj pochodzenia	
4	Rok produkcji	2014

Lp.	Wymagane minimalne parametry i funkcje	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia <b>PODAĆ/OPISAĆ</b> (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)
<b>Dozownik tlenu z przepływomierzem – 8 szt.</b>			
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2014	TAK	
2	<input type="checkbox"/> Złącze zasilające typu AGA	TAK	
3	<input type="checkbox"/> Przepływomierz i nawilżacz do pobierania tlenu obniżone ciśnienie 0.6 MPa	TAK	
4	<input type="checkbox"/> Regulacja ilości tlenu podawanej pacjentowi	TAK	
5	<input type="checkbox"/> Zakres regulowania przepływu O <sub>2</sub> 0 ÷ 15 l/min ±10%	TAK	
6	<input type="checkbox"/> Ciśnienie robocze zasilania tlenem 0,1 ÷ 0,6 MPa <b>lub do 0,5 MPa</b>	TAK	
7	Pojemnik półprzezroczysty wielokrotnego użytku na wodę destylowaną poj. <b>200ml lub 250ml</b>	TAK	
8	Sterylizacja butelki w temp 134°C	TAK	
9	Temperatura pracy 5 ÷ 40°C	TAK	
10	Nawilżanie gazu ~ 60%	TAK	
11	Gwarancja min 36 miesięcy	TAK	

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

**Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.**

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:**

.....