

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „
Dostawa endoprotez, implantów i innych materiałów ortopedycznych do SP ZOZ Szpitala
Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 3,

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wymaga aby ilość drutu nitinolowego wynosiła 3 sztuki ? (jedna szt. Na 10 śrub) lub zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wymaganej ilości drutu.

ODPOWIEDŹ: Wymagana ilość 5 sztuk.

WYKONAWCA 2

Pakiet nr 9

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do retransfuzji pełnowartościowej krwi po zamknięciu pola operacyjnego bez niszczenia elementów morfotycznych z początkowym aktywnym drenażem 65 mm Hg renomowanej firmy (...). Zestaw umożliwiający automatyczne przejście aktywnego drenażu na pasywny 25 mm Hg bez rozłączania systemu; składający się z: dwóch drenów z perforacją helikalną z trokarami w rozmiarze: 12,14,16,18 CH (do wyboru zgodnie z zamówieniem) o długości perforacji minimum 600 mm; łącznik Y; mieszka o pojemności 125 ml bez elementów mechanicznych, z zastawką przeciwwrotną i worka na krew o pojemności 700 ml z filtrem 200µ i zastawką przeciwwrotną; dodatkowy worek na drenaż o pojemności 700 ml bez filtra, z zastawką przeciwwrotną i z kranikiem spustowym typu T oraz aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem, tak jak dotychczas stosowany.

ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy zestaw do autotransfuzji ma posiadać linię do przetoczenia krwi z filtrem kaskadowym o poziomie filtracji trójstopniowej 175/40/10 µ, tak jak dotychczas stosowany.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zestaw ma posiadać linię do przetoczenia krwi z filtrem kaskadowym, trójstopniowym 175/40/10µ.

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu stabilności połączenia zestaw do autotransfuzji ma zawierać sztywny, niedocinany łącznik typu Y z dokręcanymi połączeniami drenów?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Do SIWZ

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przedłożenia kart katalogowych i/lub próbek zaferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mogli dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

ODPOWIEDŹ: Nie.

WYKONAWCA 3

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 9 odstąpi od wymogu dostarczania implantów sterylnych?

ODPOWIEDŹ: Nie.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 9 dopuści możliwość zaferowania śruby kompresyjnej o rozmiarze 32 mm zamiast 36 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania śruby kompresyjnej o rozmiarze 32 mm.

Zamawiający załącza do nin. odpowiedzi załącznik 3.3, 3.9 i 3.13 po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med. Wiesław Więckowski

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania