

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia na oddziały szpitalne do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

Dotyczy pakietu nr 9: Załącznik nr 3.9a do SIWZ – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 20 szt.

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania, udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – wnosimy o zmianę specyfikacji poprzez dopuszczenie urządzenia o parametrach (warunki graniczne):

Pkt 2: Klasa ochronności I i II – zgodnie z CE/MPG

Pkt 10: wewnętrzna biblioteka leków (min 60 nazw leków) z możliwością wymiany wszystkich zapisanych leków

Pkt 11: rozmiary strzykawek 5, 10, 20, 30, 50/60 ml

Pkt 14: strzykawka mocowana od przodu bądź od góry pompy

Pkt. 15: Podstawowa szybkość przepływu min 0,1-2000 ml/h ustawiana min co 0,1 ml/h

Pkt 18: możliwość ustawiania ciśnienia okluzji – min 9 progów w zakresie 300-900 mmHg

Odpowiedź: Pkt. 2,10,11,14,15,18 Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

Załącznik nr 3.9a do SIWZ zmiana odp.1

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*