

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia na oddziały szpitalne do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 17

*pakiet I- pojedyncza sufitowa lampa operacyjna Led.*

- 1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, która zamiast uchwytu na 3/4 obwodu ma dwa brudne, niezależne od siebie uchwyty umieszczone po obu stronach lampy? Rozwiązanie tego rodzaju jest wygodne i powszechnie stosowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

- 2) Czy Zamawiający zgodzi się, aby czasza z matrycą diodową złożona była z 84 diód?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana siwz zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami- **załącznik nr 3.1a pkt.11**

- 3) Czy Zamawiający zgodzi się, aby zakres regulacji średnicy pola operacyjnego wynosił 20-28 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

- 4) Czy Zamawiający zgodzi się, aby moc maksymalna wynosiła 65W?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

- 5) Czy Zamawiający zgodzi się aby uchwyt sterylny, nie był w części centralnej? Część centralna przeznaczona jest na ewentualną kamerę. Uchwyt sterylny w oferowanej przez nas lampie znajduje się na obudowie. Regulacja średnicy pola operacyjnego znajduje się na obudowie z lampy, z dwóch jej stron. A natężenie pola operacyjnego reguluje się poprzez podłożenie dłoni pod lampę w sposób bezdotykowy lub poprzez regulator membranowy umieszczony z obu stron czaszy. Czy Zamawiający zgodzi się na takie rozwiązanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA 18

*Pakiet nr 1*

Pojedyncza sufitowa lampa operacyjna LED – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED, w której obudowa kopuły/czaszy wykonana jest ze stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana siwz **załącznik nr 3.1a pkt.2**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED o konstrukcji zwartej w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego? Dotyczy punktu 3, 5 i 8 tabeli technicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED o konstrukcji zwartej w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego? Dotyczy punktu 3, 5 i 8 tabeli technicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED, w której przednie szyby poszczególnych ognisk diod są zabezpieczone szybą ochronną ze szkła bezpiecznego w sposób gwarantujący brak możliwości dostawania się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy odpowiednio zmiana siwz- **załącznik nr3.1a pkt.4**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED, w której kopuła lampy wyposażona jest w trzy uchwyty umieszczone na poszczególnych segmentach lampy umożliwiając łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED, w której kopuła lampy wyposażona jest w pięć uchwytów umieszczonych na poszczególnych segmentach lampy umożliwiając łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED z tworzywowymi uchwytami zintegrowanymi z segmentami kopuły, wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwi pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza- **zmiana siwz załącznik nr 3.1 pkt.7**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED z czaszą o średnicy zewnętrznej 76,4 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED w której czasza posiada matrycę diodową złożoną z 95 punktów LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED posiadającą natężenie światła wynoszące 120 000 lux / 1m?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego od 18 do 32 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, **odpowiednio zmiana SIWZ załącznik nr 3.1a pkt. 13**

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED z czaszą o mocy 95W?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED z czaszą o mocy 135W?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED w której czasza wyposażona jest w umieszczony centralnie w osi wymienny uchwyt sterylny umożliwiający tylko regulację średnicy pola operacyjnego, a regulacja natężenia odbywa się ze sterownika na ramieniu lampy?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED w której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED w której współczynnik odwzorowania koloru czerwonego wynosi R9 wynosi 94?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED posiadającą czaszę z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie od 10 000 lux do 120 000 lux?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED posiadającą czaszę z możliwością regulacji natężenia światła z dwóch oddzielnych, niezależnych miejsc tj . regulatorem umieszczonym na ramieniu lampy oraz pilotem bezprzewodowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową LED o żywotności źródła światła 40 000 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

20. Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 7**

Stół operacyjny – 1 szt.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu od 590 do 1070 mm (wymiar dotyczy górnej powierzchni materaca)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie od -30 do +80 stopni ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podglówka w zakresie od -90 do +60 stopni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, odpowiednio **zmiana SIWZ załącznik nr 3.7a pkt.7**

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej od -90 do +30 stopni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, odpowiednio **zmiana SIWZ załącznik nr 3.7a pkt. 11**

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego w zakresie 360 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, odpowiednio zmiana SIWZ. **załącznik nr 3.7a pkt.**

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający układ sterowania z funkcją „stand by” włączający się po upływie 45 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający możliwość regulacji pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny ponad funkcje wymienione w punkcie 15 tabeli dodatkowo regulację: kąta segmentu oparcia pleców, przesuwu wzdłużnego, blokowania podstawy stołu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców poprzez układ elektrohydrauliczny stołu, następnie z mechaniczną regulacją segmentu podglówka oraz z regulacją nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomaganą sprężynami gazowymi z blokadą?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców poprzez układ elektrohydrauliczny stołu obsługiwany z pilota tym samym bez zabezpieczenia dźwigni zwalniania blokad sprężyn gazowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym sprężyny gazowe regulacji segmentów blatu są zabudowane w konstrukcji nośnej blatu i widoczne tylko od spodu blatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

31. Czy Zamawiający dopuści aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający podstawę w kształcie prostokąta, zapewniając dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem 5-cio segmentowym składającym się z: segmentu podglówka, segmentu oparcia pleców z dodatkowym segmentem wypiętrzającym, segmentu siedziska/łędźwiowego, segmentu podnóżków dzielonych wzdłużnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w materace bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem antystatycznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

#### **Pakiet nr 25**

##### **Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt.**

35. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające leże o szerokości 850 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio **zmiana SIWZ- załącznik nr 3.25a pkt.5**

36. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne spełniające wymagania normy IP-54 zamiast IP-66?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

37. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 60601-2-52:2010 jednak bez badania pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353? W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do produktu protokołu z badania jak wyżej przy dostawie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu przy segmencie oparcia pleców?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.25a pkt.11**

40. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne sterowane przewodowym pilotem z czytelnymi piktogramami bez podświetlanych klawiszy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

41. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w panel sterujący bez optycznego wskaźnika naładowania akumulatorów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w panel sterujący bez optycznego wskaźnika podłączenia do sieci?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne oraz działanie UV?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.25a pkt.15**

44. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z panelami w leżu mocowanymi na stałe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

45. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

46. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL mocowaną na stałe, bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

47. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo bariery boczne składane wzdłuż ramy leża, niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na 70% długości leża (tylko przy długości standardowej), pozostawiające wolną (bezpieczną dla pacjenta) przestrzeń pomiędzy szczytem a barierką przy długości standardowej jak i przy wydłużonym leżu, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

48. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo opuszczane bariery boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą tylko w przypadku

standardowej długości leża (leże niewydłużone), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w aluminiowe opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą tylko w przypadku standardowej długości leża (leże niewydłużone), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w krążki odbojowe tylko jednoosiowe zabezpieczające przed otarciami w trakcie zmiany pozycji horyzontalnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z uchwytami materaca bez kątomierzy przy segmencie wezgiłowia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z uchwytami materaca bez kątomierzy przy segmencie wezgiłowia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik nr 3.25a pkt.23

56. Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących konieczności potwierdzenia bezpiecznego obciążenia do min. 250 kg przez niezależny podmiot? Wymóg taki należy traktować jako nadmierny oraz sprzeczny z obowiązującym w tym zakresie prawem - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226 poz.1817) nie obejmuje wymaganego w SIWZ zaświadczenia. Zgodnie z dyrektywą medyczną i szczegółowymi normami medycznymi – producent który spełnia odpowiednie wymogi prawne, sam przeprowadza procedurę badań wyrobów, wydaje ocenę spełnienia tych norm i sam deklaruje zgodność parametrów i funkcji gotowego produktu, tak więc wymóg ten dotyczy jedynie tych wytwórców/producentów którzy nie posiadają możliwości wykonania samodzielnie takich badań i muszą zlecić wykonanie ich przez inny niezależny podmiot.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody. Wymóg zamawiającego nie jest sprzeczny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231).

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w wieszak kroplówki lakierowany pod kolor ramy z częścią ruchomą wykonaną ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ- załącznik nr 3.25a pkt.27

58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w uchwyt na worki urologiczne wykonany ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ- załącznik nr 3.25a pkt.27

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w podwójną ramę wyciągową wykonaną z okrągłych rur ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z odp.4

60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z tabliczką imienną montowaną do wypełnienia szczytu?

**Odpowiedź:** Tak, pozostały opis bez zmian - zmiana siwz załącznik nr 3.25a pkt.27

61. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez certyfikat CE dla wyrobów klasy I w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych należy rozumieć dołączenie do oferty deklaracji zgodności ze znakiem CE potwierdzającej spełnianie wszystkich wymagań dyrektywy 93/42/EEC oraz aktualnie obowiązujących norm zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że oferowane wyroby medyczne posiadają dopuszczenie do obrotu na podstawie właściwych przepisów w tym zakresie w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn.zm.). Zamawiający ma prawo zażądać w każdym czasie do wglądu w/w dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, a Wykonawca winien je przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu do wglądu.

62. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Odpowiedź:** Wykonawca oferuje wyrób dopuszczony do obrotu na rynku krajowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

63. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg dotyczący posiadania oraz dołączenia do oferty certyfikatów ISO dotyczy jedynie producenta łóżek szpitalnych z wyłączeniem takiego wymogu w zakresie materacy.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy brak certyfikatów ISO w zakresie materacy. Nie wymagamy dostarczania w/w dokumentów wraz z ofertą.

#### **Łóżko dziecięce z wysokimi barierkami – 3 szt.**

64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce o szerokości całkowitej wynoszącej 750 mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.25b pkt.4**

65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce o wysokości całkowitej wynoszącej 1370 mm? Oferowana wysokość łóżeczka jest powszechnie stosowana w jednostkach służby zdrowia i zapewnia właściwą ergonomię.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z leżem o wymiarach 1280 x 600 mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ -**załącznik nr 3.25b pkt.4**

67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z regulacją wysokości leża w zakresie od 650 do 900 mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ -**załącznik nr 3.25b pkt.9**

68. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce posiadające zintegrowane barierki boczne regulowane w sposób płynny? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejszego od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza- zmiana SIWZ -**załącznik nr 3.25b pkt.10**

69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce posiadające zintegrowane barierki boczne regulowane w zakresie od 1000 do 1350 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

70. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez certyfikat CE dla wyrobów klasy I w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych należy rozumieć dołączenie do oferty deklaracji zgodności ze znakiem CE potwierdzającej spełnianie wszystkich wymagań dyrektywy 93/42/EEC oraz aktualnie obowiązujących norm zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną?

**Odpowiedź:** Jak w odpowiedzi powyżej na pytanie 61- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że oferowane wyroby medyczne posiadają dopuszczenie do obrotu na podstawie właściwych przepisów w tym zakresie...

71. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy

wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Odpowiedź:** Jak w odpowiedzi powyżej na pytanie 62.

**Szafka przyłóżkowa z białem bocznym – 21 szt.**

72. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?

**Odpowiedź:** Tak, pozostałe zgodnie z SIWZ- odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.25c pkt.3**

73. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

74. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.25c pkt.5**

75. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada dolna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części?

**Odpowiedź:** Tak, pozostałe zgodnie z SIWZ- **załącznik nr 3.25c pkt.6**

76. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 445 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ - **załącznik nr 3.25c pkt.7**

77. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

78. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu bocznego umieszczonym w górnej metalowej części – podporze blatu, w postaci przycisku, nie wymuszając konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ - **załącznik nr 3.25c pkt.10**

79. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową w której wspornik blatu osłonięty jest prostokątną aluminiową osłoną bez potrzeby stosowania zabezpieczenia aluminiowym relingiem w kształcie litery C?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy, zabezpieczenia wspornika blatu aluminiowym relingiem w kształcie litery C. Aluminiowy reling w kształcie litery C powinien stanowić zabezpieczenie min. dwóch krawędzi blatu- **uzupełnienie opisu załącznik nr 3.25c pkt.12**

80. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z białem bocznym wyposażonym przy górnej krawędzi w wycięty uchwyt nie wystający poza obrys blatu?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza- odpowiednio zmiana SIWZ - **załącznik nr 3.25c pkt.13**

81. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą układ jezdny z kołami o średnicy 50 mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.25c pkt.15**

Pytania do zapisów SIWZ

82. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty zawarcia umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA 23

dot. p.31 Defibrylator

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wydłuży termin dostawy do 6 tygodni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania defibrylatora o przedstawionych poniżej parametrach oraz funkcjonalnościach, tj:

1. Parametry ogólne Ad 5 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z akumulatorem litowo-metalowo-wodorkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.31a pkt.5**

2. Parametry ogólne Ad 6 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zasilaniem akumulatorowym pozwalającym na 4,5 godziny ciągłego monitorowania lub 60 defibrylacji z maksymalną energią 360J?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

3. Parametry ogólne Ad 10 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z funkcją codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika bez wydruku potwierdzającego jego wykonanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

4. Monitorowanie EKG Ad 2 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wzmocnieniem EKG na 6 poziomach: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; i AUTO cm/mV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

#### WYKONAWCA 25

Pakiet nr 9 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Lp. 9

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową z klawiaturą symboliczną?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Lp. 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową z możliwością stosowania strzykawek różnych typów i producentów w tym minimum 5 producentów dostępnych na rynku polskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.9a pkt.12**

Pakiet nr 9 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Lp. 14

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową w której strzykawka mocowana jest ręcznie od przodu?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ- **załącznik nr 3.9a pkt.14**

Pakiet nr 9 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Lp. 15

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową z prędkością przepływu od 0,1 do 1200 ml/h?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Lp. 16

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową z dokładnością podaży +/-1%?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ - **załącznik nr 3.9a pkt.16**

Pakiet nr 9 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Lp. 18

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową z możliwością ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji 22 progi w zakresie od 100 do 900 mmHg?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy- proponowane rozwiązanie mieści się w zakresie minimalnym dopuszczonym w odp.1.

Pakiet nr 9 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Lp. 21

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową z programowaną szybkością dawki uderzeniowej do 1200 ml/h dla strzykawek 50ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### WYKONAWCA 28

##### **dotyczy pakietu nr 2 Płuczka-dezynfektor**

- 1) Czy Zamawiający dopuści urządzenie wolnostojące o wymiarach (mm)(szer./gł./wys.) 620/620/1300?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

- 2) Czy Zamawiający dopuści myjnię o pojemności komory w jednym cyklu do 2 naczyń (np. 1 basen i 1 kaczka, lub 1 basen i 1 worek na mocz)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

- 3) Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym nie istnieje opcja regulacji przez użytkownika współczynnika A0, a temperatura dezynfekcji dochodzi do max 90° C?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

- 4) Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kosza załadunkowego, ze specjalnymi uchwytami na kaczki i baseny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

- 5) Czy Zamawiający wymaga oprócz dezynfekcji w zakresie współczynnika A0, dodatkowo dezynfektant, który eliminuje 99,999% MRS I Clostridium difficile i w efekcie pozwala uzyskać właściwy i żądany poziom czystości mikrobiologicznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

#### WYKONAWCA 32 (część odp.)

##### Pakiet nr 2 – Płuczka-dezynfektor

1. Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania myjnię o załadunku 1 basen lub 3 kaczki lub 2 butle do ssaka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania myjnię dezynfektor wyposażoną w specjalne łatwo wymieniane kosze załadunkowe dopasowane do każdego wymaganego wsadu myjni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania myjnię o dezynfekcji w temperaturze min. 80°C? Oferowane urządzenie zapewnia proces dezynfekcji osiągając stopień współczynnika A0 zgodnie z wymaganiami PN EN-ISO 15883-1/3.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

##### Pakiet nr 25 – Łóżka szpitalne, Szafki przyłóżkowe z blatem

##### Zał. 3.25.a Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii bez protokołu mówiącego o normie PN EN 62353?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej (dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu)

2. Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 90 cm, co nie powoduje przekroczenia 99 cm całkowitej szerokości łóżka a tworzy większą przestrzeń dla pacjenta?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy- **odpowiednio zmiana siwz załącznik nr 3.25a lp.5**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji segmentu uda to 0-34°? Podany parametr różni się w sposób minimalny od wymaganego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją trendelenburga/antytrendelenburga +15°/-15°?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 37-74,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści pilot pacjenta bez podświetlenia i możliwości blokowania poszczególnych funkcji? W/w rozwiązanie jest dostępne na panelu centralnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi, łatwymi w dezynfekcji, odejmowanymi bez użycia narzędzi wypraskami zapewniającymi stabilność?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza nie znając właściwości, parametrów tworzywa.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa ABS, co zapewnia lepsze właściwości dezynfekcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko zabezpieczone 4 krążkami odbojowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami spełniającymi normę EN 60601-2-52 (świadcząca o ich bezpieczeństwie) zabezpieczającymi pacjenta na całej długości poprzez zastosowanie specjalnego protektora?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, pozostałe parametry barierek zgodnie z siwz.

11. Czy zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z siwz.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii z 4 metalowymi uchwytami materaca?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z siwz.

**Zał. 3.25.b Łóżko dziecięce z wysokimi barierkami – 3 sztuki**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce o wymiarach leża 132 x 67,5 cm? Podane parametry różnią się minimalnie od wymaganych.

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią.

2. Czy Zamawiający dopuści leże 2 segmentowe? Podany parametr przewyższa wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Tak, przy spełnieniu pozostałych parametrów w SIWZ dotyczących w szczególności zabezpieczenia.

3. Czy Zamawiający dopuści regulacje pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga w zakresie 0-10°? Jest to parametr korzystniejszy od wymaganego.

**Odpowiedź:** : Tak dopuszczamy- **odpowiednio zmiana siwz załącznik nr 3.25b lp.9**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości w zakresie 85,5 - 117 cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy- **odpowiednio zmiana siwz załącznik nr 3.25b lp.9**

5. Czy Zamawiający dopuści barierki regulowane skokowo w zakresie 330 (barierki w pozycji półopuszczonej) – 520 mm (barierki opuszczone całkowicie), gdzie odległość mierzona jest od szczytu barierki do wierzchołka łóżka?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z siwz.

6. Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 125 mm z osłoniętą osią obrotu, łatwe do dezynfekcji bez miejsc trudnodostępnych oraz bez konieczności stosowania dodatkowych elementów osłonowych utrudniających dezynfekcję?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy- **odpowiednio zmiana siwz załącznik nr 3.25b lp.11.** Pozostałe parametry dotyczące kół zgodnie z siwz.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko bez możliwości wyboru kolorów.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Zał. 3.25.c Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 21 sztuk**

1. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe dwustronne, co jest rozwiązaniem korzystniejszym o następujących parametrach:

- Szafka przyłóżkowa z możliwością postawienia po lewej i prawej stronie łóżka.
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Czoła szuflad, drzwiczki oraz blaty wykonane z płyty dekoracyjnej UNILAM.
- Blat boczny z regulacją wysokości w zakresie 72-108 cm z możliwością regulacji pochylenia pod dowolnym kątem.
- Cztery podwójne koła równomiernie rozmieszczone w każdym narożniku o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Koła z elastycznym, niebrudzącym podłogi bieżnikiem.
- Szafka składająca się z górnej szuflady i pudła szafki, pomiędzy nimi otwarta dostępna z obu stron półka o wysokości 24 cm. Szuflada wysuwana na prowadnicach ślizgowych, z wyjmowanym wkładem tworzywowym. Szuflada dostępna z przodu i tyłu z możliwością przesuwania w dwóch kierunkach. Pudło szafki z otwieranymi dwustronnie drzwiczkami. Wnętrze podzielone wyciąganą, metalową półką.
- Szafka z relingiem do zawieszania ręczników umieszczonym z boku szafki.
- Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji z możliwością wyboru kolorów.
- Parametry techniczne

Wysokość szafki: 865 cm

Szerokość szafki: 515 mm, z rozłożonym blatem: 1112 mm

Głębokość szafki: 500 mm

Wymiary blatu: 465x415 mm

Wymiary blatu bocznego 600x345 mm?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza szafki o zaproponowanych parametrach, zgodnie z siwz.

### WYKONAWCA 33

Dotyczy poz. 24 - WAGI MEDYCZNE I MATA POMIAROWA

Poz. 1

1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o dokładności odczytu:

- w zakresie do 150 kg: 100gr

- w zakresie od 150 kg: 200 gr.

**Odpowiedź:** : Dopuszczamy – **odpowiednio zmiana siwz załącznik nr 3.24 lp.1**

2. Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga miała wmontowane kółka transportowe, które pozwalają na bezwysiłkowe i proste przesuwanie wagi przy np. sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi bez złącza RS 232. Wagi w placówkach służby zdrowia nie są standardowo podłączane do sieci komputerowych, gdyż przekazywanie danych odbywa się poprzez krótki kabel, co znaczy, że waga musi być ustawiona w bliskiej odległości od komputera. Ponadto, RS 232 wymaga specjalnego oprogramowania, które trzeba dodatkowo zainstalować na PC.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby waga wyposażona była w bezpieczny, lekki, aluminiowy wzrostomierz o zakresie pomiaru 60-200 cm i podziałką 1mm?. Zakres taki pozwala na mierzenie zarówno dorosłych jak i nawet małych dzieci w pozycji stojącej.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

5. Czy zamawiający wymaga, aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala? Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

6. Czy zamawiający wymaga, aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową? Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, że przy przypadkowym stąpieniu na róg wag nie wywróci się. Platforma luźno położna na pomości i nie przymocowana niesie za sobą ryzyko w kontuzji pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może dochodzić roszczeń od placówki a ta ponieść koszty odszkodowania.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

Poz. 2

1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o dokładności odczytu:

- w zakresie do 10 kg: 10gr

- w zakresie powyżej 10 kg: 20 gr.

**Odpowiedź:** : Dopuszczamy – zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią.

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi bez złącza RS 232. Wagi w placówkach służby zdrowia nie są standardowo podłączane do sieci komputerowych, gdyż przekazywanie danych odbywa się poprzez krótki kabel, co znaczy, że waga musi być ustawiona w bliskiej odległości od komputera. Ponadto, RS 232 wymaga specjalnego oprogramowania, które trzeba dodatkowo zainstalować na PC.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

3. Czy zamawiający wymaga aby waga posiadała funkcje ważenie dzieci leżących i stojących? Dzięki zdejmowanej szalce waga posiada dwie funkcje, praktyczniejsze dla większej ilości pacjentów. Zdejmowana szalka jest prosta w dezynfekcji.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

### WYKONAWCA 34

dotyczy: załącznik 3.11a do SIWZ Pakiet 11 USG stacjonarne

1 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z częstotliwością odświeżania obrazu B-mode 740 klatek/s?

2 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat bez Anatomicznego M-mode, jest to funkcja wykorzystywana do badań kardiologicznych, z uwagi na to, że Zamawiający nie wymaga głowicy kardiologicznej Anatomiczny M-mode nie będzie wykorzystywany?

- 3 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z Dopplerem pulsacyjnym PW ze wszystkich głowic o parametrach a) 8 m/s, b) 0,7-15 mm, c) 0st. +/- 85st. Powyższe parametry nie odbiegają znacznie od wymaganych, a jednocześnie są wystarczające do pełnej diagnostyki i badań dopplerowskich?
- 4 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z Dopplerem kolorowym CD o parametrach a) 4,23 m/s, b) pow. 170 kl./s, tak mała różnica nie będzie miała znaczenia podczas badań dopplerowskich?
- 5 Czy zamawiający dopuści głowicę convex z częstotliwością pracy 2,0-5,0 MHz i 192 elementami, w technologii zastępującą matrycową zapewniającą ogniskowanie w jednej płaszczyźnie?
- 6 Czy zamawiający dopuści głowicę microconvex o wyższych parametrach niż wymagane z liczbą elementów 128?
- 7 Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o zintegrowany z aparatem moduł i oprogramowanie do oceny asynchronii metodą niezależną od dopplera tkankowego?
- 8 Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę cewnikową?
- 9 Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową?
- 10 Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o głowicę microconvex z liczbą elementów 128?
- 11 Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o zintegrowane oprogramowanie do półautomatycznej detekcji wsierdza i obliczania frakcji wyrzutowej?
- 12 Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o "tryb zamrożenia systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund"?

**Odpowiedź dot pytań 1-12:** Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

#### WYKONAWCA 35

1. Prosimy o zmianę zapisu w paragrafie 2 ust 3

„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego

(przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%), przy obowiązku zachowania niezmiennych cen brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażąco dużą stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.

W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W związku z powyższym prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

2. Prosimy o poprawienie w formularzu oferty w punkcie 2 czasu związania z ofertą na 60 dni zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź:** Zmiany dokonano w odpowiedzi 5.

#### WYKONAWCA 36

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 9 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana siwz zał. nr 4 wzór umowy.

2. Czy w § 9 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2 a, b:

2. Kary będą naliczane z następujących tytułów i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego urządzenia i/lub sprzętu medycznego w przypadku: nieterminowej dostawy urządzenia, nie dotrzymania terminów wykonania obowiązków wynikających z warunków gwarancji i serwisu (w szczególności braku wykonania przeglądów zalecanych przez producenta a zlecanych przez Zamawiającego), dostarczenia urządzenia nie spełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nieprzeprowadzenia co do dostarczonego urządzenia lub sprzętu medycznego szkolenia personelu Zamawiającego w terminie ustalonym w § 3 ust.4, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego urządzenia i/lub sprzętu medycznego;

b) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy polegającej na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków wynikających z umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

#### WYKONAWCA 37

##### **Pytanie 1 Załącznik nr 3.2a do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie o wysokości standardowej 177,5cm, co bardzo nieznacznie odbiega od wymagania (2,5cm)?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana siwz- załącznik nr 3.2a pkt.5.**

#### WYKONAWCA 38

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23 Otoskop o rękojeści wykonanej z tworzywa bez chromowanych wstawek spełniających funkcję estetyczną, która nie ma wpływu na przeprowadzenie badania?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana siwz- załącznik nr 3.23b pkt.12**

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23 Otoskop z funkcją standardowego i niezawodnego włączania i wyłączania urządzenia przyciskiem góra - dół?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana siwz- załącznik nr 3.23b pkt.13**

3. Czy Zamawiający dopuści w ankiecie nr 23 Otoskop bez portu do wykonywania testu pneumatycznego?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy odpowiednio **zmiana siwz- załącznik nr 3.23b pkt.9**

#### **Zmieniane załączniki:**

*Załącznik 3.1a do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 3.2a do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 3.7a do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 3.9a do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 3.23b do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 3.25a do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 3.25b do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 3.25c do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 3.31a do SIWZ zmiana odp.6*

*Załącznik 4 wzór umowy zmiana odp.6*

*Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*