

**ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH****Przedmiot zamówienia: Wózek medyczny z nadstawką- 1szt.****Nazwa.....typ.....rok produkcji.....**

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>			
1.	Wózek anestezjologiczny 5 szufladowy	TAK	
2.	Wymiary wózka: - max. Szerokość: 650 mm-760mm - max. Głębokość 475 mm- 520mm - max. Wysokość: 970 mm-1020mm	TAK podać	
3.	Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowiące także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego <i>lub</i> dwa uchwyty do przetaczania wózka umieszczone przy blacie, stanowiące zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego oraz blat roboczy posiadający cztery wyprofilowane brzożki uniemożliwiające zsuwanie się drobnych przedmiotów- zmiana odp.2	TAK	
4.	Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej	TAK	
5.	Stabilna konstrukcja nadstawki na leki wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym <i>lub</i> ze stali kwasoodpornej- zmiana odp.2 Nadstawka z 10 uchylnymi plastikowymi pojemnikami zamykanymi centralnym zamkiem na kluczyk.	TAK	
6.	Metalowa nadstawka na leki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min 20 cm. Ułatwiająca korzystanie z wózka zarówno osobą o niskim jak i wysokim wzroście <i>lub</i> nastawka ze stali kwasoodpornej na leki z możliwością umieszczenia pojemników na trzech rzędach (rzędy znajdujące się na trzech różnych wysokościach), umożliwiającą korzystanie z wózka zarówno osobom o niskim jak i wysokim wzroście- zmiana odp.2	TAK	
7.	Fronty szuflad wykonane ze stopu aluminiowego, uchwyty szuflad wykonane z ABS. Kolor frontów do wyboru przez zamawiającego min. 4	TAK	
8.	Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków.	TAK	
9.	Minimalna nośność szuflady 50 kg	TAK	
10.	Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)	TAK	
11.	Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy ok. 100 mm) min.2 z blokadą <i>lub</i> 4 pojedyncze, cichobieżne kółka (o średnicy 120 mm) min.2 z blokadą- zmiana odp.2	TAK	
12.	Wysokość szuflad ( kolejność od blatu ): 1) min. 110 mm, 2) min. 110 mm, 3) min. 110 mm, 4) 140 -150 mm, 5) 140 - 193 mm <i>lub</i> zmiana odp.2 1) 110 mm, 2) 110 mm, 3) 110 mm,	TAK, podać	

	4) 110 mm, 5) 210 mm		
13.	Wyposażenie: - metalowa <i>lub</i> ze stali kwasoodpornej nadstawka anestezjologiczna na leki zamykana na kluczyk, - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy min. 6l ) - druciany kosz na akcesoria medyczne ( wymiary ok.: długość: 23 x głębokość: 10 x wysokość:11cm) a w nim pojemnik na zużyte igły <i>lub</i> uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły (bez drucianego kosza i w nim pojemnika)- zmiana odp.2	TAK	
14.	Wózek fabrycznie nowy, nieużywany, rok prod. 2014	TAK	
15.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

.....  
PODPIS