

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Wózek medyczny – 1szt.

Nazwa.....typ.....rok produkcji.....

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Wózek anestezjologiczny 5 szufladowy	TAK	
2.	Wymiary wózka: - max. Szerokość: 650 mm-760mm - max. Głębokość 475 mm- 520mm - max. Wysokość: 970 mm-1020mm	TAK podać	
3.	Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowiące także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego <i>lub</i> dwa uchwyty do przetaczania wózka umieszczone przy blacie, stanowiące zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego oraz blat roboczy posiadający cztery wyprofilowane brzegi uniemożliwiające zsuwanie się drobnych przedmiotów- zmiana odp.2	TAK	
4.	Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej	TAK	
5.	Fronty szuflad wykonane ze stopu aluminiowego. uchwyty szuflad wykonane z ABS. Kolor frontów do wyboru przez zamawiającego min.4	TAK	
6.	Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków.	TAK	
7.	Minimalna nośność szuflady 50 kg	TAK	
8.	Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)	TAK	
9.	Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy ok. Φ 100mm) min.2 z blokadą <i>lub</i> wyposażony w 4 pojedyncze, cichobieżne kółka (o średnicy 120 mm), min. 2 z blokadą- zmiana odp.2	TAK	
10.	Wysokość szuflad (kolejność od blatu): 1) min. 110 mm, 2) min. 110 mm, 3) min. 110 mm, 4) 140 -150 mm, 5) 140 - 193 mm <i>lub zmiana odp.2</i> 1) 110 mm 2) 110 mm 3) 110 mm 4) 110 mm 5) 210 mm	TAK, podać	
11.	Wyposażenie: - metalowa nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa zamykana na kluczyk (<i>dopuszcza się bez metalowej nadstawki anestezjologicznej na lekarstwa- zmiana odp.2</i>) - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy min. 6l) - druciany kosz na akcesoria medyczny (wymiary ok.: długość: 23 x głębokość: 10 x wysokość:11cm) a w nim pojemnik na zużyte igły <i>lub</i> uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły (<i>bez drucianego kosza i w nim pojemnika</i>)- zmiana odp.2	TAK, podać	
12.	Wózek fabrycznie nowy, nieużywany, rok prod. 2014		
13.	Gwarancja min. 24 miesiące		

.....
PODPIS