

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

zał. 3.25c do SIWZ zmiana odp.6

Przedmiot zamówienia: Szafka Przyłóżkowa z Białem Boczny – 21 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2014	TAK	
2.	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Biał szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).	TAK	
3.	Tylna część biału szafki wyposażona w aluminiowy (<i>zmiana odp.6: lub metalowy</i>) reling posiadający tworzywowy (<i>zmiana odp.6: lub metalowy</i>) haczyk na ręcznik z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie biału szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C.	TAK	
4.	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm <i>lub dopuszczenie odp.4: 140 mm</i> , dostęp do półki od frontu szafki.	TAK PODAĆ	
5.	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części (<i>dopuszczenie odp.6: lub 2części</i>). Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego biału szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ	
6.	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części (<i>dopuszczenie odp.6: lub 2części</i>). Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ	
7.	Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (\pm 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (\pm 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym białem bocznym - 550 mm (\pm 20mm) <i>lub dopuszczenie odp.4: 520mm</i> - szerokość przy rozłożonym biału - 1150 mm (\pm 20mm) <i>lub dopuszczenie odp.4: 1180 mm</i> - głębokość - 470 mm (\pm 20mm) <i>zmiana odp.6: 445mm- 490mm</i>	TAK PODAĆ	
8.	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.	TAK	
9.	Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki	TAK	
10.	Szafka wyposażona w biał boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej z możliwością regulacji kąta pochylecia biału ok. 30° i ok. 60° w jedną i drugą stronę. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania biału umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości biału głównego szafki, <i>lub dopuszczenie odp.6: mechanizmem unoszenia oraz zwalniania biału bocznego umieszczony w górnej metalowej części – podporze biału, w postaci przycisku</i> , nie wymusza konieczności pochylecia się celem rozłożenia lub uniesienia biału bocznego.	TAK	
11.	Regulacja biału bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (\pm 20mm) <i>lub dopuszczenie odp.4: 800-1100 mm</i>	TAK PODAĆ	
12.	Biał półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik biału osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie biału (<i>uzupełnienie z odp.6</i>) zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.	TAK PODAĆ	

13.	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górną krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu <i>lub dopuszczenie odp.6: blat boczny wyposażony przy górnej krawędzi w wycięty uchwyt nie wystający poza obrys blatu</i>) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.	TAK	
14.	Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi – łatwy szybki montaż i demontaż bez konieczności odkręcania śrub)	TAK	
15.	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm (<i>zmiana odp.6</i>) z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej- <i>dopuszczenie odp.4: szafka bez piątego koła, utrzymuje stabilność na czterech kołach przy rozłożonym blacie bocznym</i>	TAK PODAĆ	
16.	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach	TAK	
17.	Fronty szuflad oraz blaty dopasowane kolorystycznie do szczytów łóżek, konstrukcja szafki dopasowana do koloru ramy łóżka.	TAK PODAĆ	
18.	Produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny	TAK	
19.	Gwarancja min. 36 miesiące	TAK PODAĆ	
20.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
21.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
22.	Czas reakcji serwisu max. 72 godz.	TAK	
23.	Szafki fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok prod.2014r	TAK	

.....
 PODPIS