

**Wymagania Techniczne: Płuczka – Dezynfektor – 2 szt.**

L.p.	Opis parametru	Wymóg/parametr graniczny	Parametry oferowane
1.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2014 (nie powystawowe)	TAK	
2.	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie.	TAK	
3.	Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90°C	TAK	
4.	Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” w granicach 6 min.-8 min.	TAK	
5.	Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 50 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 175 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm, <i>lub dopuszczenie odp.3:</i> - szerokość 54,5 cm - wysokość - 163 cm - głębokość 47,5 cm	TAK	
6.	Uszczelka drzwiowa bezobsługowa	TAK	
7.	Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną	TAK	
8.	Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.	TAK	
9.	Wbudowane dwie pomy: detergentu oraz środka płuczko-odkamieniającego	TAK	
10.	Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia.	TAK	
11.	Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej).	TAK	
12.	Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V lub 400V, 50 Hz.	TAK	
13.	Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia.	TAK	
14.	Wyposażona w uniwersalny kosz załadowniczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej ilości kaczek i basenów w tym basenów podłużnych	TAK	
15.	Pojemność minimalna: -jednocześnie 1 „basen” i 2 „kaczka” -lub 2 butle do ssaka	TAK	
16.	Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji	TAK	
17.	Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.	TAK	
18.	Automatyczny przebieg procesu.	TAK	
19.	Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10-12 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych.	TAK	
20.	Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia.	TAK	
21.	Zużycie wody: a/ program ekonomiczny 11-13 litrów/ cykl b/ program podstawowy 18-20 litrów/ cykl	TAK	
22.	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 lub rozwiązania równoważne opisywanym (załączyć potwierdzenie wraz z dostawą).	TAK	
23.	Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym	TAK	

## Załącznik nr 3.2a do SIWZ- zmiana odp.3

L.p.	Opis parametru	Wymóg/parametr graniczny	Parametry oferowane
	Unii Europejskiej)		
24.	Wydajność pompy myjącej dopasowana do automatyki cyklu	TAK	
25.	Grzałki wytwornicy pary zabezpieczone niezależnie od mikroprocesorowego układu sterowania	TAK	
26.	Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na płuczkę – dezynfektor	minimum 36 miesięcy	
27.	Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta	podać	
28.	Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie (podać w godzinach)	<=48h	
29.	Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach)	<=72 h	
30.	Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w dniach)	<=14 dni	
31.	Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia	TAK	
32.	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy	<= 3 naprawy	
33.	Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji	Min. 10 lat od daty dostawy	
34.	Liczba i lokalizacja autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	podać	
35.	Autoryzowany punkt serwisowy dla zamawiającego podać : adres, telefon, e-mail, nazwisko osoby do kontaktów	podać	
36.	Dostawa, montaż, min. 3 szkolenia dla około pięciu osób każde- zmiana odp.3	podać	
37.	Czas dostawy do 28 dni od daty podpisania umowy	podać	
38.	Środek płuczaco – odkamieniający, kanister - 5 litrowy – 2 szt.	dołączyć	
39.	Środek myjący, kanister - 5 litrowy – 2 szt.	dołączyć	
40.	Baseny z tworzywa sztucznego - 10 szt.	dołączyć	
41.	Kaczki z tworzywa sztucznego z płaskim dnem – 10 szt.	dołączyć	