

Wymagania Techniczne: Płuczka – Dezynfektor – 2 szt.

L.p.	Opis parametru	Wymóg/parametr graniczny	Parametry oferowane
1.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2014 (nie powystawowe)	TAK	
2.	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie.	TAK	
3.	Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90°C	TAK	
4.	Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” w granicach 6 min.-8 min.	TAK	
5.	Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 50 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 177,5 cm- <i>dopuszczenie odp.6</i> - głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm, <i>lub dopuszczenie odp.3:</i> - szerokość 54,5 cm - wysokość - 163 cm - głębokość 47,5 cm	TAK	
6.	Uszczelka drzwkowa bezobsługowa	TAK	
7.	Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną	TAK	
8.	Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.	TAK	
9.	Wbudowane dwie pomy: detergentu oraz środka płuczająco-odkamieniającego	TAK	
10.	Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia.	TAK	
11.	Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej).	TAK	
12.	Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V lub 400V, 50 Hz.	TAK	
13.	Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia.	TAK	
14.	Wyposażona w uniwersalny kosz załadowniczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej ilości kaczek i basenów w tym basenów podłużnych	TAK	
15.	Pojemność minimalna: -jednocześnie 1 „basen” i 2 „kaczka” -lub 2 butle do ssaka	TAK	
16.	Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji	TAK	
17.	Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.	TAK	
18.	Automatyczny przebieg procesu.	TAK	
19.	Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10-12 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych.	TAK	
20.	Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia.	TAK	
21.	Zużycie wody: a/ program ekonomiczny 11-13 litrów/ cykl b/ program podstawowy 18-20 litrów/ cykl	TAK	
22.	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 lub rozwiązania równoważne opisywanym (załączyć potwierdzenie wraz z dostawą).	TAK	
23.	Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową	TAK	

Załącznik nr 3.2a do SIWZ- zmiana odp.6

L.p.	Opis parametru	Wymóg/parametr graniczny	Parametry oferowane
	notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		
24.	Wydajność pompy myjącej dopasowana do automatyki cyklu	TAK	
25.	Grzałki wytwornicy pary zabezpieczone niezależnie od mikroprocesorowego układu sterowania	TAK	
26.	Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na płuczkę – dezynfektor	minimum 36 miesięcy	
27.	Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta	podać	
28.	Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie (podać w godzinach)	<=48h	
29.	Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach)	<=72 h	
30.	Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w dniach)	<=14 dni	
31.	Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia	TAK	
32.	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy	<= 3 naprawy	
33.	Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji	Min. 10 lat od daty dostawy	
34.	Liczba i lokalizacja autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	podać	
35.	Autoryzowany punkt serwisowy dla zamawiającego podać : adres, telefon, e-mail, nazwisko osoby do kontaktów	podać	
36.	Dostawa, montaż, min. 3 szkolenia dla około pięciu osób każde- zmiana odp.3	podać	
37.	Czas dostawy do 28 dni od daty podpisania umowy	podać	
38.	Środek płuczaco – odkamieniający, kanister - 5 litrowy – 2 szt.	dołączyć	
39.	Środek myjący, kanister - 5 litrowy – 2 szt.	dołączyć	
40.	Baseny z tworzywa sztucznego - 10 szt.	dołączyć	
41.	Kaczki z tworzywa sztucznego z płaskim dnem – 10 szt.	dołączyć	