

Załącznik 3.8a do SIWZ- zmiana odp.3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot : STÓŁ ZABIEGOWY – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2014

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	WYMAGANIA TAK/ NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Elektryczny stół zabiegowy, mobilny o regulowanej wysokości leża.	TAK	
2.	Funkcje elektryczne realizowane z pilota przewodowego: regulacja wysokości, regulacja segmentu pleców, regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga	TAK	
3.	Leże oparte na dwóch kolumnach teleskopowych zamocowanych na mobilnej podstawie z czterema kołami.	TAK	
4.	Leże 3-sekcyjne plus zagłówek, z pianki „zapamiętującej” kształt, tapicerowane wysokiej jakości materiałem łatwozmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych, <i>lub dopuszczenie odp.3- stół zabiegowy z materacem wykonanym z pianki poliuretanowej pokrytym materiałem łatwozmywalnym bez właściwości „zapamiętującej” kształt (z zachowaniem pozostałych parametrów)</i>	TAK	
5.	Obudowa podstawy jezdnej z jednorodnego tworzywa sztucznego umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości.	TAK	
6.	Podstawa jezdna z funkcją centralnego hamulca, z blokadą jazdy na wprost oraz z funkcją swobodnego skręcania wszystkich czterech kół.	TAK	
7.	Sekcja pleców o profilu prostokątnym o wymiarach 560 x600 mm (+/- 10 mm) <i>lub dopuszczenie odp.3- Sekcja pleców o profilu prostokątnym: 500x600mm [szerokość x długość]</i>	TAK, podać	
8.	Sekcja środkowa z półkolistym wycięciem ginekologicznym, wymiary sekcji: 540 x 600 mm (+/- 10 mm) <i>lub dopuszczenie odp.3 Sekcja środkowa z półkolistym wycięciem ginekologicznym: 500x460mm [szerokość x długość]</i>	TAK, podać	
9.	Sekcja nóg dzielona na dwie części, wyjmowana, umożliwiająca swobodny dostęp w przypadku zabiegów ginekologicznych, długość sekcji nóg 500 mm (+/- 10 mm), szerokość sekcji: 600 mm	TAK	

	(+/- 10 mm) lub dopuszczenie odp.3 Sekcja nóg dzielona na dwie części, wyjmowana, umożliwiająca swobodny dostęp w przypadku zabiegów ginekologicznych: 480x635mm [szerokość x długość]		
10.	Zagłówek o wymiarach: 270 x 500 mm (+/- 10 mm) z regulacją pochylenia od -35° do + 45 ° (+/- 2°) przy pomocy sprężyny gazowej lub dopuszczenie odp.3- Zagłówek: 500x295mm [szerokość x długość] z regulacją pochylenia od -90° do +10° i z możliwością regulacji wysokości 0-80mm	TAK	
11.	Cztery koła pojedyncze w obudowie z tworzywa sztucznego lub dopuszczenie odp.3- stół zabiegowy, którego podstawa wyposażona jest w cztery podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego	TAK	
12.	Wbudowany akumulator zapewniający pełną funkcjonalność w razie braku zasilania.	TAK	
13.	W pełni przezierny dla promieni RTG wszystkie sekcje leża.	TAK	
14.	Długość leża wraz z zagłówkiem: 2060 mm ± 50 mm	TAK, podać	
15.	Regulacja wysokości stołu: 650 - 1050 mm ± 50 mm licząc od podłogi do górnej krawędzi elementów tapicerowanych	TAK, podać	
16.	Regulacja sekcji pleców w stosunku do poziomu: min 0°/ +80° lub dopuszczenie odp.3- regulacja sekcji pleców od -25° do +70°	TAK, podać	
17.	Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w stosunku do poziomu: min. -15°/ +15°	TAK, podać	
18.	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV	TAK	
19.	Wyposażenie stołu: - podpory rąk 2 szt. - szyna do mocowania akcesoriów (1/2 długości stołu)	TAK	
20.	Nośność min. 200 kg	TAK, podać	
21.	Gwarancja min. 36 miesięcy	TAK, podać	
22.	Deklaracja zgodności oraz Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	TAK, załączyć	
23.	Oryginalne materiały producenta/dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu	TAK, załączyć	
24.	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi oraz przeglądy techniczne w cenie urządzenia.	TAK	

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
podpis oferenta