

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę narzędzi chirurgicznych, ginekologicznych, optyk do histerioskopii, narzędzi do laparoskopii, szyn rehabilitacyjnych, klamer wyciągowych i różnych zużywalnych akcesoriów do urządzeń medycznych”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia w odpowiedzi na pytanie od Wykonawcy:

WYKONAWCA 16

Pytanie nr 1

Dotyczy pakiet nr 3 – optyka do histeroskopii diagnostycznej (4mm) – pkt 2

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie stwierdzenia „z 2 stożkami” odpowiedział – „Stożek jest to adapter do przyłącza na dreny. Zamawiający pod pojęciem 2 stożków rozumie komplet płaszcz z obturatorem”
Niestety w dalszym ciągu istnieje niejasność dotycząca tego parametru. Jeżeli stożek jest to przyłącze na dreny to wymagany jest płaszcz składający się z dwóch osłon zewnętrznej i wewnętrznej, ponieważ są dwa stożki. Wymiar takiego płaszcz jest większy od 5 mm. Jednocześnie w opisie płaszcz jest zapis „z przyłączem LUER lock” wskazujący, że przyłącze ma być pojedyncze.

Druga część odpowiedzi natomiast wskazuje na pojedynczą osłonę z obturatorem.

Proszę o wyjaśnienie, jakiego płaszcz wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednego płaszcz z jednym przyłączem luer. Jest jeden płaszcz z jednym przyłączem luer. Są 2 szt. stożków na dren.

Stożek - adapter luer-dren

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych