

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawcy i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 9

Pakiet 3. Wózki medyczne typu anestezjologicznego

1. Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy?

NIE, czas realizacji zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy.

Pakiet 9. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej

1. Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy?

NIE, czas realizacji zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy.

2. Dot. Pkt 3 i 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o wymiarach: 1930 x 688 mm?

TAK, DOPUSZCZAMY- odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.9a lp.3 i 4

3. Dot. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie: od 0 do 12 °?

NIE DOPUSZCZAMY

4. Dot. Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem dwusegmentowym wypełnionym trwałą płytą tworzywową plastikową ABS.?

NIE DOPUSZCZAMY, ma być przezierna dla promieni RTG

5. Dot. Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez prowadnicy na kasetę RTG.?

NIE DOPUSZCZAMY

6. Dot. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w barierki boczne tworzywowe z ABS zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku?

NIE DOPUSZCZAMY

7. Dot. Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o dopuszczalnym obciążeniu 170 kg?

NIE DOPUSZCZAMY

WYKONAWCA 10

Pytania do Pakietu nr 4.

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 42 dni od daty podpisania umowy?

TAK, DOPUSZCZAMY, zgodnie ze zmianą SIWZ odp.1

Dotyczy: łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym i podwójną ramą wyciągową

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości 2150 mm ?

TAK, DOPUSZCZAMY- odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.4a lp.3

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłoża 500 mm?

TAK, DOPUSZCZAMY, zgodnie z odp.1

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

NIE DOPUSZCZAMY.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla leżącego

pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort leżącego pacjenta.

TAK, DOPUSZCZAMY- odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.4a lp.8

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z osobnymi szczytami oraz montowana w osobnych tulejach ramą wyciągową? Szczyt jest niezależny od ramy wyciągowej.

TAK, DOPUSZCZAMY

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm?

NIE DOPUSZCZAMY.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów nie wyjmowanym z ram? Wyjmowane są całe szczyty z ramy leża.

TAK, DOPUSZCZAMY

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

NIE DOPUSZCZAMY.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca, dostosowującymi się do różnych szerokości materaca, umieszczonymi w leżu w taki sposób, że nie narażają pacjenta na urazy?

NIE DOPUSZCZAMY.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z tulejami do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem zaciskowym (bez użycia narzędzi)?

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.4a Lp.14

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wzmocnionej podstawie, o maksymalnym obciążeniu 200 kg, ale bez potwierdzenia z niezależnego instytutu badawczego, gdzie taka opinia nie ma podstaw prawnych. W takich sytuacjach deklaracja zgodności wystawiona przez Producenta jest właściwym dokumentem.

NIE DOPUSZCZAMY.

12. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów?

NIE DOPUSZCZAMY.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, wykonanymi z 4 profili owalnych o przekroju 30 x 20 mm, składanymi wzdłuż ramy leża, zabezpieczającymi 80% długości leża, zgodnymi z normą EN 60601-2-52?

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.4a Lp.20

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramę wyciągową wykonaną w całości ze stali nierdzewnej?

NIE DOPUSZCZAMY.

14. Czy Zamawiający dopuści ramkę do kart gorączkowych wykonana z tworzywa ABS z metalowym klipsem do podtrzymywania dokumentów?

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.4a Lp.20

Dotyczy: łóżko szpitalne wielofunkcyjne z podwójną ramą wyciągową – 3 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości 2220 mm ?

NIE DOPUSZCZAMY.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm?

NIE DOPUSZCZAMY.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko spełniające wymagania normy IP-54

NIE DOPUSZCZAMY.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-16°?

NIE DOPUSZCZAMY.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-16°?

NIE DOPUSZCZAMY.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420 – 800 mm?

NIE DOPUSZCZAMY.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez podświetlanych klawiszy?

NIE DOPUSZCZAMY.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca, dostosowującymi się do różnych szerokości materaca, umieszczonymi w leżu w taki sposób, że nie narażają pacjenta na urazy?

NIE DOPUSZCZAMY.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wzmocnionej podstawie, o maksymalnym obciążeniu 250 kg, ale bez potwierdzenia z niezależnego instytutu badawczego, gdzie taka opinia nie ma podstaw prawnych. W takich sytuacjach deklaracja zgodności wystawiona przez Producenta jest właściwym dokumentem.

NIE DOPUSZCZAMY.

10. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów?

NIE DOPUSZCZAMY.

Dotyczy: szafka przyłóżkowa – 27 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych.

NIE DOPUSZCZAMY.

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych.

NIE DOPUSZCZAMY.

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad wykonanych z blachy lakierowanej proszkowo na dowolny kolor?

NIE DOPUSZCZAMY.

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z górną szufladą o wysokości 95 mm?

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.4c Lp.5

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą wysuwaną dwustronnie oraz szafką zamykaną drzwiczkami, otwieraną dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki?

NIE DOPUSZCZAMY.

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanym z płyty z tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

NIE DOPUSZCZAMY.

7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową otwieraną dwustronnie, bez konieczności przekładania blatu bocznego? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.4c Lp.9

8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym za pomocą sprężyny gazowej schowanej w tulei metalowej, lakierowanej proszkowo?

NIE DOPUSZCZAMY.

9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dolną półką na obuwiu wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo?

NIE DOPUSZCZAMY.

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800 – 1100 mm?

TAK, DOPUSZCZAMY

WYKONAWCA 11

Pakiet nr 5 – fotel do pobierania krwi i asystory

Poz. 1 - Fotel do pobierania krwi

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z segmentem pleców regulowanym w zakresie 80⁰ wyposażony w tapicerowany podglówek z możliwością regulacji wysokości? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik 3.5 Lp.1

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z tapicerowanymi, przestawnymi podłokietnikami z regulacją wysokości, mocowanymi do konstrukcji fotela przy segmencie siedziska? Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego.

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik 3.5 Lp.1

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z podstawą o długości 760mm?
Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik 3.5 Lp.1

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o wadze 25kg. Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ załącznik 3.5 Lp.1

WYKONAWCA 12

Pakiet nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

TAK, zgodnie z odp. 1.

2. Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji?

NIE DOPUSZCZAMY.

Pakiet nr 6

3. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

NIE DOPUSZCZAMY.

4. Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji?

TAK. Zgodnie z SIWZ, wymagana gwarancja wynosi min. 24 miesiące.

5. Czy Zamawiający dopuści stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 1400-2270 mm?

TAK, DOPUSZCZAMY, odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.6 Lp.3

WYKONAWCA 13

Dot. Pakiet 2, poz. 9 - pneumatyczny materac przeciwoleżynowy.

Zwracam się z prośbą o uściślenie, co oznacza zapis: "materac automatycznie przystosowujący się do pacjenta względem wagi"?

Odpowiedź: Ciśnienie powietrza znajdujące się w materacu przeciwoleżynowym powinno być regulowane zależnie od wagi pacjenta, dzięki płynnej regulacji ciśnienia w materacu dobieranej indywidualnie do wagi pacjenta.

WYKONAWCA 17

Załącznik 3.9a

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o całkowitej szerokości 770mm i długości 2110mm? Parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie wpływają na własności kliniczne.

TAK, DOPUSZCZAMY.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym regulacja pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga wynosi +/-12°?

NIE DOPUSZCZAMY, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający może doprecyzować czy wózek ma być dostosowany do współpracy z ramieniem C, co determinuje rozwiązanie konstrukcyjne do umiejscowienia kasety RTG?

ZGODNIE Z SIWZ – prowadnica na kasetę umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża.

3. Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga piątego koła, które zapobiega dryfowaniu wózka niezależnie od funkcji kierunkowej systemu jezdnego?

ZGODNIE Z SIWZ (dopuszczone dwa alternatywne rozwiązania).

Dalsze odpowiedzi w opracowaniu.

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

W załączeniu:

zał. nr 3.4a, nr 3.4b, nr 3.4c do SIWZ zmiana odp.2

zał. nr 3.6 zmiana odp.2

zał. nr 3.9a do SIWZ zmiana odp.2

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania