

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawcy i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 21

Dot. Pakietu nr 8. Zał. 3.8b punkt 6. Otoskop

Czy Zamawiający dopuści rozmiar wzierników wielorazowych rozmiar 2,4mm zamiast 2,5mm?

TAK, DOPUSZCZAMY- odpowiednio zmiana Siwz Zał. 3.8b punkt 6

W załączeniu:

zał. nr 3.8b do SIWZ zmiana odp.4

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych