

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------------------|--|-------------------|--------------------|
| WYMAGANIA OGÓLNE | | | |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK | |
| 2. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym - kolor szary lub biały do wyboru przez Zamawiającego, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, | TAK | |
| 3. | Szerokość całkowita: 720 mm (\pm 30 mm) | TAK PODAĆ | |
| 4. | Długość całkowita: 2000 mm (\pm 50 mm) | TAK PODAĆ | |
| 5. | Wysokość regulowana za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie minimum: 600 – 890mm | TAK PODAĆ | |
| 6. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0° - 22° (\pm 2°) – regulacja płynna | TAK PODAĆ | |
| 7. | Pozycja anti-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie minimum: 0° - 10° (\pm 2°) – regulacja płynna | TAK PODAĆ | |
| 8. | Leże min. dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK | |
| 9. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK | |
| 10. | Ruchomy segment oparcia pleców za sprężyny gazowej w zakresie minimum: 0 - 70° – regulacja płynna | TAK PODAĆ | |
| 11. | Wózek wyposażony w bariery boczne chromowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku | TAK PODAĆ | |
| 12. | Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe | TAK | |
| 13. | Wyposażenie wózka: - materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta -1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. | TAK | |
| 14. | Wózek wyposażony w 4 koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół w tym jedno z blokadą kierunkową lub 4 koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół oraz dodatkowe piąte koło z funkcją kierunkową | TAK PODAĆ | |
| 15. | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | TAK | |
| 16. | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwia nam zamontowanie butli z tlenem oraz pełni funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta. | TAK | |
| 17. | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych spośród min. 5-ciu | TAK PODAĆ | |
| 18. | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 225 kg | TAK PODAĆ | |
| 19. | Produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny | TAK | |

| | | | |
|-----|--|--------------|--|
| 20. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ | |
| 21. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK | |
| 22. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK | |
| 23. | Czas reakcji serwisu 72 godz. | TAK | |
| 24. | Wózek nowy, nieużywany rok prod. 2014/2015 | TAK PODAĆ | |
| 25. | Przedmiot zamówienia obejmuje montaż i przeszkolenie personelu | TAK | |

.....
podpis