

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCHPrzedmiot zamówienia: **Wózek medyczny z nadstawką- 2szt.**

Nazwa.....typ.....rok produkcji.....

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Wózek anestezjologiczny 5 szufladowy	TAK	
2.	Wymiary wózka: - max. Szerokość: 650 mm-760mm - max. Głębokość 475 mm- 520mm - max. Wysokość: 970 mm-1020mm	TAK podać	
3.	Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowiący także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego lub dwa uchwyty do przetaczania wózka umieszczone przy blacie, stanowiący zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego oraz blat roboczy posiadający cztery wyprofilowane brzożki uniemożliwiające zsuwanie się drobnych przedmiotów	TAK podać	
4.	Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej	TAK	
5.	Stabilna konstrukcja nadstawki na leki wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym lub ze stali kwasoodpornej. Nadstawka z 10 uchylnymi plastikowymi pojemnikami zamykanymi centralnym zamkiem na kluczyk.	TAK, podać	
6.	Nadstawka na leki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min 20 cm lub z możliwością umieszczenia pojemników na trzech rzędach (rzędy znajdujące się na trzech różnych wysokościach), umożliwiającą korzystanie z wózka zarówno osobom o niskim jak i wysokim wzroście	TAK, podać	
7.	Fronty szuflad wykonane ze stopu aluminiowego –uchwyty szuflad wykonane z ABS. Kolor frontów do wyboru przez zamawiającego min. 4 lub fronty szuflad wykończone kolorowymi (min.4kolory) panelami z tworzywa HPL lub z aluminium,; uchwyty szuflad wykonane są z aluminium .	TAK, podać	
8.	Minimum trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków.	TAK, podać	
9.	Minimalna nośność szuflady ok. 50 kg	TAK, podać	
10.	Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka lub zamek umieszczony na frontowej ścianie wózka	TAK, podać	
11.	Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy ok. 100 mm) min.2 z blokadą lub 4 pojedyncze, cichobieżne kółka (o średnicy 120 mm) min.2 z blokadą lub pojedyncze cichobieżne kółka o średnicy 125mm, 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne.	TAK, podać	
12.	Wysokość szuflad (kolejność od blatu): 1) 110 mm, 2) 110 mm, 3) 110 mm, 4) 110 mm, 5) 210 mm	TAK, podać	

	<i>dopuszczamy inny rozkład szuflad, jednak głębokość każdej szuflady nie może być mniejsza niż 110mm</i>		
13.	<p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalowa lub ze stali kwasoodpornej nadstawka anestetyczna na leki zamykana na kluczyk, - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy min. 6l) - druciany kosz na akcesoria medyczne (wymiary ok.: długość: 23 x głębokość: 10 x wysokość: 11cm) a w nim pojemnik na zużyte igły lub uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły (bez drucianego kosza i w nim pojemnika) 	TAK	
14.	Wózek fabrycznie nowy, nieużywany	TAK	
15.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

.....
 PODPIS