

Przedmiot zamówienia: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 27 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2014/2015	TAK	
2.	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).	TAK	
3.	Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C.	TAK	
4.	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm lub 140 mm, dostęp do półki od frontu szafki.	TAK PODAĆ	
5.	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady <i>min. 95mm (zmiana odp.2 Wyk.10)</i> Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ	
6.	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ	
7.	Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 520mm-570 mm - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 30mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm)	TAK PODAĆ	
8.	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.	TAK	
9.	Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki. <i>Dopuszczenie odp.1 Wyk.10- szafka przyłóżkowa otwierana dwustronnie, bez konieczności przekładania blatu bocznego.</i>	TAK	
10.	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej z możliwością regulacji kąta pochylecia blatu ok. 30° i ok. 60° w jedną i drugą stronę. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.	TAK	
11.	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) <i>lub 800-1100 mm</i>	TAK PODAĆ	
12.	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.	TAK PODAĆ	
13.	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.	TAK	
14.	łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki bez konieczności pochylania się zwalnianie blokady systemem nożnym (bez użycia narzędzi – łatwy szybki montaż i demontaż bez konieczności odkręcania śrub)	TAK	

15.	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Błat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej	TAK PODAĆ	
16.	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach	TAK	
17.	Fronty szuflad oraz blaty dopasowane kolorystycznie do szczytów łóżek, konstrukcja szafki dopasowana do koloru ramy łóżka.	TAK PODAĆ	
18.	Produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny	TAK	
19.	Gwarancja min. 36 miesięcy	TAK PODAĆ	
20.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
21.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
22.	Czas reakcji serwisu max. 72 godz.	TAK	
23.	Szafki fabrycznie nowe, niepowystawowe	TAK	

.....
 PODPIS