

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej - 1 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	TAK	
2.	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym - kolor szary lub biały do wyboru przez Zamawiającego, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV,	TAK	
3.	Szerokość całkowita: 720 mm (+100 mm/-32mm) dopuszczenie	TAK PODAĆ	
4.	Długość całkowita: 2000 mm (+130 mm/-70mm)	TAK PODAĆ	
5.	Wysokość regulowana za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie minimum: 600 – 890mm (<i>dopuszczamy od 640mm odp.1 Wyk.3</i>)	TAK PODAĆ	
6.	Pozycja Trendelburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 ⁰ - 22 ⁰ (± 2 ⁰) – regulacja płynna (<i>dopuszczamy ±16⁰ odp.1 Wyk.3</i>)	TAK PODAĆ	
7.	Pozycja anti-Trendelburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie minimum: 0 ⁰ - 10 ⁰ (± 2 ⁰) – regulacja płynna lub <i>hydrauliczne za pomocą pedału nożnego umieszczonego po obu stronach wózka, w zakresie 12⁰ (dopuszczamy zakres ±16⁰ odp.1 Wyk.3)</i>	TAK PODAĆ	
8.	Leże min. dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG	TAK	
9.	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża.	TAK	
10.	Ruchomy segment oparcia pleców za sprężyny gazowej w zakresie minimum: 0 - 70°- regulacja płynna	TAK PODAĆ	
11.	Wózek wyposażony w barierki boczne chromowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku	TAK PODAĆ	
12.	Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe	TAK	
13.	Wyposażenie wózka: - materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta -1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt.	TAK	
14.	Wózek wyposażony w 4 koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół w tym jedno z blokadą kierunkową lub 4 koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół oraz dodatkowe piąte koło z funkcją kierunkową	TAK PODAĆ	
15.	Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole	TAK	
16.	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwia nam zamontowanie butli z tlenem oraz pełni funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta.	TAK	
17.	Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych spośród min. 5-ciu	TAK PODAĆ	

18.	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 225 kg	TAK PODAĆ	
19.	Produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny	TAK	
20.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK PODAĆ	
21.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
22.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat	TAK	
23.	Czas reakcji serwisu 72 godz.	TAK	
24.	Wózek nowy, nieużywany rok prod. 2014/2015	TAK PODAĆ	
25.	Przedmiot zamówienia obejmuje montaż i przeszkolenie personelu	TAK	

.....
podpis