

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego użytku do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i w trybie art. 38 ust.4 w/w ustawy dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

WYKONAWCA 1

Czy zamawiający dopuści w pakiet 14 pozycja 1 cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? Kompletny zestaw do implantacji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA 2

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 1 półautomatycznej igły do biopsji w rozmiarze G 14 90mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie 2

Mając na uwadze zachowanie warunków konkurencyjności oraz ekonomicznego gospodarowania środkami publicznymi zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 9 pozycji 5 i 6 i utworzenie niezależnego zadania np. 9A

Odpowiedź: Nie wydzielamy.

Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 40 igieł lokalizacyjnych V G 21/50mm i G 20/75mm do wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA 3

Pytanie 1 do pakietu 31, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody monopolarnej szpatułkowej do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowalna o długości całkowitej 62mm, śr. trzpienia 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana siwz

Pytanie 2 do pakietu 31, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody kulkowej prostej fi. 6,0mm o długości całkowitej 49mm, śr. trzpienia 4mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 do pakietu 31, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody pętlowej prostej fi. 14mm, długość całkowita 58mm, śr. trzpienia 4mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 do pakietu 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody monopolarnej haczykowej śr. 5mm, dł robocza 36cm z możliwością podłączenia przewodu kompatybilnego z diatermią VIO ERBE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

WYKONAWCA 4

1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania pakiet 41 pozycja 1 produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi. Produkt pakowany jest po 2 szt - oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2) Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 41 i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji

Odpowiedź: Nie wydzielamy.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.7, 3.31, 3.37 do siwz po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny - dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*