

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego użytku do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i w trybie art. 38 ust.4 w/w ustawy dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

WYKONAWCA 5

Pakiet 31

Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę kulkową, prostą, fi 6,0 mm, długość części roboczej 25mm, dł. całkowita 52mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę pętlową, prostą, fi 12,0 mm, długość całkowita 54mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę bierną hydrożelową, dwudzielną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Pakiet 33.

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę pętlową, prostą, fi 16,0 mm, długość całkowita 56mm, średnica trzpienia 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania żagielek do konizacji 10 x25mm, do uchwytu o średnicy trzpienia 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania żagielek do konizacji 20 x25mm, do uchwytu o średnicy trzpienia 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pincetę bipolarną dł. 19,5 cm, końcówki 2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel przyłączeniowy do pincety bipolarnej o dł. 3m lub 5m, wejście 2pinowe do diatermii Valleyab?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie że chodzi o poz. 5 i w tej pozycji dopuszcza kabel o dł.5m; odpowiednio zmiana w siwz.

WYKONAWCA 6

PAKIET 42- ZESTAW DO UZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPLYTKOWEGO

Pyt. 1.: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Sterylny jednorazowy zestaw umożliwiający przygotowanie **2-3 ml** koncentratu leukocytno-bogatopłytkowego (PRP) z 30 ml krwi obwodowej przy stężeniu **4-6 razy** wartość bazowa, ale nie mniej niż **1 mln płytek w mikrolitrze**. Istnieje również możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w przedziale **od 15 ml do 30 ml**, w rezultacie czego uzyskujemy od 0.2 ml do **3 ml PRP** - zawiesiny o wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF.

Element konstrukcji wewnętrznej tuby separującej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności **zamkniętego systemu**. Separator wyposażony jest w specjalną przegrodę, trwale oddzielającą warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza oraz bagnet z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów.

Czas uzyskiwania osocza bogato płytkowego nie dłuższy niż 5 min.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.31, 3.33 do siwz po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*