

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego użytku do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i w trybie art. 38 ust.4 w/w ustawy dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

WYKONAWCA 20

Dotyczy pakietu nr 41:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 1 system bezigłowy posiadający wbudowany w przezroczystą obudowę mechanizm automatycznie zamykający zawór zrealizowany w postaci silikonowej (sprężynującej) membrany ochraniającej wewnętrzny kanał infuzyjny, o objętości własnej 0,05ml, pozwalający na przepływ z prędkością 350ml/min, w opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 2 potrójny system bezigłowy z liniami, w którym łącznik bezigłowy ma wbudowany w przezroczystą obudowę mechanizm automatycznie zamykający zawór zrealizowany w postaci silikonowej (sprężynującej) membrany ochraniającej wewnętrzny kanał infuzyjny, system bezigłowy pozwala na prędkość przepływu 360ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz

WYKONAWCA 21

Pytanie 1 do pakietu 42

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego, próżniowego systemu, służącego do uzyskiwania autologicznego osocza bogatopłytkowego PRP z krwi własnej pacjenta. System pozwalający uzyskać 4-5ml osocza bogatopłytkowego

z 8ml krwi. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew do specjalnej tuby, ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi zawierać dwa łączniki transferowe, igłę iniekcyjną 27G, strzykawkę 5 ml typu luer lock. Czas uzyskiwania osocza bogatopłytkowego nie dłuższy niż 5 min

Pytanie 2 do pakietu 42

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskiwania autologicznego osocza bogatopłytkowego PRP z krwi własnej pacjenta. System pozwalający uzyskać 4-5ml osocza bogatopłytkowego z 8ml krwi. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew do specjalnej tuby 8ml, ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi zawierać trzy osobne próbki pakowane w jednym pudełku. Czas uzyskiwania osocza bogatopłytkowego nie dłuższy niż 5 min

Odpowiedź: Zamawiający na powyższe pytania udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.

WYKONAWCA 22

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 11, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu sterylnym w kolorze niebieskim (folia-papier) z komorą kroplową wolną od PCV o długości 62 mm, igła biorcza ścięta dwukanałowo bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. Całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym)? Zacisk rolkowy ze specjalną pochewką na kolec komory zabezpieczający przed zakłuciem. Opakowanie kartonowe a' 200 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi w opakowaniu sterylnym w kolorze niebieskim (folia-papier) z komorą kroplową wolną od PCV o długości 62 mm, igła biorcza ścięta dwukanałowo bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym? Całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Zacisk rolkowy ze specjalną pochewką na kolec komory zabezpieczający przed zakłuciem.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuści w w/w pozycji opakowanie kartonowe a'200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz.

Pakiet 13, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z FEP/teflon z 3 paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Opakowanie typu papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z poliuretanu z 4 paskami kontrastujących w promieniach RTG. Opakowanie typu papier klasy medycznej. Pozostałe parametru zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z poliuretanu, posiadająca samozamykający korek, wyposażona w cztery paski radiocieniujące i zastawkę antyzwrotną. Opakowanie typu papier klasy medycznej. W rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90 90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33
Żółty	24 G	0,70 x 19	13

Fioletowy	26 G	0,60 x 19	10
-----------	------	-----------	----

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz.2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z FEP/teflon, posiadająca samozamykający korek, wyposażona w trzy paski radiocieniujące i zastawkę antyzwrotną. Opakowanie typu papier klasy medycznej. W rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90 90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33
Żółty	24 G	0,70 x 19	13
Fioletowy	26 G	0,60 x 19	10

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 13, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z poliuretanu, posiadająca samozamykający korek, wyposażona w cztery paski radiocieniujące i zastawkę antyzwrotną.

W rozmiarze 26G 0,6x19 mm przepływ 10 ml/min. Opakowanie typu papier klasy medycznej. Pozostałe parametru zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz.3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z FEP/teflon, posiadająca samozamykający korek, wyposażona w trzy paski radiocieniujące i zastawkę antyzwrotną. W rozmiarze 26G 0,6x19 mm przepływ 10 ml/min. Opakowanie typu papier klasy medycznej.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z poliuretanu, posiadająca samozamykający korek, wyposażona w cztery paski radiocieniujące i zastawkę antyzwrotną.

Opakowanie typu papier klasy medycznej. W rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90 90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33
Żółty	24 G	0,70 x 19	13
Fioletowy	26 G	0,60 x 19	10

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz.4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z FEP/teflon, posiadająca samozamykający korek, wyposażona w trzy paski radiocieniujące i zastawkę antyzwrotną. Opakowanie typu papier klasy medycznej. W rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33
Żółty	24 G	0,70 x 19	13
Fioletowy	26 G	0,60 x 19	10

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz.6

Czy zamawiający dopuści w w/w pozycji koreczki tylko w kolorze czerwonym.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści w w/w pozycji koreczki pakowane a'250 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz.

Pakiet 13, poz. 6-7

Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej jego krawędzi znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również w poz. 7, natomiast w poz. 6 zgodnie z siwz.

Pakiet 13, poz.9

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze:

- 0,45 x 25 mm (zamiast 0,45 x 22mm).

- 0,50 x 20 mm (zamiast 0,50 x 19mm).

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 13, poz. 9-10

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia ostrza igły na opakowaniu jednostkowym a'100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 13, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igły w rozmiarze:

31G	(0,25 mm x 4 mm)
31 G	(0,25 mm x 6 mm)
30 G	(0,30 mm x 8 mm)
29 G	(0,33 mm x 12 mm)

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz.13-16

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawkę z tłokiem w kolorze niebieskim, z cylindrem wykonanym z polipropylenu a tłok z polietylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji strzykawki pakowane a'80 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę; odpowiednio zmiana w siwz

Pakiet 13, poz. 17

Proszę o podanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję w celu doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis z poz. 17: Pompy strzykawkowe posiadane przez zamawiającego: Ascor, Pilot, Aguila.

Pakiet 13, poz.21

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny 1 ml, z igła 0,45 x 13 mm, skala co 0,01 ml. Opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz. 22

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 16, poz. 1.

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 16, poz. 3 i 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 16, poz. 7-8

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 16, poz. 7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową. Podwójna skala pomiarowa nie ma bowiem żadnego medycznego uzasadnienia, a taki wymóg znacząco ogranicza możliwość złożenia ofert przez większą liczbę Wykonawców, co powoduje hamowanie rozwoju wolnej konkurencji. Dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową pozwoli Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem ceny jak i jakości oraz zaoszczędzić środki publiczne, którymi Szpital dysponuje.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 16, poz.11

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 16, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300 ml/min.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy jak w opisie poniżej:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 600ml/min.
- Kompatybilny z MRI
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membraną silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 360 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczu

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 41, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy jak w opisie poniżej:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynów
- Długość drenów 10 cm Ø 1,2-2,6 z bariera mikrobiologiczna, objętość 0,3 ml
- Szybkość przepływu 170 ml/min
- Kompatybilny z MRI
- Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacze na drenach
- Możliwość używania przez minimum 7 dni i 360 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczu
- Potrójna przedłużka

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 53, poz. 1-4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 53, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz.

Pakiet 53, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz

Pakiet 53, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini-Spike: odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie, bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska siła oporu, filtr przeciwbakteryjny 0,1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny kształt, łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaska, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi, odporny na insulinę, sterylność, apirogenny.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

WYKONAWCA 23

Pytania do SIWZ Pakiet nr 22

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 22 dopuści zaferowanie przewodników wiodących czarnych, z końcówką platynową lub wolframową, długość 150 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 22 dopuści zaferowanie ekstraktora o średnicy 2,4Fr, długość 120 cm, średnica koszyka 1-1,5 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz
3. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 22 dopuści zaferowanie ekstraktora o średnicy 1,8Fr, długość 120 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz
4. Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 22 dopuści zaferowanie zestawu z cewnikiem 4,8 Fr pokrytym substancją hydrofilną, możliwość utrzymywania w moczowodzie 6-12 miesięcy.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz

WYKONAWCA 24

Pakiet nr 30, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepków spełniających wszystkie wymagania SIWZ w opakowaniach foliowych. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; odpowiednia zmiana w siwz została już dokonana odp. 3 z dnia 10.03.2016 r.

Pakiet nr 30, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 30. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy wzoru umowy – § 5, ust. 2, 3 i § 6, ust. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT ceny netto nie ulegną zmianie, natomiast zmianie ulegną ceny brutto. Poniżej proponowane zmiany do umowy:

- w §5, ust. 2 z „ceny jednostkowe brutto określone w zał. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy” na „ceny jednostkowe netto określone w zał. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz, w tym umowy.

- w §5, ust. 3 z „w przypadku zmiany stawek VAT cena netto oraz wysokość podatku VAT ulegną zmianie” na „w przypadku zmiany stawek VAT cena brutto oraz wysokość podatku VAT ulegną zmianie”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz, w tym umowy.

- w §6, ust. 2 z „strony umowy dopuszczają zmiany w umowie w następujących okolicznościach i w poniżej określonych przypadkach: b) zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian) na „strony umowy dopuszczają zmiany w umowie w następujących okolicznościach i w poniżej określonych przypadkach: b) zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz, w tym umowy.

Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 2b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy (brutto)”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już zmiany zapisów we wzorze umowy w zakresie w §9 ust 2 b oraz ust 3 na „3% wartości umowy (brutto)” - zmiana dokonana została odpowiedzią nr 3 do przedmiotowego postępowania. Wzór umowy po zmianie został zamieszczony na stronie internetowej wraz z odpowiedzią nr 3 w dniu 10.03.2016 r.

WYKONAWCA 25

- Pakiet 49 – pojemniki, próbki laboratoryjne
 - Czy Zamawiający w poz. 1 dopuszcza mikrometodę w opakowaniu 100 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

- Czy Zamawiający w poz. 3 dopuszcza pojemniki na kał w opakowaniu 500szt?

Odpowiedź: Maksymalnie w op. 100szt.

- Czy Zamawiający w poz. 4 dopuszcza pojemniki w opakowaniu 500szt?

Odpowiedź: Dopuszcza się opakowania zbiorcze po 500 szt w opakowaniu zbiorczym (w kartonie) z tym, że wewnątrz opakowania poj. pakowane winny być po 100 szt lub po 50 szt. a nie luzem w kartonie

- Czy Zamawiający w poz. 5 dopuszcza pojemniki w opakowaniu 400szt?

Odpowiedź: dopuszcza się opakowania zbiorcze po 400 szt. z tym, że każdy pojemnik pakowany osobno

- Czy Zamawiający w poz. 6 dopuszcza wymazówki w opakowaniu 400 szt?

Odpowiedź: Zapotrzebowanie Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w siwz to 200 szt, więc nie może dopuścić opakowań po 400 szt, natomiast dopuszcza się opakowania zbiorcze po 100 szt.

- Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz..

WYKONAWCA 26

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie półautomatycznej igły do biopsji tkanek miękkich z możliwością doboru pobieranego wycinka dł. 1,2cm i 2,5cm. Igła skalowana co 1cm, nie posiadająca ogranicznika głębokości wkłucia, na uchwycie wyraźna skala naciągu igły oraz oznaczenie grubości igły.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 40. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły lokalizacyjnej w rozmiarach 20G i 21G dł. 70mm lub 90mm.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

WYKONAWCA 27

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 4 do SIWZ:

1. Dot. § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy 5 dni roboczych, po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em oraz wydłużenie terminu dostaw „na ratunek” do 48h w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Dot. § 3 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: *„Za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe na majątku Zamawiającego podczas przewozu transportem Wykonawcy odpowiada Wykonawca.”*

Przeniesienie odpowiedzialności na Wykonawcę za szkody inne, niż zawinione przez niego powoduje powstanie niewspółmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy.

Zmodyfikowanie zapisów umowy w sposób przedstawiony powyżej wydaje się być nieodzowne, biorąc pod uwagę konieczność zachowania zasady równości stron sformułowaną w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c.. Ponadto, samoistnym źródłem zobowiązania Wykonawcy, według kodeksu cywilnego, jest fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym. W art. 471 k.c., o następującym brzmieniu: *„dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”*, Kodeks przewiduje **odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktową)**. Przy odpowiedzialności kontraktowej wyrządzenie szkody następuje w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, w związku z tym osoby trzecie nie mogą być uprawnione do występowania z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio przeciwko Wykonawcy. Takie uprawnienie będzie miał natomiast Zamawiający, w przypadku wyrządzenia osobom trzecim przez Wykonawcę szkody w wyniku zawinionego nienależytego wykonania umowy.

W wypadku pozostawienia przedstawionych wyżej zapisów projektu umowy w pierwotnej wersji, dojdzie do naruszenia powołanych przepisów prawa. Zamawiający ułożył bowiem stosunek zobowiązaniowy sprzecznie z naturą tego rodzaju umów (sprzedaż/dostawa), nadużywając przy tym dominującej pozycji, jako jednej ze stron. Mając na uwadze uchwałę składu 7 sędziów SN z dnia 22 maja 1991 r. (III CZP 15/91, OSNCP 1992/1/1) mówiącą iż: *„W tym stanie rzeczy za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków. Sprzeczność ta występuje szczególnie wyraźnie zwłaszcza przy umowach zawieranych nie w oparciu o indywidualne pertraktacje, ale w oparciu w regulamin wydany przez profesjonalistę, skoro jest oczywiste, że zawsze jest on zainteresowany w najkorzystniejszym dla siebie ukształtowaniu regulacji masowo zawieranych umów”*.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy.

3. Dot. § 7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru niezgodnego z opisem zawartym w specyfikacji, zniszczonego lub uszkodzonego do 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w tym umowy; Zamawiający wyjaśnia, że Zapis § 7 pkt 1 dotyczy sytuacji dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zawartym w specyfikacji, zniszczonego lub uszkodzonego: natomiast tryb reklamacji za inne wady towaru został określony w §7 ust.2 : Za inne wady towaru Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych, zawartych w Kodeksie Cywilnym i przepisach obowiązujących w tym zakresie

4. Dot. § 9 ust. 2 ppkt a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 0,2% wartości brutto złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

5. Dot. § 9 ust. 2 ppkt b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już zmiany zapisów we wzorze umowy w zakresie w §9 ust 2 b oraz ust 3 - na „3% wartości umowy (brutto)” - zmiana dokonana została odpowiedzią nr 3 do przedmiotowego postępowania. Wzór umowy po zmianie został zamieszczony na stronie internetowej wraz z odpowiedzią nr 3 w dniu 10.03.2016r

6. Dot. § 14 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

7. Dot. §6 ust. 2 b)

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów na: *„zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian),”*.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

8. Dot. §9 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów na: *„Jeśli Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar wadliwy lub trzykrotnie nie dostarczy towaru w terminie wymaganym postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiające będzie miało prawo do odstąpienia do umowy, jeżeli jej wykonanie w całości, z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, nie leży w interesie publicznym. W taki przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia kary za odstąpienie ani inne odszkodowanie z tego tytułu.”*

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy.

9. Dot. §5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów na: *„W przypadku zmiany stawek VAT cena brutto oraz wysokość podatku VAT ulegną zmianie.”*

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy.

WYKONAWCA 28

Dotyczy Pakietu nr 17, poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z portem do kapnografii o przestrzeni martwej 32 ml, spełniający pozostałe SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 17, poz.2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny do stosowania na bloku operacyjnym z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z pianki, objętość 45 ml, skuteczność filtracji p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999%, skuteczność nawilżania przy VT500 ml 33mg/l H₂O, opory przepływu 0,83 cm H₂O przy 30 l/min z portem do kapnografu, sterylne, pakowany pojedynczo, dla dorosłych?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 17, poz.3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny, hydrofobowy z harmonijkową membraną filtrującą z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci wykonaną z pianki, spełniający pozostałe SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 17, poz.4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz z portem kapno, pediatryczny, objętość oddechowa powyżej 75 ml, waga 18g, sterylne, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 17, poz.5

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z rur gładkich o długości 180 cm, dodatkowe ramie 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 17, poz.6

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy anestetyczny dla dzieci z rur gładkich o długości 150 cm, dodatkowe ramie 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 17, poz.8

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 34, poz.1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch wyraźnych pasków nie na całym obwodzie rurki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 34, poz.5

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu nr 34, poz.6

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych, jednorazowe, metalowe, pokryte przezroczystym PCV, z miękką ukształtowaną końcówką, sterylne w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0),

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

WYKONAWCA 29

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

I. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 43 – Załącznik Nr 3.43 do SIWZ:

1. dot. poz. 3 - Prosimy o wydzielenie poz. 3, tj. „Złącze szybkiego napełniania kompatybilne z systemem Medrad Stellant” do osobnego pakietu lub też o możliwość składania ofert częściowych, tj. osobno na poszczególne pozycje w pakiecie, ponieważ pozycja ta wskazuje na konkretnego dostawcę, tj. (...) – żaden inny podmiot nie będzie mógł złożyć oferty na asortyment w tym pakiecie, bowiem nie pozyska od firmy (...). oferty na złącze szybkiego napełniania.

Uzasadnienie: Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tej pozycji jest fakt, że Wykonawca oferujący dany asortyment (wkłady lub złącza) może zaoferować je w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie niż dystrybutor pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku, (w tym przypadku od monopolisty na rynku), co z pewnością będzie miało wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego. Na asortyment wyszczególniony w Pakiecie Nr 43 w całości ofertę może złożyć tylko jeden podmiot, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz stanowi praktyki monopolistyczne. Taka pakietyzacja zamówienia narusza zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji – podstawowe zasady stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz naraża Zamawiającego na ponoszenie większych kosztów w związku z zakupem materiałów zużywalnych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. dot. poz. 1 – Prosimy o dopuszczenie zestawu bez pojemniczka do odpowietrzania. Pojemniczki takie posiada tylko oryginalny asortyment produkcji (...), oferowany tylko przez jeden podmiot – firmę (...) dlatego też pozycja ta powinna być również wydzielona do osobnego pakietu lub też Wykonawca powinien mieć możliwość składania ofert częściowych osobno na poszczególne pozycje w pakiecie.

Uzasadnienie: Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tej pozycji jest fakt, że Wykonawca oferujący dany asortyment (wkłady lub złącza) może zaoferować je w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie niż dystrybutor pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku, (w tym przypadku od monopolisty na rynku), co z pewnością będzie miało wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego. Na asortyment wyszczególniony w Pakiecie Nr 43 w całości ofertę może złożyć tylko jeden podmiot, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz stanowi praktyki monopolistyczne. Taka pakietyzacja zamówienia narusza zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji – podstawowe zasady stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz naraża Zamawiającego na ponoszenie większych kosztów w związku z zakupem materiałów zużywalnych.

Pragniemy również poinformować Zamawiającego, że dla poz. 2 asortyment, który oferuje nasza firma, składa się z zestawu A+B, standardowo zawierającego J-rurki (zarówno w części A jak i w części B), co wymiennie wpłynęło by na wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego, bowiem nie musiałby zamawiać J-rurek dodatkowo w ramach innej pozycji przetargu.

W związku z powyższym jako rozwiązanie alternatywne prosimy o połączenie asortymentu z poz. 1 i poz. 2 w jedną pozycję, ponieważ jest to tożsamy asortyment, tylko inaczej konfekcjonowany (zapakowany).

Jeszcze raz podkreślamy, że taka pakietyzacja zamówienia, jakiej dokonał Zamawiający, jest pakietyzacją typową pod jednego dostawcę, bez uwzględnienia rozwiązań równoważnych innych producentów. Tak sformułowany opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 43 faworyzuje jednego dostawcę

(opis z poz. 1 – żadna inna firma nie zaoferuje oryginalnego asortymentu (...)), który dodatkowo dla innych pozycji (poz. 2) będzie mógł zaoferować chiński zamiennik produktu oryginalnego, a tej możliwości pozbawieni będą inni wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

II. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 44 – Załącznik Nr 3.44 do SIWZ:

1. **dot. poz. 1** – Prosimy o dopuszczenie dla tej pozycji złącza spiralnego, które spełnia dokładnie takie same funkcje w zaoferowanym zestawie do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant i jest z nim kompatybilny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz.

III. dot. Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy:

1. **dot. Par. 5 ust. 3** - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„W przypadku zmiany stawek VAT cena **brutto** ~~netto~~ oraz wysokość podatku VAT ulegną zmianie.”

Uzasadnienie: Wykonawca może zagwarantować stałość cen netto, nie brutto.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

2. **dot. Par. 6 ust. 2 b)** – Prosimy o modyfikację tego punktu w następujący sposób:

„b) zmiany stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena ~~netto~~ **brutto**, cena ~~brutto~~ **netto** pozostanie bez zmian”

Uzasadnienie: Wykonawca może zagwarantować stałość cen netto, nie brutto.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

3. **dot. Par. 8** – Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie następującej treści:

„(...) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze zakupu interwencyjnego pisemnie, faksem, e-mailowo lub telefonicznie – zgodnie z wyborem Zamawiającego – na min. 1 dzień przed planowanym zakupem.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **dot. Par. 9** – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„(...) 2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) ~~opóźnienie~~ **zwłoki** w dostawach przekraczających terminy określone w par. 3 pkt. 2 od momentu złożenia zamówienia w wysokości ~~0,5%~~ **0,2%** wartości złożonego zamówienia za każdy dzień ~~opóźnienia~~ **zwłoki**.”

(...)Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

5. Jeśli Wykonawca ~~dwukrotnie~~ **trzykrotnie** dostarczy towar wadliwy lub ~~dwukrotnie~~ **trzykrotnie** nie dostarczy towaru w terminie wymaganym postanowieniami niniejszej umowy (...)

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości dostarczonego zamówienia za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia ponad termin płatności określony w umowie,

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

10. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź: Nie, + zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

IV. dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. dot. pkt. II. 15 – Prosimy o rezygnację z obowiązku dostarczania wraz z przedmiotem zamówienia ulotki w języku polskim oraz instrukcji w języku polskim i dopuszczenie możliwości przesłania wymaganych dokumentów mailem/faksem na e-mail/nr faksu podany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami siwz Rozdz. II ust 15: Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia: ulotki w języku polskim zawierającej wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcji w języku polskim dotyczącej magazynowania i przechowywania produktów, **z uwzględnieniem zapisów ustawy o wyrobach medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w dokumentów z uwzględnieniem zapisów ustawy o wyrobach medycznych , które są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a w szczególności art. 14 tejże ustawy, który reguluje szczegółowo kwestie związane z oznakowaniem i dokumentami takimi jak m.in instrukcja używania i język w jakim ma być ona sporządzona.**

WYKONAWCA 30

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 5 ust. 3)

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i umowy

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- a) opóźnień w dostawach przekraczających terminy określone w § 3 pkt. 2 od momentu

złożenia zamówienia w wysokości 0,5% wartości **brutto** złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy**

- b) odstąpienia od umowy w wysokości 5% wartości **niezrealizowanej części** umowy (brutto) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w § 9 ust. 2 a i informuje, że wszelkie możliwe zmiany w zakresie zapisów w § 9 ust.2b zostały już dokonane odpowiedzią 3 do przedmiotowego postępowania. Wzór umowy po zmianie został zamieszczony na stronie internetowej wraz z odpowiedzią nr 3 w dniu 10.03.2016 r.

3. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 10 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznają się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje proponowany zapis i dokonuje zmiany we wzorze umowy w tym zakresie

WYKONAWCA 31

PAKIET 14-cewnik dializacyjny

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika czasowego do HD: dwuświatłowy 13Fr, z poliuretanu Tecoflex (ultra cienki -65 shore), z końcówką o kształcie D, wysokoprzepływowy, z fabrycznie umieszczonym mandrynem w cewniku, długości 15cm, 17,5cm, 20cm, 25cm, o ramionach prostych lub zagiętych, z przewodnikiem typu J z Nitinolu 0,97/700mm oraz kompletnym zestawem?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

WYKONAWCA 32

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, z dwoma zastawkami antyzwrotnymi, z minimum dwoma filtrami antybakteryjnymi hydrofobowymi, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml, od 40 do 90 ml, z drenem o długości 150cm

Odpowiedź: Zamawiający z treści zapytania wnioskuje, że Wykonawca prosi o wyjaśnienie poz. 1 (worek do godzinowej zbiórki moczu) i w odpowiedzi dopuszcza w/w system; odpowiednio zmiana w siwz.

Pakiet 7

Poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji gruczołowej, posiadające 3 widoczne duże sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012s dzięki czemu materiał otrzymany z badania jest bardzo dobrej jakości – odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat.

Dostępne rozmiary :

14G dł., 11, 20 cm ,

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 12

Poz 5

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga sondy Sengstakena o dł 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga; odpowiednio zmiana w siwz.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena w rozmiarach CH 16,18,21

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ; odpowiednio zmiana w siwz.

Pakiet 19

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają posiadać minimalną długość 29 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga; odpowiednio zmiana siwz.

Poz.8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula dotętnicza ma być wykonana z PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga; odpowiednio zmiana w siwz.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.1; 3.11; 3.12; 3.13; 3.19; 3,41; 3.44; 3.49; 3.53; po zmianie oraz wzór umowy po zmianie.

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski