

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego użytku do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców: Wykonawców i w trybie art. 38 ust.4 w/w ustawy dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

WYKONAWCA 34

Pytanie nr. 1 (Dotyczy pakietu 32 pozycja 7)

Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę szpatułkową o długościach 60mm, 80mm oraz 120mm do wyboru ?

Odpowiedź: Dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Pytanie nr. 2 (Dotyczy pakietu 31 pozycja 3)

Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę kulkową o dł. 40mm ? pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

Pytanie nr.3 (Dotyczy pakietu 31 pozycja 4)

Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę pętlowa o dł. 40mm ? pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.31 i 3.32 po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny - dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*