

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz mebli, regałów, krzeseł do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców oraz dokonuje zmiany SIWZ w w tym zakresie:

WYKONAWCA 13

PYTANIA DO PAKIETU 5, ZAŁĄCZNIKA NR 3,5a DO SIWZ: STÓŁ OPERACYJNY – 1 szt.

PYTANIE DO PKT 2:

1. Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektromechanicznym?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 3:

2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o długości 2100 mm? Nadmieniamy, że oferowany parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego (tylko 1 cm)

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 5:

3. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 730-960mm?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 7:

4. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulowanym podglówkiem w zakresie $-45^{\circ} \dots +45^{\circ}$?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 8:

5. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przechyłami bocznymi wynoszącymi 20°

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 9 i 10:

6. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przechyłem Trendelenburga i anti-Trendelenburga wynoszącym 26° ?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 11:

7. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją podnóżków w płaszczyźnie pionowej w zakresie $-105^{\circ} \dots +70^{\circ}$? Nadmieniamy, że oferowany parametr jest lepszy od oczekiwanego.

Odp: Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania w odpowiedzi nr 2 z dnia 20.02.2015 r. dla Wykonawcy 24 pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej realizowana jest w zakresie od -100° do $+55^{\circ}$ odpowiedź winna brzmieć: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, oraz dla Wykonawcy 26: zaproponowane rozwiązanie kąta nachylenia podnóżków od -90° do $+30^{\circ}$ - odpowiedź winna brzmieć: tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIA DO PKT 12:

8. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym realizowanym elektrycznie wynoszący 410mm?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

9. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym realizowanym elektrycznie wynoszący 300mm?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 18:

10. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z mechaniczną regulacją podglówka oraz elektrycznie regulowanymi segmentami nóg i pleców?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 21:

11. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, którego kolumna jest wykonana z wysokiej jakości, odpornej na środki dezynfekcyjne i łatwej do utrzymania w czystości gumy w kształcie „harmonijki”

Odp: Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie

PYTANIE DO PKT 26:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z płytą plecową z możliwością wypiętrzenia, po którym wysokość wierzchołka materaca wynosi 110mm?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

PYTANIE DO PKT 4 WZORU GWARANCJI :

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasu usunięcia wady sprzętu do 5 dni roboczych?

Odp: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania

Biorąc pod uwagę powyższe dopuszczenia rozwiązań i parametrów oferowanego sprzętu i aparatury Wykonawca w składanym zestawieniu warunków i parametrów wymaganych zobowiązany jest w wyraźny sposób zaznaczyć i podać zaoferowany przez siebie parametr lub funkcjonalność. Oferta musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pierwotnym opisie lub dopuszczonymi w trybie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zaoferowanie innych parametrów nie opisanych przez zamawiającego lub nie dopuszczonych w wyjaśnieniach lub odpowiedziach stanowić będzie niezgodność z opisem zawartym w siwz i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania