

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa materiałów szewnych i hemostatycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.5 również na igłę odwrótnie tnącą, prostą pojedynczą (przy podwójnym przeliczeniu ilości szaszetek) z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 8 pozycję 5?

UZASADNIENIE do Pytania 1 i 2: Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 2

Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz 1. Czy Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 poz 7 i 10. Czy Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu nr 15 poz 1. Czy Zamawiający dopuści produkt o wymiarach 70x50x10mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu nr 15 poz 2. Czy Zamawiający dopuści produkt o wymiarach 70x50x1mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu nr 15. Czy w trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów Zamawiający wymaga wchłanianych, jałowych hemostatyków powierzchniowych z żelatyny wieprzowej, elastycznych i niełamiących się, wchłaniających się od 4 do 6 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegające i łączące się z krwawiącą tkanką zachowujące swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

WYKONAWCA 3

Pytanie 1– PAKIET 7 poz.1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie: nić wchłaniana z wtopioną igłą nić monofilamentowa -polidoksanon o długości nitki 70 cm.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

WYKONAWCA 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 oczekuje zaoferowania sterylnych plastrów do zamykania skórnych ran pooperacyjnych z porowatą, przepuszczającą powietrze, przylegającą powierzchnią włókninową wzmocnioną nitkami jedwabiu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA 5

1. Czy Zamawiający w § 9 ustęp 2 litera a zastąpi słowa „wartości złożonego zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający w **pakiecie 15 pozycja 1** wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek żelatynowych w rozmiarze 70 x 50 x 10 mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

3. Czy Zamawiający w **pakiecie 15 pozycja 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek żelatynowych w rozmiarze 70 x 50 x 1 mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

4. Czy Zamawiający w **pakiecie 16** wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

**Uzasadnienie:** na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania wosku w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

5. Czy Zamawiający w **pakiecie 17 pozycja 1** wyrazi zgodę na zaoferowanie wchłanianego proszku hemostatycznego w opakowaniu o gramaturze 1 gram z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (tj. 32 opakowania proszku o gramaturze 1 g.)?. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

6. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby opatrunki hemostatyczne z **pakietu 17 pozycja 2** charakteryzowały się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki hemostatyczne z **pakietu 17 pozycja 2** posiadały właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

8. Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki hemostatyczne z **pakietu 17 pozycja 2** wchłaniały się w czasie od 7 do 14 dni?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

9. Czy Zamawiający w **pakiecie 17 pozycja 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 100 mm x 75 mm (zamiast 125 mm x 50 mm)?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

10. Czy Zamawiający w **pakiecie 17 pozycja 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 100 mm x 200 mm (zamiast 125 mm x 50 mm)?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

#### WYKONAWCA 6

Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 1:

W pozycji między 2 a 3 (brak numeracji) igły 63 mm zamiast 65mm

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Poz. 3 igły 30 mm

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Poz. 4 igły 30 mm

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Poz. 4 i 5 igły okrągłej.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

#### WYKONAWCA 7

##### Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego zapytaniem, czy w w/w pozycji chodzi o igłę okrągłą, odwrotnie tnącą czy okrągłą z tnącym końcem?

**Odpowiedź:** Okrągłą odwrotnie tnącą.

**Dot. Pakietu nr 1 poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą standardową bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą standardową bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 24 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 4, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą standardową bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 4, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli (glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane mieszkanką poli (glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% (w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły (w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły?

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę bez wzmocnienia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści nici poliestrowe, niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zamiast igły tnącej - igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

## WYKONAWCA 8

### Dotyczy Pakietu nr 1

1. Poz. 1 – szwu z igłą wykonaną ze specjalnego stopu stali, hartowanych i dodatkowo powlekanych silikonem, odpornych na odginanie przy przechodzeniu przez grube i zmienione chorobowo tkanki, bez katalogowego określenia „wzmocniona” z uwagi na fakt, iż wszystkie oferowane przez nas igły są w procesie produkcji wzmocniane.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

2. Poz. 3 – igły 64mm, nici 90cm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

3. Poz. 4 – igły 37mm,

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

4. Poz. 5 – igły 30mm,

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

5. Poz. 5, 6 – (w siwz poz. 4 i 5) igieł okrągłych, bez katalogowego określenia „rozwarstwiająca”. Każda igła okrągła jest w rzeczywistości igłą rozwarstwiającą, która wywiera siły na otaczające tkanki podczas przechodzenia przez struktury anatomiczne.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

### Dotyczy Pakietu nr 2

6. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaofiarowania w ramach **Pakietu nr 2**, obok istniejących zapisów specyfikacji, również szwu o następującej charakterystyce: „szew wchłaniający, pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany kopolimerem kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymywaniu tkankowym wynoszącym 45%-55% pierwotnej wytrzymałości po 5 dniach, o utracie wytrzymałości na rozciąganie po 14 dniach, o całkowitym wchłonięciu szwu między 40 a 50 dniem od wszczepienia,”

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

7. Poz. 1 – igły 37mm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

### Dotyczy Pakietu nr 3

8. Poz. 1 i 3 - igieł okrągłych, bez katalogowego określenia „rozwarstwiająca”. Każda igła okrągła jest w rzeczywistości igłą rozwarstwiającą, która wywiera siły na otaczające tkanki podczas przechodzenia przez struktury anatomiczne.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

9. Poz. 2 – igły 24mm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

10. Poz. 4 – igły 24mm

lub 19mm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy 24 mm, odpowiednio zmiana SIWZ.

### Dotyczy pakietu nr 4

11. Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaofiarowanie w ramach **Pakietu nr 4**, obok obecnych opisów specyfikacji, również szwu o następujących charakterystykach: „szew wchłaniający, syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni.”

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

12. Poz. 1 - szew w rozmiarze „1” i tym samym połączenie z pozycją nr 2 **Pakietu nr 4**,

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

13. Poz. 3 – igły bez określenia MAYO,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

14. Poz. 1-4, 7, 10 - szwów z igłą wykonaną ze specjalnego stopu stali, hartowanych i dodatkowo powlekanych silikonem, odpornych na odginanie przy przechodzeniu przez grube i zmienione chorobowo tkanki, bez katalogowego określenia „wzmocniona” z uwagi na fakt, iż wszystkie oferowane przez nas igły są w procesie produkcji wzmocniane.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

15. Poz. 9 – nici 75cm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 6**

16. Poz. 1 – igły 27mm i nici 90cm,  
lub igły 37mm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy igłę 27 mm, nici dł.90 cm, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 7**

17. Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w ramach **Pakietu nr 7**, obok obecnych opisów specyfikacji, również szwu o następujących charakterystykach: „szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węgla trójmetyleno o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni.”

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

**Dotyczy Pakietu nr 9**

18. Poz. 1 – igły 27mm z nicią 75cm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

**Dotyczy Pakietu nr 10**

19. Poz. 1, 2 – nici 75cm, z igłą wykonaną ze specjalnego stopu stali, hartowanych i dodatkowo powlekanych silikonem, odpornych na odginanie przy przechodzeniu przez grube i zmienione chorobowo tkanki, bez katalogowego określenia „wzmocniona” z uwagi na fakt, iż wszystkie oferowane przez nas igły są w procesie produkcji wzmocniane.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

**Dotyczy wszystkich Pakietów na nici wchłanialne**

20. Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa dla nici wchłanialnych, prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zaoferowane nici wchłanialne mają być pakowane w podwójne sterylne opakowanie:

- ✓ wewnętrzne aluminiowe – chroniące nici wchłanialne przed wilgocią, która wpływa na pogorszenie parametrów materiału szewnego (wilgoć powoduje hydrolizę, czyli powolny rozpad materiału szewnego).
- ✓ zewnętrzne, składające się z syntetycznego papieru Tyvec oraz folii – które w uwagi na swoją wytrzymałość dodatkowo zabezpiecza nici przed utratą sterylności.

Ważny jest również czynnik ekonomiczny – wyjęcie nici z zewnętrznego opakowania i wyrzucenie na czysty stolik instrumentariuszki nie narusza sterylności nici wewnątrz aluminiowego opakowania. Taka nić może zostać użyta w innej procedurze, co pozwala wyeliminować problem wyrzucania nieużytych, lecz niesterylnych nici po zabiegu.

Wszyscy wiodący producenci materiałów szewnych posiadają te rozwiązania w standardzie

**Odpowiedź:** Nici mają być zapakowane w podwójne opakowanie: wewnętrzne oraz zewnętrzne.

**WYKONAWCA 9**

**Paragraf 5 ust. 2 i 3**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

2. Ceny jednostkowe netto określone w zał. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

3. W przypadku zmiany stawek VAT cena brutto oraz wysokość podatku VAT ulegną zmianie.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

**Paragraf 6 ust. 2 pkt. b**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

b) zmiany stawki podatku VAT, (przy czym, zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian),

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Paragraf 8**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z §3 lub §7 umowy, Zamawiający zastrzega sobie w każdym przypadku prawo zakupu produktów będących przedmiotem niniejszej umowy u innego Wykonawcy bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

Zamawiający obciąża wtedy Wykonawcę różnicą w cenie towaru.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Paragraf 3**

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu:

**„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”**

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### WYKONAWCA 10

1. Pakiet 1 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły nie wzmocnionej ?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

2. Pakiet 1 poz. 3 ( nie oznaczona) : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 64mm z nitką 90cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

3. Pakiet 1 poz. 3 (oznaczona) : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30mm z nitką 70cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

4. Pakiet 1 poz. 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30mm okrągłą nie rozwarstwiająca z nitką 70cm lub 90 cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy dł. 90 cm, odpowiednio zmiana SIWZ.

5. Pakiet 1 poz. 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26mm okrągłą nie rozwarstwiająca z nitką 70cm lub 90 cm okrągłą nie rozwarstwiająca?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, 90cm, odpowiednio zmiana SIWZ.

6. Pakiet nr 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici z 100% kwasu poliglikolowego przy zachowaniu wymagań dotyczących okresu wchłaniania i podtrzymywania?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

7. Pakiet 2 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 37mm ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

8. Pakiet 2, poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

9. Pakiet 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici monofilamentowych , wchłanianych z glikonatu czyli mieszanki glikolidu, kaprolaktonu oraz węglanu trimetyleny o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 13-14 dniach o okresie wchłonięcia masy szwu 60-90 dni?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

10. Pakiet 3 poz. 1,3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej nie rozwarstwiającej?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

11. Pakiet 3 poz. 2,4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24mm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

12. Pakiet 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici monofilamentowych , wchłanianych z Poli-p-dioksanonu o podtrzymywaniu tkankowym 50%-70% po 28-35 dniach, 0% ok. 70 dni o okresie wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

13. Pakiet 4 poz. 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej bez oznaczenia katalogowego „typu MAYO” ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

14. Pakiet 4 poz. 6 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej nie rozwarstwiającej?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

15. Pakiet 4 poz. 7,10 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 22mm nie wzmocnionej?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

16. Pakiet 4 poz. 9 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

17. Pakiet 6 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30 mm z nitką 70 cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

18. Pakiet 7 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici monofilamentowych , wchłanianych z Poli-p-dioksanonu o podtrzymywaniu tkankowym 50%-70% po 28-35 dniach, 0% ok. 70 dni o okresie wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

19. Pakiet 7 poz. 1,2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

20. Pakiet 8 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły nie wzmocnionej z nitką 90cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

21. Pakiet 8 poz. 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24 lub 30 mm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy dł. 24 mm, odpowiednio zmiana SIWZ.

22. Pakiet 8 poz. 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 2x65mm odwrotnie tnącej z nitką 90cm lub nici polipropylenowej z igłą 2x65mm okrągłą z nitką 75cm ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy nić polipropylenową z igłą 2x65mm okrągłą z nitką 75cm, odpowiednio zmiana SIWZ.

23. Pakiet 9 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły nie wzmocnionej z nitką 75cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

24. Pakiet 11 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

25. Pakiet 11 poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26 mm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

26. Pakiet 16 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku o wymiarach 2,95 g?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

27. Pakiet 17 poz. 2 : Prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu oraz dopuszczenie opatrunku o wymiarach 100x70 mm w pierwszej podpozycji oraz w drugiej podpozycji wymiaru 70x50mm.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

#### WYKONAWCA 11

Pakiet nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę o wymaganych parametrach bez określania „wzmocnienia”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

#### WYKONAWCA 12

**Pytanie 1 – Pakiet 1** - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni i podtrzymywaniu tkanki 28dni, profil podtrzymywania 70% po 14dniach, 50% po 21dniach i 20% po 28dniach, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 2 – Pakiet 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 28-35 dni, profil podtrzymywania ok.75% po 2 tygodniach, ok.40-50% po 3 tygodniach, ok.23% po 4 tygodniach, o czasie wchłaniania 56-70 dni?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 3 – Pakiet 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 4 – Pakiet 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 5 – Pakiet 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła okrągła wzmocniona przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 6 – Pakiet 1, pozycja – bez numeru (pomiędzy 2 a 3)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 50mm i nitką o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 7 – Pakiet 1, pozycja – bez numeru (pomiędzy 2 a 3)** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania do 70 dni, profil podtrzymywania 75% po 14 dniach, 45% po 21 dniach, 15% po 28 dniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 8 – Pakiet 1, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą 1/2 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów??

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 9 – Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 1/2 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 10 – Pakiet 1, pozycja 4-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych bez określenia "igła rozwarstwiająca" przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 11 - Pakiet 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania do 42 dni, okres podtrzymywania tkanek 10-14 dni?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 12 - Pakiet 2, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 13 - Pakiet 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających zbudowanych z syntetycznego monofilamentowego kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, profil podtrzymywania ok. 50-60% po 7 dniach, 20-30% po 14 dniach, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni po zaimplantowaniu?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 14 – Pakiet 3, pozycja 1, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 26mm 1/2 koła bez określenia "igła rozwarstwiająca" przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 15 – Pakiet 3, pozycja – bez numeru (ostatnia)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających zbudowanych z syntetycznego monofilamentowego glikolidu i kaprolaktonu, profil podtrzymywania ok. 60% po 7 dniach, całkowite wchłanianie 90 - 120 dni?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 16 - Pakiet 3, pozycja (bez numeru)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24,3mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 17 - Pakiet 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przyostrzonej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 18 - Pakiet 4, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 40mm 1/2 koła okrągła bez określenia "wzmocniona typu MAYO" z nitką pętlową 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?



**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 19 - Pakiet 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 20 – Pakiet 4, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 21 – Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 1/2 koła o długości 26mm bez określenia "rozwarstwiająca taper Point Plus" przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 22 – Pakiet 4, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 23 – Pakiet 4, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pojedynczej z nitką o długości 70cm przy podwojeniu zamawianej ilości saszetek?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 24 – Pakiet 4, pozycja 8** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 25 – Pakiet 4, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 13mm 3/8 koła odwrotnie tnąca przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 26 – Pakiet 4, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 27 – Pakiet 4, pozycja – bez nazwy (ostatnia)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła 13mm odwrotnie tnąca przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 28 - Pakiet 4, pozycja – bez nazwy (ostatnia)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 6/0 i długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 29 – Pakiet 5** - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni i podtrzymywaniu tkanki 28dni, profil podtrzymywania 70% po 14dniach, 50% po 21dniach i 20% po 28dniach, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 30 – Pakiet 6** - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni i podtrzymywaniu tkanki 28dni, profil podtrzymywania 70% po 14dniach, 50% po 21dniach i 20% po 28dniach, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 31 – Pakiet 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonego poliglikolidem laktyny i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 28-35 dni, profil podtrzymywania ok.75% po 2 tygodniach, ok.40-50% po 3 tygodniach, ok.23% po 4 tygodniach, o czasie wchłaniania 56-70 dni?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 32 – Pakiet 6, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 33 – Pakiet 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wykonanych z polidoksanonu przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 34 – Pakiet 7, pozycja 1-2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 35 – Pakiet 8, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej prostej pojedynczej z nitką o długości 75cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 36 – Pakiet 9, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 37 – Pakiet 9, pozycja** – bez numeru (ostatnia) – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej o długości 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 38 – Pakiet 17, pozycja 1**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie proszku o czasie hemostazy 4-6 min., przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 39– Pakiet 17, pozycja 2**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o rozmiarze 10cm x 7,5 cm (zamiast 125mmx50mm)?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

***W załączeniu do Nin odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załącznik 3.1-3.11 oraz 3.15 – 3.17 po zmianie***

*Ponadto w Pakiecie 1 pozycji pomiędzy 2 i 3 (brak numeracji) nadaje się numer 2.2, a pakiecie 4 po pozycji 10 nadaje nie numer pozycji 11, w pakiecie 9 po pozycji 3 następnej pozycji nadaje się numer 4, w pakiecie 3 po pozycji 3 następnej pozycji nadaje się numer 4.*

*Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
Otrzymują firmy zadające pytania*

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa materiałów szewnych i hemostatycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.5 również na igłę odwrótnie tnącą, prostą pojedynczą (przy podwójnym przeliczeniu ilości szaszetek) z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 8 pozycję 5?

UZASADNIENIE do Pytania 1 i 2: Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 2

Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz 1. Czy Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 poz 7 i 10. Czy Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu nr 15 poz 1. Czy Zamawiający dopuści produkt o wymiarach 70x50x10mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu nr 15 poz 2. Czy Zamawiający dopuści produkt o wymiarach 70x50x1mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu nr 15. Czy w trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów Zamawiający wymaga wchłanianych, jałowych hemostatyków powierzchniowych z żelatyny wieprzowej, elastycznych i niełamiących się, wchłaniających się od 4 do 6 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegające i łączące się z krwawiącą tkanką zachowujące swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

WYKONAWCA 3

Pytanie 1– PAKIET 7 poz.1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie: nić wchłaniana z wtopioną igłą nić monofilamentowa -polidoksanon o długości nitki 70 cm.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

WYKONAWCA 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 oczekuje zaoferowania sterylnych plastrów do zamykania skórnych ran pooperacyjnych z porowatą, przepuszczającą powietrze, przylegającą powierzchnią włókninową wzmocnioną nitkami jedwabiu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA 5

1. Czy Zamawiający w § 9 ustęp 2 litera a zastąpi słowa „wartości złożonego zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający w **pakiecie 15 pozycja 1** wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek żelatynowych w rozmiarze 70 x 50 x 10 mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

3. Czy Zamawiający w **pakiecie 15 pozycja 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek żelatynowych w rozmiarze 70 x 50 x 1 mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

4. Czy Zamawiający w **pakiecie 16** wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

**Uzasadnienie:** na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania wosku w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

5. Czy Zamawiający w **pakiecie 17 pozycja 1** wyrazi zgodę na zaoferowanie wchłanianego proszku hemostatycznego w opakowaniu o gramaturze 1 gram z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (tj. 32 opakowania proszku o gramaturze 1 g.)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

6. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby opatrunki hemostatyczne z **pakietu 17 pozycja 2** charakteryzowały się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki hemostatyczne z **pakietu 17 pozycja 2** posiadały właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

8. Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki hemostatyczne z **pakietu 17 pozycja 2** wchłaniały się w czasie od 7 do 14 dni?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

9. Czy Zamawiający w **pakiecie 17 pozycja 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 100 mm x 75 mm (zamiast 125 mm x 50 mm)?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

10. Czy Zamawiający w **pakiecie 17 pozycja 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 100 mm x 200 mm (zamiast 125 mm x 50 mm)?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

#### WYKONAWCA 6

Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 1:

W pozycji między 2 a 3 (brak numeracji) igły 63 mm zamiast 65mm

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Poz. 3 igły 30 mm

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Poz. 4 igły 30 mm

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Poz. 4 i 5 igły okrągłej.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

#### WYKONAWCA 7

##### Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w w/w pozycji chodzi o igłę okrągłą, odwrotnie tnącą czy okrągłą z tnącym końcem?

**Odpowiedź:** Okrągłą odwrotnie tnącą.

**Dot. Pakietu nr 1 poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą standardową bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą standardową bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 24 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 4, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą standardową bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 4, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli (glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane mieszkanką poli (glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% (w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły (w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły?

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę bez wzmocnienia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści nici poliestrowe, niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zamiast igły tnącej - igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

## WYKONAWCA 8

### Dotyczy Pakietu nr 1

1. Poz. 1 – szwu z igłą wykonaną ze specjalnego stopu stali, hartowanych i dodatkowo powlekanych silikonem, odpornych na odginanie przy przechodzeniu przez grube i zmienione chorobowo tkanki, bez katalogowego określenia „wzmocniona” z uwagi na fakt, iż wszystkie oferowane przez nas igły są w procesie produkcji wzmocniane.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

2. Poz. 3 – igły 64mm, nici 90cm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

3. Poz. 4 – igły 37mm,

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

4. Poz. 5 – igły 30mm,

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

5. Poz. 5, 6 – (w siwz poz. 4 i 5) igieł okrągłych, bez katalogowego określenia „rozwarstwiająca”. Każda igła okrągła jest w rzeczywistości igłą rozwarstwiającą, która wywiera siły na otaczające tkanki podczas przechodzenia przez struktury anatomiczne.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

### Dotyczy Pakietu nr 2

6. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania w ramach **Pakietu nr 2**, obok istniejących zapisów specyfikacji, również szwu o następującej charakterystyce: „szew wchłaniający, pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany kopolimerem kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymywaniu tkankowym wynoszącym 45%-55% pierwotnej wytrzymałości po 5 dniach, o utracie wytrzymałości na rozciąganie po 14 dniach, o całkowitym wchłonięciu szwu między 40 a 50 dniem od wszczęcia,”

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

7. Poz. 1 – igły 37mm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

### Dotyczy Pakietu nr 3

8. Poz. 1 i 3 - igieł okrągłych, bez katalogowego określenia „rozwarstwiająca”. Każda igła okrągła jest w rzeczywistości igłą rozwarstwiającą, która wywiera siły na otaczające tkanki podczas przechodzenia przez struktury anatomiczne.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

9. Poz. 2 – igły 24mm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

10. Poz. 4 – igły 24mm

lub 19mm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy 24 mm, odpowiednio zmiana SIWZ.

### Dotyczy pakietu nr 4

11. Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaferowanie w ramach **Pakietu nr 4**, obok obecnych opisów specyfikacji, również szwu o następujących charakterystykach: „szew wchłaniający, syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni.”

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

12. Poz. 1 - szew w rozmiarze „1” i tym samym połączenie z pozycją nr 2 **Pakietu nr 4**,

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

13. Poz. 3 – igły bez określenia MAYO,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

14. Poz. 1-4, 7, 10 - szwów z igłą wykonaną ze specjalnego stopu stali, hartowanych i dodatkowo powlekanych silikonem, odpornych na odginanie przy przechodzeniu przez grube i zmienione chorobowo tkanki, bez katalogowego określenia „wzmocniona” z uwagi na fakt, iż wszystkie oferowane przez nas igły są w procesie produkcji wzmacniane.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

15. Poz. 9 – nici 75cm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 6**

16. Poz. 1 – igły 27mm i nici 90cm,  
lub igły 37mm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy igłę 27 mm, nici dł.90 cm, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 7**

17. Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w ramach **Pakietu nr 7**, obok obecnych opisów specyfikacji, również szwu o następujących charakterystykach: „szew wchłaniający, syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węgla trójmetyleno o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywania tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni.”

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

**Dotyczy Pakietu nr 9**

18. Poz. 1 – igły 27mm z nicią 75cm,

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

**Dotyczy Pakietu nr 10**

19. Poz. 1, 2 – nici 75cm, z igłą wykonaną ze specjalnego stopu stali, hartowanych i dodatkowo powlekanych silikonem, odpornych na odginanie przy przechodzeniu przez grube i zmienione chorobowo tkanki, bez katalogowego określenia „wzmocniona” z uwagi na fakt, iż wszystkie oferowane przez nas igły są w procesie produkcji wzmacniane.

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

**Dotyczy wszystkich Pakietów na nici wchłaniające**

20. Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa dla nici wchłaniających, prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zaoferowane nici wchłaniające mają być pakowane w podwójne sterylne opakowanie:

- ✓ wewnętrzne aluminiowe – chroniące nici wchłaniające przed wilgocią, która wpływa na pogorszenie parametrów materiału szewnego (wilgoć powoduje hydrolizę, czyli powolny rozpad materiału szewnego).
- ✓ zewnętrzne, składające się z syntetycznego papieru Tyvec oraz folii – które w uwagi na swoją wytrzymałość dodatkowo zabezpieczają nici przed utratą sterylności.

Ważny jest również czynnik ekonomiczny – wyjęcie nici z zewnętrznego opakowania i wyrzucenie na czysty stolik instrumentariuszki nie narusza sterylności nici wewnątrz aluminiowego opakowania. Taka nić może zostać użyta w innej procedurze, co pozwala wyeliminować problem wyrzucania nieużytych, lecz niesterylnych nici po zabiegu.

Wszyscy wiodący producenci materiałów szewnych posiadają te rozwiązania w standardzie

**Odpowiedź:** Nici mają być zapakowane w podwójne opakowanie: wewnętrzne oraz zewnętrzne.

**WYKONAWCA 9**

**Paragraf 5 ust. 2 i 3**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

2. Ceny jednostkowe netto określone w zał. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

3. W przypadku zmiany stawek VAT cena brutto oraz wysokość podatku VAT ulegną zmianie.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

**Paragraf 6 ust. 2 pkt. b**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

b) zmiany stawki podatku VAT, (przy czym, zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian),

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Paragraf 8**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z §3 lub §7 umowy, Zamawiający zastrzega sobie w każdym przypadku prawo zakupu produktów będących przedmiotem niniejszej umowy u innego Wykonawcy bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

Zamawiający obciąża wtedy Wykonawcę różnicą w cenie towaru.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Paragraf 3**

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu:

**„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”**

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### WYKONAWCA 10

1. Pakiet 1 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły nie wzmocnionej ?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

2. Pakiet 1 poz. 3 ( nie oznaczona) : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 64mm z nitką 90cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

3. Pakiet 1 poz. 3 (oznaczona) : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30mm z nitką 70cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

4. Pakiet 1 poz. 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30mm okrągłą nie rozwarstwiająca z nitką 70cm lub 90 cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy dł. 90 cm, odpowiednio zmiana SIWZ.

5. Pakiet 1 poz. 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26mm okrągłą nie rozwarstwiająca z nitką 70cm lub 90 cm okrągłą nie rozwarstwiająca?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, 90cm, odpowiednio zmiana SIWZ.

6. Pakiet nr 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici z 100% kwasu poliglikolowego przy zachowaniu wymagań dotyczących okresu wchłaniania i podtrzymywania?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

7. Pakiet 2 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 37mm ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

8. Pakiet 2, poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

9. Pakiet 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici monofilamentowych , wchłanianych z glikonatu czyli mieszanki glikolidu, kaprolaktonu oraz węglanu trimetyleny o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 13-14 dniach o okresie wchłonięcia masy szwu 60-90 dni?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

10. Pakiet 3 poz. 1,3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej nie rozwarstwiającej?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

11. Pakiet 3 poz. 2,4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24mm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

12. Pakiet 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici monofilamentowych , wchłanianych z Poli-p-dioksanonu o podtrzymywaniu tkankowym 50%-70% po 28-35 dniach, 0% ok. 70 dni o okresie wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

13. Pakiet 4 poz. 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej bez oznaczenia katalogowego „typu MAYO” ?



**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

14. Pakiet 4 poz. 6 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej nie rozwarstwiającej?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

15. Pakiet 4 poz. 7,10 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 22mm nie wzmocnionej?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

16. Pakiet 4 poz. 9 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

17. Pakiet 6 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30 mm z nitką 70 cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

18. Pakiet 7 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici monofilamentowych , wchłanianych z Poli-p-dioksanonu o podtrzymywaniu tkankowym 50%-70% po 28-35 dniach, 0% ok. 70 dni o okresie wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

19. Pakiet 7 poz. 1,2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

20. Pakiet 8 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły nie wzmocnionej z nitką 90cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

21. Pakiet 8 poz. 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24 lub 30 mm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy dł. 24 mm, odpowiednio zmiana SIWZ.

22. Pakiet 8 poz. 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 2x65mm odwrotnie tnącej z nitką 90cm lub nici polipropylenowej z igłą 2x65mm okrągłą z nitką 75cm ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy nić polipropylenową z igłą 2x65mm okrągłą z nitką 75cm, odpowiednio zmiana SIWZ.

23. Pakiet 9 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły nie wzmocnionej z nitką 75cm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

24. Pakiet 11 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

25. Pakiet 11 poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26 mm?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

26. Pakiet 16 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku o wymiarach 2,95 g?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

27. Pakiet 17 poz. 2 : Prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu oraz dopuszczenie opatrunku o wymiarach 100x70 mm w pierwszej podpozycji oraz w drugiej podpozycji wymiaru 70x50mm.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

#### WYKONAWCA 11

Pakiet nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę o wymaganych parametrach bez określania „wzmocnienia”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

#### WYKONAWCA 12

**Pytanie 1 – Pakiet 1** - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni i podtrzymywaniu tkanki 28dni, profil podtrzymywania 70% po 14dniach, 50% po 21dniach i 20% po 28dniach, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 2 – Pakiet 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 28-35 dni, profil podtrzymywania ok.75% po 2 tygodniach, ok.40-50% po 3 tygodniach, ok.23% po 4 tygodniach, o czasie wchłaniania 56-70 dni?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 3 – Pakiet 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 4 – Pakiet 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 5 – Pakiet 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła okrągła wzmocniona przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 6 – Pakiet 1, pozycja – bez numeru (pomiędzy 2 a 3)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 50mm i nitką o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 7 – Pakiet 1, pozycja – bez numeru (pomiędzy 2 a 3)** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania do 70 dni, profil podtrzymywania 75% po 14 dniach, 45% po 21 dniach, 15% po 28 dniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 8 – Pakiet 1, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą 1/2 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów??

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 9 – Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 1/2 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 10 – Pakiet 1, pozycja 4-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych bez określenia "igła rozwarstwiająca" przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 11 - Pakiet 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania do 42 dni, okres podtrzymywania tkanek 10-14 dni?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 12 - Pakiet 2, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 13 - Pakiet 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających zbudowanych z syntetycznego monofilamentowego kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, profil podtrzymywania ok. 50-60% po 7 dniach, 20-30% po 14 dniach, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni po zaimplantowaniu?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 14 – Pakiet 3, pozycja 1, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 26mm 1/2 koła bez określenia "igła rozwarstwiająca" przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 15 – Pakiet 3, pozycja – bez numeru (ostatnia)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających zbudowanych z syntetycznego monofilamentowego glikolidu i kaprolaktonu, profil podtrzymywania ok. 60% po 7 dniach, całkowite wchłanianie 90 - 120 dni?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 16 - Pakiet 3, pozycja (bez numeru)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24,3mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 17 - Pakiet 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przyostrzonej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 18 - Pakiet 4, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 40mm 1/2 koła okrągła bez określenia "wzmocniona typu MAYO" z nitką pętlową 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 19 - Pakiet 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 20 – Pakiet 4, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 21 – Pakiet 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 1/2 koła o długości 26mm bez określenia "rozwarstwiająca taper Point Plus" przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 22 – Pakiet 4, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 23 – Pakiet 4, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pojedynczej z nitką o długości 70cm przy podwojeniu zamawianej ilości saszetek?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 24 – Pakiet 4, pozycja 8** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 25 – Pakiet 4, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 13mm 3/8 koła odwrotnie tnąca przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 26 – Pakiet 4, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 27 – Pakiet 4, pozycja – bez nazwy (ostatnia)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła 13mm odwrotnie tnąca przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 28 - Pakiet 4, pozycja – bez nazwy (ostatnia)** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 6/0 i długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 29 – Pakiet 5** - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni i podtrzymywaniu tkanki 28dni, profil podtrzymywania 70% po 14dniach, 50% po 21dniach i 20% po 28dniach, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 30 – Pakiet 6** - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni i podtrzymywaniu tkanki 28dni, profil podtrzymywania 70% po 14dniach, 50% po 21dniach i 20% po 28dniach, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 31 – Pakiet 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonego poliglikolidem laktyny i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 28-35 dni, profil podtrzymywania ok.75% po 2 tygodniach, ok.40-50% po 3 tygodniach, ok.23% po 4 tygodniach, o czasie wchłaniania 56-70 dni?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 32 – Pakiet 6, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 33 – Pakiet 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wykonanych z polidoksanonu przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 34 – Pakiet 7, pozycja 1-2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 35 – Pakiet 8, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej prostej pojedynczej z nitką o długości 75cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 36 – Pakiet 9, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 37 – Pakiet 9, pozycja** – bez numeru (ostatnia) – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej o długości 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 38 – Pakiet 17, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie proszku o czasie hemostazy 4-6 min., przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**Pytanie 39– Pakiet 17, pozycja 2**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o rozmiarze 10cm x 7,5 cm (zamiast 125mmx50mm)?

**Odpowiedź:** Tak dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

***W załączeniu do Nin odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załącznik 3.1-3.11 oraz 3.15 – 3.17 po zmianie***

*Ponadto w Pakiecie 1 pozycji pomiędzy 2 i 3 (brak numeracji) nadaje się numer 2.2, a pakiecie 4 po pozycji 10 nadaje nie numer pozycji 11, w pakiecie 9 po pozycji 3 następnej pozycji nadaje się numer 4, w pakiecie 3 po pozycji 3 następnej pozycji nadaje się numer 4.*

*Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
Otrzymują firmy zadające pytania*