

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę sprzętu i aparatury medycznej, ultradźwiękowych narzędzi do preparowania, pieluszek i pieluchomajtek dla dorosłych, jałowych zestawów dla noworodków, worków na odpady, hydroniny i wózków platformowych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany Siwz:

WYKONAWCA 1

Pakiet 1

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną końcówki 1mm, tępe, długość pincety 19,5 cm, długość końcówek roboczych koagulujących 8-10mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania.

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną końcówki 1mm, tępe, zgięte w dół 30-45 stopni, długość pincety 19,5 cm, długość końcówek roboczych koagulujących 8-10mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania.

WYKONAWCA 2

Pakiet nr 8- Pompa Infuzyjna dwustrzykawkowa

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną dwustrzykawkową fabrycznie nową nieużywaną wyprodukowaną w 2015 roku?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana Siwz zał. 3.8.1 poz.55.

Pakiet nr 8- Pompa Infuzyjna dwustrzykawkowa

Czy zamawiający wpisując w tabelce cenowej „Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa z klawiaturą numeryczną zgodnie z opisem załącznik 3.8.1 do Siwz” miał na myśli „Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa zgodnie z opisem załącznik 3.8.1 do Siwz” ?

Zamawiający w parametrach technicznych wymaga pompy z klawiaturą symboliczną więc pojawienie się wymogu klawiatury numerycznej w tabelce cenowej może wiązać się z omyłką pisarską.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis SIWZ w załączniku 3.8.1 „klawiatra symboliczna” odpowiednio zmiana Siwz zał.3.8- wykreśla się określenie „z klawiaturą numeryczną”.

Pakiet nr 10- Pompa Objętościowa do żywienia pozajelitowego

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową do żywienia pozajelitowego fabrycznie nową nieużywaną wyprodukowaną w 2015 roku?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana Siwz zał. 3.10.1 poz.52.

WYKONAWCA 3

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 1**, pkt 1 Pinceta bipolarna prosta, szerokość końcówki 1,2 mm, tępe, długość pincety 18 cm. Długość końcówek roboczych koagulujących 8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pkt 2 Pinceta bipolarna prosta, szerokość końcówki 1,2 mm, tępe, zagięte w dół 30 st. długość pincety 18 cm. Długość końcówek roboczych koagulujących 8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania podtrzymuje zapisy SIWZ.

WYKONAWCA 4

Pakiet 11 ssaki

Czy Zamawiający dopuści ssaki w wymiarach 310*380*290 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ- maksymalne wymiary ssaka: 400 x 200 x 400 mm.

WYKONAWCA 5

1) Pakiet nr 13 poz 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluszek jednorazowych dla noworodków ze specjalnym wycięciem na kikut pępownicy, które pozwala uniknąć podrażnień tego delikatnego miejsca?

Odpowiedź: Zamawiający, wymaga pieluszki jednorazowe bez wcięcia na pępek- odpowiednio zmiana Siwz zał.3.13 poz.1.

2) Pakiet nr 13 poz 1-5

Czy pieluchy dla dzieci, jako produkty przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wrażliwą skórą dziecka, powinny posiadać pozytywną opinię niezależnej jednostki opiniotwórczej, np. Centrum Zdrowia Dziecka? Czy w razie pojawienia się wątpliwości co do spełniania przez asortyment wymienionego powyżej wymagania Zamawiający będzie żądał przedstawienia ww. opinii?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana Siwz zał. 3.13 poz.1-5. pod tabelką dopisuje się wymóg: produkty jako przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wrażliwą skórą dziecka, powinny posiadać pozytywną opinię niezależnej jednostki opiniotwórczej, np. Centrum Zdrowia Dziecka. W razie pojawienia się wątpliwości co do spełniania przez asortyment wymienionego powyżej wymagania Zamawiający będzie żądał przedstawienia ww. opinii.

Pytania dot. treści umowy

1) Czy bieg terminu dostaw podstawowych oraz wymiany wadliwego towaru przypadać ma w dni robocze?

Odpowiedź: Regulacje dotyczące terminu dostaw zawarte są w paragrafie 3 ust.2 wzoru umowy dla pakietów 13-16. Zgodnie z załącznikiem nr 3.13-3.16 w ofercie zostanie podany termin dostaw w dniach roboczych i termin w dniach roboczych zostanie wpisany do umowy. Paragraf 7 wzoru umowy reguluje kwestię wymiany towaru niezgodnego z opisem zawartym w specyfikacji, zniszczonego lub uszkodzonego na wolny od wad w terminie 3 dni. Sposób obliczania dni zgodnie z Kodeksem cywilnym.

2) Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do soboty (włącznie) za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godziny dostaw do godziny 15.00?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z Siwz.

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 9 ust. 2 lit a słowa „opóźnienie” słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Nie

5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 9 ust. 2 lit a) naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?

Odpowiedź: Nie

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 9 ust. 2 lit a) wynosiła 0,5%?

Odpowiedź: Nie

7) Czy Zamawiający zgodzi się zapisać, aby kara umowna określona w § 9 ust. 2 lit. b) naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Nie

8) Czy Zamawiający zgodzi się zapisać, aby kara umowna określona w § 9 ust. 2 lit. b) wynosiła 5%?

Odpowiedź: Tak odpowiednio zmiana wzoru umowy- Załącznik nr 4 do Siwz dla pakietów 13-16.

9) Czy Zamawiający zgodzi się zapisać, aby odstąpienie od umowy określone w § 9 ust. 4 wzoru umowy nastąpiło po trzykrotnym nieodstarczeniu towaru. Czy Zamawiający wezwie uprzednio Wykonawcę do należytego wypełnienia postanowień umowy?

Odpowiedź: Nie zgadzamy się na zmianę wzoru umowy w proponowanym zakresie. Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

10) Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Nie

WYKONAWCA 6

1. Dotyczy: Pakiet 9 – Dozownik tlenu z nawilżaczem

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści butelki nawilżacza o pojemności 250ml lub 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści butelki nawilżacza o pojemności 250 ml- odpowiednio zmiana Siwz zał. 3.9.1.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza po zmianie:

zał.3.8 i zał.3.8.1

zał.3.9.1

zał.3.10.1

zał.3.13

zał.4

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

Pakiet 8 Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

Przedmiot zamówienia: POMPA DWUSTRZYKAWKOWA			
Producent:			
Kraj pochodzenia:			
Oferowany model:			
Rok produkcji:			
	Ogólne	Wymóg	Wartość oferowana
1.	Pompa dwustrzykawkowa składająca się z dwóch niezależnych torów (pomp) zasilanych jednym przewodem o parametrach przedstawionych poniżej		
2.	Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu	TAK	
3.	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz	TAK	
4.	Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22	TAK	
5.	Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF	TAK	
Wymagania podstawowe			
6.	Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi	TAK	
7.	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz.	TAK	
8.	Czas ładowania akumulatora < 5 godzin	TAK	
9.	Masa pojedynczego niezależnego toru (pompy) wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg.	TAK	
10.	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę.	TAK	
11.	Pompa wyposażona w wewnętrzny zasilacz zintegrowany w obudowie pompy.	TAK	
12.	Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę.	TAK	
Mocowanie strzykawki			
13.	Mocowanie strzykawki od czoła pompy	TAK	
14.	Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie	TAK	
15.	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku	TAK	

	polskim)		
16.	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki	TAK	
17.	Pompa wyposażona w osłonę tłoka zabezpieczającą przed przypadkowym wciśnięciem tłoka jak również w przypadku upadku pompy ma chronić tłok przed przypadkowym wciśnięciem lub uszkodzeniem.	TAK	
18.	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml	TAK	
	Programowanie infuzji		
19.	Zakres szybkości infuzji minimum 0,1 – 1200 ml/godz.	TAK	
20.	Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji	TAK	
21.	Regulacja szybkości podaży bolusa min 50 – 1200 ml/h	TAK	
22.	Dokładność mechanizmu pompy +/- 1%	TAK	
23.	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml	TAK	
24.	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin	TAK	
25.	Ciągły pomiar ciśnienia w linii	TAK	
26.	Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – minimum 17 poziomów	TAK	
27.	Funkcja wypełnienia linii: 3 tryby obowiązkowy, nieobowiązkowy i zalecany	TAK	
28.	Funkcja KVO	TAK	
29.	Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h	TAK	
30.	Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin z możliwością automatycznego wznowienia infuzji.	TAK	
	Panel sterowania		
31.	Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny)	TAK	
32.	Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów	TAK	
33.	Klawiatura symboliczna	TAK	
34.	Komunikaty tekstowe w języku polskim	TAK	
35.	Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału	TAK	
36.	Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy,	TAK	

	dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)		
	Układ alarmów		
37.	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń	TAK	
38.	Alarm pustej strzykawki	TAK	
39.	Alarm przypominający –zatrzymana infuzja	TAK	
40.	Alarm okluzji	TAK	
41.	Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia	TAK	
42.	Alarm rozładowanego akumulatora	TAK	
43.	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora	TAK	
44.	Alarm braku lub źle założonej strzykawki	TAK	
45.	Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki	TAK	
46.	Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu.	TAK	
47.	Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki.	TAK	
48.	Alarm wstępny przed końcem infuzji.	TAK	
	Pozostałe		
49.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
50.	Możliwość komunikacji przez porty RS232, USB, Ethernet	TAK	
51.	Gwarancja min 24 miesiące	TAK, PODAĆ	
52.	Pompa wyposażona w złącze przywołania pielęgniarki	TAK	
53.	Wszystkie konieczne przeglądy zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z częściami eksploatacyjnymi w cenie	TAK	
54.	Przeprowadzenie pełnego szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia	TAK	
55.	Rok produkcji 2016 <i>lub</i> 2015, urządzenie fabrycznie nowe nieużywane, niepowystawowe	TAK	

Pakiet 9 Dozowniki tlenu z nawilżaczem

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**Przedmiot zamówienia: Dozownik Tlenu z nawilżaczem**

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK	Wartość wymagana	Oferowana wartość
Parametry rejestratora			
1	Przepływomierz pojedynczy do tlenu z końcówką ścienną wtykową w systemie gazowym AGA	Tak	
2	Lekki metalowy korpus, masa max 0,2 kg	Tak	
3	Wydajność regulowana płynnie do 15 l/min.	Tak	
4	Butla nawilżacza o pojemności 300ml, <i>lub</i> 250 ml sterylizowalna do 121° (minimum 35 cykli po 25 min./1,3 kPa)	Tak	
5	Przyłącze gwintowane UNF 9/16	Tak	
6	Deklaracja Zgodności CE na sprzęt medyczny kl. IIa lub zgłoszenie w Rejestrze Wyrobów Medycznych	Tak	
7	Urządzenie nowe nie powystawowe rok produkcji 2016	Tak	
8	Gwarancja min 24 miesiące	Tak, Podać	
9	Wszystkie konieczne przeglądy zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z częściami eksploatacyjnymi w cenie	Tak	

Pakiet nr 10 Pompa objętościowa

Przedmiot zamówienia: POMPA OBJĘTOŚCIOWA			
Producent:			
Kraj pochodzenia:			
Oferowany model:			
Rok produkcji:			
	Ogólne	Wymóg	Wartość oferowana
1.	Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu	TAK	
2.	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz	TAK	
3.	Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22	TAK	
4.	Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF	TAK	
Wymagania podstawowe			
5.	Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi	TAK	
6.	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz.	TAK	
7.	Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny	TAK	
8.	Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤ 2 kg	TAK	
9.	Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy	TAK	
10.	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę.	TAK	
11.	Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę.	TAK	
12.	Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek	TAK	
13.	Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyście pacjenta	TAK	
14.	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji	TAK	
15.	Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz.	TAK	
16.	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu	TAK	
17.	Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji.	TAK	
18.	Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h	TAK	

Pakiet nr 10 Pompa objętościowa

19.	Dokładność pompy +/- 5%	TAK	
20.	Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu	TAK	
21.	Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP	TAK	
22.	Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie	TAK	
23.	Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych	TAK	
24.	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml	TAK	
25.	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin.	TAK	
26.	Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin	TAK	
27.	Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu	TAK	
28.	Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów	TAK	
29.	Funkcja KVO	TAK	
30.	Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h	TAK	
31.	Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny.	TAK	
32.	Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start	TAK	
33.	Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg	TAK	
34.	Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów	TAK	
35.	Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym	TAK	
36.	Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)	TAK	
37.	Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru	TAK	

Pakiet nr 10 Pompa objętościowa

	wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut		
38.	Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny)	TAK	
	Alarmy i ostrzeżenia		
39.	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń	TAK	
40.	Alarm przypominający –zatrzymana infuzja	TAK	
41.	Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą)	TAK	
42.	Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia	TAK	
43.	Alarm rozładowanego akumulatora	TAK	
	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora	TAK	
44.	Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego	TAK	
45.	Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu.	TAK	
46.	Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm	TAK	
47.	Alarm powietrza w linii	TAK	
	Pozostałe		
48.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	
49.	Możliwość komunikacji przez RS232, USB, Ethernet bezpośrednio z pompą	TAK	
50.	Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą	TAK	
51.	Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem	TAK	
52.	Rok produkcji 2016 <i>lub</i> 2015, urządzenie fabrycznie nowe nieużywane, niepowystawowe	PODAĆ,TAK	
53.	Gwarancja min 24 miesiące	TAK,PODAĆ	
54.	Wszystkie konieczne przeglądy zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z częściami eksploatacyjnymi w cenie	TAK	
55.	Przeprowadzenie pełnego szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia	TAK	

U M O W A N R/2016

dotyczy Pakietu

zawarta w dniu 2016 roku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno wpisanym do KRS, pod numerem 0000080752 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, o numerze identyfikacji podatkowej: 632-17-53-077, REGON 270641184,

reprezentowanym przez mgr Gabrielę Rokitowską, Z-cę Dyrektora Ds. Administracyjnych zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

.....
o numerze identyfikacji podatkowej , REGON:
.....

reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi łącznie „**Stronami**”,

o treści następującej:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który to załącznik określający ilość i cenę jest zgodny z wygranym przez Wykonawcę postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr.19, poz. 177 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 (nr sprawy SZP.III.240/14/16/P).

§ 2

1. Dostawy produktów będą realizowane począwszy odr do, wg zamówień dokonywanych przez Kierownika lub osobę przez kierownika upoważnioną.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony zamawiającego jest: lub osoba przez niego upoważniona.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: nr telefonu fax

§ 3

1. Realizacja dostaw towaru każdorazowo odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia składanego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu **na numer** **lub mail-em na adres**
2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar do siedziby Zamawiającego na wyznaczone miejsce składowania w godzinach od 7:00 do 14:00. Dostawa nastąpi **do** **dni** licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em..
3. Reklamacje ilościowe lub co do zgodności z zamówionym asortymentem Wykonawca zobowiązuje się przyjmować w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia towaru.
4. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu transportem Wykonawcy obciążają Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości towaru niż określona w załączniku nr 1 w zależności od potrzeb wynikających z liczby pacjentów i możliwości finansowych Zamawiającego. Wartość realizowanego zamówienia może zostać ograniczona do kwoty nie mniejszej niż 80% wartości przedmiotu umowy. W takim przypadku oferentowi będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze

zrealizowanych dostaw.

6. W przypadku otrzymania towaru z terminem ważności krótszym niż 3 miesiące, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu, jeżeli nie będzie miał możliwości ich zużycia w terminie ważności.
7. W przypadku wstrzymania w obrocie i stosowaniu towarów będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest przyjąć od Zamawiającego ten produkt i zwrócić go do producenta za zwrotem uiszczonyj ceny.

§ 4

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa produkty określone w załączniku nr 1 do umowy dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 5

1. Zgodnie z wynikiem postępowania wartość zamówienia wynosi:

Pakiet

Brutto zł, słownie:

w tym podatek VAT: zł,

słownie:

Netto: zł, słownie:

2. Wartość brutto oraz ceny jednostkowe brutto określone w ust. 1 pozostają niezienne w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku zmiany stawek VAT cena netto oraz wysokość podatku VAT ulegnie zmianie.

§ 6

1. W okresie obowiązywania umowy ceny pozostają niezienne z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony umowy dopuszczają zmiany w umowie w następujących okolicznościach i w poniżej określonych przypadkach:
 - a) zmiana wartości umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, m.in.: obniżenie stawki podatku VAT, obniżenie cen jednostkowych (promocja),
 - b) zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian),
 - c) zmiany cen urzędowych,
 - d) zmian w przepisach prawa, które powodują konieczność zmiany zawartej umowy (np. zakaz wprowadzania do obrotu i konieczność zastąpienia produktem o tym samym działaniu i zastosowaniu, co produkt oferowany),
 - e) w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru, zmiany numerów katalogowych lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron,
 - f) inne okoliczności nie ujęte w pkt. a-e, a których wystąpienie było niemożliwe do przewidzenia, a wprowadzenie zmian jest niezbędne do realizacji umowy.
3. Wykonawca składa wnioski o zmianę umowy w terminie 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Sekretariatu zamawiającego, zawierający:
 - a) opis proponowanej zmiany,
 - b) wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia,
 - c) termin wprowadzenia zmian,
 - d) uzasadnienie, dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy,
4. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski nie zawierające elementów opisanych w ust. 3 nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
5. Propozycja zmiany umowy może także zostać zgłoszona przez Zamawiającego.
6. Ewentualne zmiany warunków, o których mowa w § 6 umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

§ 7

1. W razie dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zawartym w specyfikacji, zniszczonego lub uszkodzonego, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany w terminie 3 dni na własny koszt na towar wolny od wad.
2. Za inne wady towaru Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych, zawartych w Kodeksie Cywilnym i przepisach obowiązujących w tym zakresie, z zastrzeżeniem zapisów poniższych.

§ 8

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z §3 lub §7 umowy, Zamawiający zastrzega sobie w każdym przypadku prawo zakupu produktów będących przedmiotem niniejszej umowy u innego Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy kosztami dostawy i różnicą w cenie zakupu towaru, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

§ 9

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) opóźnień w dostawach przekraczających terminy określone w § 3 pkt 2 od momentu złożenia zamówienia, opóźnień w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w wysokości 1% wartości złożonego zamówienia lub ostatniego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia;
 - b) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości umowy (brutto).
3. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% ceny brutto, określonej w § 5, z wyłączeniem okoliczności wymienionych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Jeśli Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar wadliwy lub dwukrotnie nie dostarczy towaru w terminie wymaganym postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonanie w całości, z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, nie leży w interesie publicznym. W takim przypadku uznaje się, że jest to odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy; Wykonawca zapłaci wówczas karę umowną przewidzianą za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia kary za odstąpienie ani inne odszkodowanie z tego tytułu.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia, w tym na drodze sądowej, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Kary umowne mogą być potrącane z faktur, na podstawie noty księgowej wraz z uzasadnieniem.

§ 10

1. Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11

Strony podpisując niniejszą umowę oświadczają, że posiadają pełnomocnictwa do jej zawarcia.

§ 12

Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Umowa obowiązuje od dnia do dnia z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Wcześniejsze zakończenie realizacji umowy może nastąpić w szczególności w przypadku zrealizowania całej wartości umowy.
3. Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić w sytuacji niezrealizowania w terminie określonym w ust.1 całej wartości umowy.

§ 14

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy Zamawiającego za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zamawiającego.
2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3. O stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 1 może wystąpić także podmiot tworzący.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią:
 - a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - b) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA