

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa materiałów sterylizacyjnych, sprzętu używanego przy sterylizacji oraz środków czystościowo- dezynfekujących do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców.

WYKONAWCA 1

1. Pakiet 1 pozycje 6 i 9: Czy Zamawiający zechce wydzielić wskaźniki dezynfekcji termicznej i mycia mechanicznego do odrębnego pakietu, pozostałe materiały w pakiecie 1 dotyczą procesu sterylizacji? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Nie wydzielimy.

2. Pakiet 1 pozycja 9: W przypadku negatywnej odpowiedzi na wydzielenie tej pozycji, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wskaźników kontroli skuteczności mycia mechanicznego w jednej płaszczyźnie, z substancją umieszczoną na metalowej blaszce, spełniające pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

3. Pakiet 1 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne z czasem inkubacji do 48 godzin?

Odpowiedź: Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

4. Pakiet 2 pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 350mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Pakiet 2 pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo-polyolefinowy identycznie jak w pozycji 20?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

6. Zapis §9 pkt. 2a projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w dostawie na 1% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*

Podpisał Lekarz Naczelny- dr n. med. Wiesław Więckowski