

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę drobnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, materiałów medycznych, opasek zaciskowych z zasilaczem, narzędzi endoskopowych (powtórka), akcesoriów do urządzeń med., odczynników do ABL 90Flex (uzupełnienie)”.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawcy i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 6

Pakiet nr 16- podkład i pozycjonery żelowe

Załącznik 16a, 16b

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów odpornych na temperaturę od -12°C do +40°C, ponieważ oczekiwana odporność na zakres temperatur od -40°C do +140°C nie ma żadnego uzasadnienia w użytkowaniu na sali operacyjnej. Tak wysokie i tak niskie temperatury mogą być szkodliwe dla pacjenta, a produkt jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu ze skórą. Pozycjonery żelowe, oferowane przez naszą firmę mogą być łatwo czyszczone i dezynfekowane, pomiędzy kolejnymi użyciami, natomiast nie mogą być poddawane procedurze sterylizacji w wysokich temperaturach.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy- odpowiednio **zmiana SIWZ- zał. 3.16a lp.6 i zał. 3.16b lp.6**

Załącznik 16a

Pkt.17

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający ma na myśli podkład żelowy na stół operacyjny o wymiarach 500-520 mm x 500-520 mm x 10 mm, jak jest to uwidocznione w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak, omyłka pisarska została poprawiona w odp.1.

Pakiet nr 5 Akcesoria do pulsoksymetru MICROSTEAM oraz konektory do PRZEWODU NIBP DO KARDIOMONITORA FX2000

Poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych czujników o długości 0,9 m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy, przy zachowaniu kompatybilności i spełniające pozostałe wymagania SIWZ- odpowiednio **zmiana SIWZ- zał. 3.5 lp.2 i lp.3**

Pakiet nr 6 Akcesoria do kardiomonitora Phoebe Pro

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarach 18-47 cm?

Odpowiedź TAK, dopuszczamy- odpowiednio **zmiana SIWZ- zał. 3.6 lp.4**

Czy Zamawiający dopuści zamiennik oryginalnego czujnika?

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy zamiennik spełniający wymagania SIWZ. Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Phoebe Pro, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

WYKONAWCA 7

1. dot. Pakietu 9 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 9 poz. 9, w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zmiana SIWZ- Zamawiający **wykreśla w pakiecie nr 9 lp.9.**

2. dot. wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający zgodzi się, żeby wskazany termin dostaw awaryjnych był liczony w dni robocze?

Odpowiedź: TAK- odpowiednio **zmiana SIWZ- zał. 4c- wzór umowy § 3 ust. 2**

3. dot. wzoru umowy § 7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści wzoru umowy, polegającą na wydłużeniu terminu do usunięcia wad lub wymiany towaru na termin nie krótszy niż 5 dni roboczych, gdyż jest to czas niezbędny do rozpatrzenia zasadności reklamacji.

Odpowiedź: TAK- odpowiednio **zmiana SIWZ- zał. 4c- wzór umowy § 7 ust. 1**

WYKONAWCA 8

Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni tj. wykonanych z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, czyli wykonanego w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Odpowiedź: Dopuszczamy, z zachowaniem wymagań opisanych w SIWZ.

Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź: Dopuszczamy pieluchomajtki zapewniające dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu kształtowi.

Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przyłepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź: Dopuszczamy zgodnie z SIWZ stabilne zapięcie, umożliwiające wielokrotne otwieranie i zapinanie pieluchomajtek.

Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części kroczka, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odpowiedź: Dopuszczamy, zgodnie z SIWZ pieluchomajtki powinny mieć wysoką chłonność oraz dopasowanie.

Pytania dot. treści umowy

1. Czy bieg terminu dostaw podstawowych oraz wymiany wadliwego towaru przypadać ma w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, bieg terminu dostaw podstawowych liczony w dniach zgodnie z kodeksem cywilnym (dot. zał.4b).

2. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z kodeksem cywilnym soboty także uważane są za dni robocze.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie godziny dostaw do godziny 15.00?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 9 ust. 2 lit a słowa „opóźnienie” słowem „zwłoki”?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 9 ust. 2 lit a) naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?

6. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać, aby kara umowna określona w § 9 ust. 2 lit. b) naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 9 ust. 4 słowa „dwukrotnie” słowem „trzykrotnie”?

8. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź na pytania 3- 8: Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 9

Dotyczy: pakiet nr 9 Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z **pakietu 9 poz. 3, 10, 11** – szczypce biopsyjne wielorazowe, szczotka wielorazowa – do odrębnego pakietu np. **9A**.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Załączniki:

zał. 3.5 zmiana odp.2

zał. 3.6 zmiana odp.2

zał. 3.9 zmiana odp.2

zał. 3.16a i zał. 3.16b zmiana odp.2

zał.4c zmiana odp.2

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmę zadające pytania

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Podkład żelowy na stół operacyjny - 1 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego podkładu: Producent: Typ:	TAK	
2.	Wysoka jakość wykonania -wytrzymały, odporny na uszkodzenia- technologia wykonania zabezpieczająca przed wyciekami silikonu w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej	TAK	
3.	Zabezpieczenie przed powstawaniem odleżyn	TAK	
4.	Posiadający oddychającą powłokę wykonaną z poliuretanu, zawierającą mikroskopijne otwory, umożliwiające wytworzenie korzystnego mikroklimatu pomiędzy skórą pacjenta a podkładem	TAK , PODAĆ	
5.	Wypełnienie 100% z silikonu	TAK	
6.	Odporny na temperaturę min. -40 do 140°C <i>dopuszczenie odp.2 odporny na temp. -12 do +40 °C</i>	TAK	
7.	Przezierny dla promieni rentgenowskich rentgenowskich min.90%	TAK, PODAĆ	
8.	Umożliwiający równomierny rozkład ciężaru pacjenta	TAK	
9.	Umożliwiający redukcję ucisku	TAK , PODAĆ	
10.	Wodoodporny i nieabsorbujący zapachów	TAK PODAĆ	
11.	Zabezpieczenie pacjenta w ustalonej pozycji	TAK	
12.	Wielokrotnego użytku	TAK	
13.	Lekkie i uniwersalne w obsłudze	TAK	
14.	Mogące współpracować z systemami do ogrzewania i schładzania pacjenta	TAK	
15.	Czyszczenie przy pomocy standardowych środków dezynfekcyjnych	TAK	
16.	Materiały użyte do produkcji nie powodujące podrażnień i uczuleń	TAK	
17.	Wymiary: 500- 520x 500- 520 x 100mm-10 mm	TAK, PODAĆ	
18.	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK, PODAĆ	
19.	Pozycjoner nieużywany, rok produkcji 2015.	TAK PODAĆ	

.....
podpis

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycjoner żelowy pod piętę – 2 komplety (po 2szt.)

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego pozycjoner: Producent: Typ:	TAK	
2.	Wysoka jakość wykonania -wytrzymały, odporny na uszkodzenia- technologia wykonania zabezpieczająca przed wyciekami silikonu w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej	TAK	
3.	Zabezpieczenie przed powstawaniem odleżyn	TAK	
4.	Posiadający oddychającą powłokę wykonaną z poliuretanu, zawierającą mikroskopijne otwory, umożliwiające wytworzenie korzystnego mikroklimatu pomiędzy skórą pacjenta a podkładem	TAK , PODAĆ	
5.	Wypełnienie 100% z silikonu	TAK	
6.	Odporny na temperaturę min. -40 do 140°C <i>dopuszczenie odp.2 odporny na temp. -12 do +40 °C</i>	TAK	
7.	Przezierny dla promieni rentgenowskich rentgenowskich min.90%	TAK, PODAĆ	
8.	Umożliwiający równomierny rozkład ciężaru pacjenta	TAK	
9.	Umożliwiający redukcję ucisku	TAK , PODAĆ	
10.	Wodoodporny i nieabsorbujący zapachów	TAK PODAĆ	
11.	Zabezpieczenie pacjenta w ustalonej pozycji	TAK	
12.	Wielokrotnego użytku	TAK	
13.	Lekkie i uniwersalne w obsłudze	TAK	
14.	Mogące współpracować z systemami do ogrzewania i schładzania pacjenta	TAK	
15.	Czyszczenie przy pomocy standardowych środków dezynfekcyjnych	TAK	
16.	Materiały użyte do produkcji nie powodujące podrażnień i uczuleń	TAK	
17.	Wymiary: 150- 200 x 80- 110 x 7-10mm	TAK, PODAĆ	
18.	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK, PODAĆ	
19.	Pozycjoner nieużywany, rok produkcji 2015.	TAK PODAĆ	

.....
podpis

U M O W A NR/2015 (Wzór)
Pakiet nr 9 Dostawa narzędzi endoskopowych
Dotyczy Pakietu-.....

Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 28; 43-600Jaworzno wpisany do KRS, pod numerem 0000080752

w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

o numerze identyfikacji podatkowej: 632-17-53-077, REGON 270641184,

reprezentowanym przez,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....
wpisany do KRS

reprezentowanym przez:.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który to załącznik określający ilość i cenę jest zgodny z wygranym przez Wykonawcę postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr.19, poz. 177 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn.zm (nr sprawy SZP.III.240/19/15/P).

§ 2

1. Dostawy produktów będą realizowane począwszy od do, wg zamówień dokonywanych przez lub osobę przez nią upoważnioną .
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony zamawiającego jest: lub osoba przez nią upoważniona.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: nr telefonu fax

§ 3

1. Realizacja dostaw każdorazowo odbywać się będzie na podstawie zamówienia składanego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu.
2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar do siedziby Zamawiającego, na wyznaczone miejsce składowania, **do** dni **roboczych**, w godzinach od 7:00 do 14:00, po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em, przy czym w sytuacjach awaryjnych w ciągu 48 godzin, *liczonych w dni robocze*.
3. Reklamacje ilościowe lub co do zgodności z zamówionym asortymentem Wykonawca zobowiązuje się przyjmować w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia towaru.
4. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu transportem Wykonawcy obciążają Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości towaru niż określona w załączniku nr 1 w zależności m.in. od liczby pacjentów. Wartość realizowanego zamówienia rocznego może zostać ograniczona do kwoty nie mniejszej niż 60% wartości przedmiotu umowy. W takim przypadku oferentowi będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw.
6. W przypadku otrzymania produktów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu, jeżeli nie będzie miał możliwości ich zużycia w terminie ważności.

7. W przypadku wstrzymania w obrocie i stosowaniu produktów będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest przyjąć od Zamawiającego ten produkt i zwrócić go do producenta za zwrotem uiszczonyj ceny.

§ 4

Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa produkty określone w załączniku nr 1 do umowy dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 5

1. Zgodnie z wynikiem postępowania wartość zamówienia wynosi:

Pakiet nr.....-

Brutto zł, słownie:

w tym podatek VAT: zł, słownie:

Netto: zł, słownie:

2. Wartość brutto oraz ceny jednostkowe brutto określone w ust. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy z zastrzeżeniem §6 ust. 2.

3. W przypadku zmiany stawek VAT cena netto oraz wysokość podatku VAT ulegnie zmianie z zastrzeżeniem § 6 ust.2 lit.c).

§ 6

1. W okresie obowiązywania umowy ceny pozostają niezmiennie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiany umowy oraz warunki i okoliczności zmiany:

Strony umowy dopuszczają zmiany w umowie w następujących okolicznościach i w poniżej określonych przypadkach:

a) zmiana wartości umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, m.in.: obniżenie cen jednostkowych (promocja),

b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem lit.c).

c) w przypadku zmiany podatku VAT dostosowującej podatek VAT od wyrobów medycznych do stawek wynikających z dyrektywy UE w tym zakresie, dopuszcza się zmianę wartości i cen brutto przedmiotu zamówienia,

d) zmiany cen urzędowych,

e) zmian w przepisach prawa, które powodują konieczność zmiany zawartej umowy (np. zakaz wprowadzania do obrotu i konieczność zastąpienia produktem o tym samym działaniu i zastosowaniu, co produkt oferowany).

f) w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru, zmiany numerów katalogowych lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron.

g) inne okoliczności nie ujęte w pkt. a-f, a których wystąpienie było niemożliwe do przewidzenia, a wprowadzenie zmian jest niezbędne do realizacji umowy.

Procedura wprowadzania zmian: Wykonawca składa wniosek o zmianę w terminie 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Sekretariatu zamawiającego, zawierający:

a) Opis proponowanej zmiany

b) Wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

c) Termin wprowadzenia zmian

d) Należy podać uzasadnienie, dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy.

Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski nie zawierające elementów opisanych powyżej nie będą rozpatrywane.

Propozycja zmiany umowy może także zostać zgłoszona przez Zamawiającego.

Ewentualne zmiany warunków, o których mowa w § 6 umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7

1. W razie dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zawartym w specyfikacji, zniszczonego lub uszkodzonego, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany w terminie *5 dni roboczych* na własny koszt na towar wolny od wad.
2. Za inne wady towaru Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych, zawartych w Kodeksie Cywilnym i przepisach obowiązujących w tym zakresie

§ 8

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z §3 lub §7 umowy, Zamawiający zastrzega sobie w każdym przypadku prawo zakupu produktów będących przedmiotem niniejszej umowy u innego Wykonawcy bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Zamawiający obciąży wtedy Wykonawcę kosztami dostawy i różnicą w cenie zakupu towaru.

§ 9

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- a) opóźnień w dostawach przekraczających terminy określone w § 3 ust 2 od momentu złożenia zamówienia w wysokości 0,5% wartości złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia;
 - b) odstąpienia od umowy w wysokości 5% wartości umowy (brutto) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 5% ceny brutto, określonej w § 5, z wyłączeniem okoliczności wymienionych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Jeśli Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar wadliwy lub dwukrotnie nie dostarczy towaru w terminie wymaganym postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonanie w całości, z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, nie leży w interesie publicznym. W takim przypadku uznaje się, że jest to odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy; Wykonawca zapłaci wówczas karę umowną przewidzianą za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia kary za odstąpienie ani inne odszkodowanie z tego tytułu.
 5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia, w tym na drodze sądowej, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 6. Kary umowne mogą być potrącane z faktur wraz z uzasadnieniem na podstawie noty księgowej wraz z uzasadnieniem.

§ 10

1. Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11

Strony podpisując niniejszą umowę oświadczają, że posiadają pełnomocnictwa do jej zawarcia.

§ 12

Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Umowa obowiązuje od dnia do dnia z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Wcześniejsze zakończenie realizacji umowy może nastąpić w szczególności w przypadku zrealizowania całej wartości umowy.
3. Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić w sytuacji niezrealizowania w terminie określonym w ust.1 całej wartości umowy .

§ 14

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący dla Zamawiającego. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy Zamawiającego za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zamawiającego.
2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3. O stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 1 może wystąpić także podmiot tworzący dla Zamawiającego

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 16

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią:
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA