

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji (powtórka) oraz dostawa opatrunków specjalistycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany w siwz:

### **WYKONAWCA 3**

#### **Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji opisany poniżej ?

- Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) kłapką
- Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml;
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- Miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
- Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock
- Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
- Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Dren ustabilizowany foliową opaską
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, typu blister-pack z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka/blister-pack,
- Produkt dostępny w wersji bez ftalanów

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

#### **Pakiet 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń krwi wykonany z medycznego PCV ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również; odpowiednio zmiana w siwz.

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza zał. 3.1 po zmianie

*Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*