

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji, środków dezynfekcyjnych oraz narzędzi chirurgicznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców oraz dokonuje zmiany SIWZ w trybie art. 38 ust.4:

**WYKONAWCA 1**

1. Pakiet 1 pozycja 6 i 9: Czy Zamawiający zechce wydzielić wskaźniki dezynfekcji termicznej do odrębnego pakietu, pozostałe materiały w pakiecie 1 dotyczą procesu sterylizacji? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie oferentów.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pakiet 1 pozycja 9: W przypadku negatywnej odpowiedzi na wydzielenie tej pozycji, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wskaźników kontroli skuteczności mycia mechanicznego w jednej płaszczyźnie, z substancją umieszczoną na metalowej blaszce.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pakiet 1 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne z czasem inkubacji do 48 godzin?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pakiet 1 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 25 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana SIWZ.

5. Pakiet 2 pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 350mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

6. Pakiet 2 pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo-polyolefinowy o gramaturze 90 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pakiet 2 pozycja 19: Czy Zamawiający w miejsce rękawa o szerokości 200-210mm dopuści rękaw o szerokości 270mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zapis §9 pkt. 2a projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w dostawie na 0,5% wartości brutto **niedostarczonego w terminie towaru** za każdy dzień? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**WYKONAWCA 2**

*Dotyczy Pakietu nr 12:*

1. Poz. 1– Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuści do oceny preparatu zawierającego w składzie bifenyli-2-ol, związek pochodny fenolu, który może wykazywać działanie mutagenne i rakotwórcze?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga preparatu nie zawierającego w składzie związku bifenyli-2-ol, związku pochodnego fenolu, który może wykazywać działanie mutagenne i rakotwórcze – odpowiednio zmiana w siwz

*Dotyczy Pakietu nr 11:*

1. Poz. 1– Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki z niewielką zawartością alkoholu (2,6%), przeznaczone do dezynfekcji delikatnych powierzchni, głowic USG, inkubatorów, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, przebadane dermatologicznie, działające na B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1, Rota), Tbc?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie wyraża zgody

#### **WYKONAWCA 4**

*Pakiet 10 dezynfekcja 3, poz. 4*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu w opakowaniu 2L z przeliczeniem wymaganych ilości spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź:** tak, zamawiający wyraża zgodę; ilość 20 opakowań 2 litrowych.

*Pytanie*

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

**Odpowiedź:** ilość 20 opakowań 2 litrowych.

*W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.9, 3.10, 3.12 po zmianie*

*Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
Otrzymują firmy zadające pytania*