

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji, środków dezynfekcyjnych oraz narzędzi chirurgicznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców oraz dokonuje zmiany SIWZ w trybie art. 38 ust.4:

**WYKONAWCA 3**

*Dot. pakietu nr 13*

**1. Poz. nr 6**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie trzonka skalpela nr 4 dł. 13,5cm zamiast 12cm..

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**2. Poz. 9 i 19**

Prosimy o dopuszczenie kleszczy naczyniowych Pean nazwa własna Roberts .

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem.

**3. Poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pensety atraumatycznej typ De Bakey szczęki 2mm lub 1,5mm dł. 20cm lub pensety typ Taylor dł. 17cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem.

**4. Poz. 15 i 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pensety chirurgicznej typ USA 1x2 zębki dł. 18cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem.

**5. Poz. 28**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie tacy sterylizacyjnej w rozmiarze 42x32x5cm

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

**WYKONAWCA 5**

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie skrobaczki typu Recamier sztywnej, tępej, o szer. 35 mm i dł. 340 mm, owalnej, lub o szer. 40 mm i dł. 350 mm.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 170 mm.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie pesety DeBakey o szer. szczęki 1,5 lub 2,0 mm.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie pęsety chirurgicznej srednioszerokiej, względnie pęsety chirurgicznej Potts-Smith z dodatkowym ryflowaniem części roboczej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem

Lp. 21 Prosimy o dopuszczenie pęsety chirurgicznej srednioszerokiej, względnie pęsety chirurgicznej Potts-Smith z dodatkowym ryflowaniem części roboczej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem

Lp. 22 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 170 mm.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

Lp.23 Prosimy o dopuszczenie skrobaczki typu Recamier sztywnej, tępej, o szer. 35 mm i dł. 340 mm, owalnej, lub o szer. 40 mm i dł. 350 mm.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

Lp. 28 Prosimy o dopuszczenie tacy narzędziowej o wym. 39,5 x 27,5 x 10 cm, względnie kosza drucianego o wym. 51x25,5x7cm.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

## **WYKONAWCA 6**

*Pytanie nr 1 dotyczy pakiet 13 poz nr 1 i 23*

Czy Zamawiający dopuści Skrobaczkę maciczna typu Recamier kwadratowa równoważną do skrobaczki typu Bumm, tępą, sztywna o długości 31cm ?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

Prosimy o sprecyzowanie jakiej szerokości ma być część pracująca skrobaczki?

**Odpowiedź:** dopuszczamy 4 cm.

*Pytanie nr 2 dotyczy pakiet 13 poz nr 2 i 22*

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki typu Mayo-Stile, zagięte, końce zaokrąglone o długości 17cm lub 21cm ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy nożyczki o dł. 21 cm , odpowiednio zmiana SIWZ.

*Pytanie nr 3 dotyczy pakiet 13 poz nr 6*

Czy Zamawiający dopuści Trzonek do skalpela nr 4, o długości 13,5cm ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ

*Pytanie nr 4 dotyczy pakiet 13 poz nr 14*

Czy Zamawiający dopuści Pensety anatomiczne TAYLOR o długości 17,5cm szer. szczęki 1,8mm ?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

*Pytanie nr 5 dotyczy pakiet 13 poz nr 15 i 21*

Czy Zamawiający dopuści Pensety chirurgiczne typu Stille-Barraya 18-20cm, o zabkach 3:4 ?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

*Pytanie nr 6 dotyczy pakiet 13 poz nr 16 i 20*

Prosimy o sprecyzowanie czy klemy okienkowe Foerster mają być proste czy zagięte ?

**Odpowiedź:** Klemy okienkowe Foerster mają być proste.

*Pytanie nr 7 dotyczy pakiet 13 poz nr 28*

Czy Zamawiający dopuści Tace sterylizacyjne o wymiarach 490x320x14mm ?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

*Pytanie nr 8 dotyczy terminu realizacji zamówienia*

Z uwagi na fakt, iż są to narzędzia wielorazowe a więc ze względu na specyfikę wyrobów oraz możliwości produkcyjne prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

## **WYKONAWCA 7**

**Pytanie 1 Pakiet 1 pozycja 3**

Czy Zamawiający wymaga aby arkusz opasany był w języku polskim oraz spakowany był w papier krepowy lub kartonik?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2 Pakiet 1 pozycja 9**

Czy Zamawiający wymaga aby wskaźnik kontroli mycia umieszczony był na metalowej płytce co w bardziej precyzyjny sposób symuluje mycie narzędzi wykonanych ze stali?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3 Pakiet 2 pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuszcza jak w pozycji 20 zaoferowanie rękawa polyolefinowego w rozmiarze 210mm x 70m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

**Pytanie 4 Pakiet 2 pozycje 11-17**

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawie wskaźniki sterylizacji były opisane jak mają wyglądać przed i po procesie sterylizacji wyklucza to pomyłkę interpretacyjną?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5 Pakiet 2 pozycje 11-17**

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawie umieszczony był piktogram skreślonej dwójki oznaczający wyrób jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

## **WYKONAWCA 8**

1. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 6: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego Pakietu. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.  
**Odpowiedź:** Nie wydzielamy.
2. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia.  
**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.
3. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.  
**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.
4. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 11: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego Pakietu. Testy zgodne z wymaganiami Zamawiającego tj. kompatybilne z inkubatorem Smart-Well oferuje jeden producent którego przedstawicielem na terenie Polski jest również jeden dostawca, stąd podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym Wykonawcom.  
**Odpowiedź:** Nie wydzielamy.
5. Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.  
**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.
6. Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.  
**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.
7. Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr 8-11: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym Wykonawcom.  
**Odpowiedź:** Nie wydzielamy.
8. Dotyczy § 5, ust. 3: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu i dopuszczenie zwiększenia ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.  
**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

*W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załącznik 3.1, 3.6, 3.13 po zmianie*

*Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych mgr Gabriela Rokitowska*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*