

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa leków (uzupełnienie) oraz sprzętu medycznego do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców.

WYKONAWCA 5

Pakiet 14 – pojemniki na próbki histopatologiczne

Czy zamawiający w pkt.1 dopuści pojemnik o pojemności 30 ml i wym: 35x55mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

WYKONAWCA 6

Pakiet 14

Prosimy o dopuszczenie pojemnik na próbki histopatologiczne, plastikowy, bezbarwny, zakręcany, śr. 39mm, wys. 55mm, poj. 30ml

Odpowiedź: Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania

Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med Wiesław Więckowski