

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę części i komponentów do aparatury medycznej do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany Siwz:

WYKONAWCA 5

*Pytania nr.1 do Pakietu nr 20, Akcesoria do lithoclastu i PCNL- **pkt.2 - Sonda do lithoclastu, średnica 1,0 mm, dł. 490mm***

W związku z tym, iż producent lithoclastu nie produkuje już sondy o średnicy 1mm i długości 490mm czy Zamawiający dopuści :

sondy do lithoclastu o średnicy 1,0 mm i długości 605mm,

lub

sondy do lithoclastu o średnicy 0,8 mm i długości 490,

lub

Sondy do lithoklastu, średnica 2,0 mm i długości 490 mm?

Odpowiedź: dopuszcza się sondę o średnicy 0,8 mm i długości 490 mm.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza po zmianie: zał. 3.20

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*

Podpisała Z-ca Dyrektora ds Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska