

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę środków czystościowych, sprzętu gospodarczego, naczyń jednorazowych, pojemników na zużyte igły i strzykawki, dozowników, koszy, papierów med. (EKG, USG, KTG, EEG) i żeli, worków na odpady, pieluch jednorazowych, zestawów jednorazowych dla noworodków; narzędzi artroskopowych, drenów do pompy artroskopowej, wózka do przewożenia pościeli, niszczarki, akcesoriów do kardiomonitora Phoebe Pro (powtórki) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

Pakiet nr 1 poz. 4, 5, 15

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: Papier ma być z nadrukiem- **uzupełnienie opisu w SIWZ zał.3.1 poz.4,5,15**

Pakiet nr 1 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o podanie czułości wymaganego papieru: SE czy HD?

Odpowiedź: Wymagana standardowa czułość, pozostałe parametry zgodnie SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 215x20 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy- odpowiednio **zmiana SIWZ zał.3.1 poz.9**

Pakiet nr 1 poz.13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie pełnego rozmiaru papieru dł. X szer. X ilość kartek.

Odpowiedź: Rozmiaru papieru dł. 90 szer. 90 ilość kartek 200- **odpowiednio zmiana SIWZ zał.3.1 poz.13**

Projekt umowy- §3 pkt. 2

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem na wyznaczone miejsce składowania? Czy Zamawiający wymaga jednego czy kilku miejsc dostaw (np roznoszenie po oddziałach, rozkładanie towaru na półki)?

Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.)

Odpowiedź: Dostawa do magazynu gospodarczego.

Projekt umowy- §5 pkt. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §5 ust. 3 projektu umowy, i dopuszczenie zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę)

towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem §6 pkt. 2 lit.c projektu umowy „w przypadku zmiany podatku VAT dostosowującej podatek VAT od wyrobów medycznych do stawek wynikających z dyrektywy UE w tym zakresie, dopuszcza się zmianę wartości i cen brutto przedmiotu zamówienia”

Projekt umowy- §9 pkt. 2b i §9 pkt. 3

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w §9 pkt. 2b i §9 pkt. 3 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 2

Dotyczy Pakietu nr 6 – Pojemniki na zużyte igły i strzykawki, pkt. 7 – Pojemnik ogółem 0,50 l (okrągły). Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,5 – 0,8 l, okrągły?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy, oferowany pojemnik powinien mieć średnicę 8-10cm- **odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.6 poz.7**

WYKONAWCA 3

Pakiet nr 12- Narzędzia do artroskopii.

Poz.1-5) Prosimy o dopuszczenie narzędzi o średnicy szafu (płaszcz) 3,4mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy, odpowiednio **zmiana SIWZ- załącznik 3.12 poz.1-5**

Poz.2,5) Kleszczyki o szer. koszyczka 2,0mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz.9) Chondropick kąt wygięcia ostrza 45 stopni, prowadnica prosta, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

WYKONAWCA 4

Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 3.6 – Pakiet nr 6 – Pojemniki na zużyte igły i strzykawki w pozycji nr 7 wymaga pojemników 0,5l (okrągłych). Czy zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki 0,7l. (okrągły)?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy, zgodnie ze zmianą w odpowiedzi WYKONAWCA 2.

WYKONAWCA 5

• Czy w pakiecie nr 7 poz. 7 Zamawiający zgodzi się zaoferować preparat w opakowaniu 0,5L z odpowiednim przeliczeniem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, odpowiednio **zmiana SIWZ zał. 3.7 lp.7**

• Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 11, zagęszczonego płynu do mycia i dezynfekcji, o właściwościach dezynfekujących i wybielających na bazie nadtlenu wodoru i kwasu nadoctowego? Pozostałe właściwości bez zmian.

Odpowiedź: Tak, odpowiednio **zmiana SIWZ zał. 3.7 lp.11**

• Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 15 dopuści preparat o pojemności 0,75 L?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk z zaokrągleniem w górę - **zmiana SIWZ zał. 3.7 lp.15**

• Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 18 dopuści mydło o pojemności 0,5L. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk- **zmiana SIWZ zał. 3.7 lp.18**

• Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 31 zgodzi się na zaoferowanie preparatu do ręcznego i mechanicznego czyszczenia wodoodpornych powierzchni podłogowych, skutecznie usuwa brud, działa nablyszczająco, nie pozostawia trudnej do usunięcia powłoki; o gęstości preparatu: 1,020-1,030 g/cm³ i pH:10,0-11,5; w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni stosowany płyn w rozcieńczeniu: od 1:30 do 1:40?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

WYKONAWCA 6

Pakiet nr 16 Akcesoria do kardiomonitora Phoebe Pro

Poz. 1, 2, 3, 5

Prosimy o podanie nr katalogowego oryginalnych lub obecnie stosowanych części.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym za pomocą zdjęć poglądowych – załącznik nr 3.16a do SIWZ. W świetle ustawy Pzp art.29 ust.3 niedopuszczalne jest wskazanie pochodzenia, dlatego Zamawiający nie może podać nr katalogowego oryginalnych lub obecnie stosowanych części.

WYKONAWCA 7

1) Wzór umowy Załącznik nr 4a par. 5 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 lit b). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu poprzez zapis o możliwości zmian cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody, jednak zgodnie z zapisem §6 pkt. 2 lit.c projektu umowy „w przypadku zmiany podatku VAT dostosowującej podatek VAT od wyrobów medycznych do stawek wynikających z dyrektywy UE w tym zakresie, dopuszcza się zmianę wartości i cen brutto przedmiotu zamówienia”

2) Wzór umowy Załącznik nr 4a par. 9 ust. 2 lit b). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(...) w wysokości 5% wartości umowy(...)” na zapis: „(...) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy (...)”.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

3) Wzór umowy Załącznik nr 4b par. 8 ust. 2 lit a). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „w wysokości 1 % wartości brutto określonej w par. 2 ust.1 (...)” na zapis: „w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy (...)”.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

4) Wzór umowy Załącznik nr 4b par. 8 ust. 2 lit b). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „w wysokości 5 % wartości brutto określonej w par. 2 ust.1 (...)” na zapis: „w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy (...)”.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Załącznik nr 3.1, 3.6, 3.7, 3.12 zmiana odp.1

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania