

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „*Dostawę materiałów sterylizacyjnych , środków czystościowo – dezynfekujących (powtórka), elektrod do neuromonitora w chirurgii tarczycy, płyt CD-R I DVD oraz dzierżawę aparatu wraz z dostawą odczynników z zakresu serologii (uzupełnienie), do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie*”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

Pakiet 1 pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby test skonstruowany był w technologii odczytu substancji przesuwalnej co w 100% eliminuje omyłkę interpretacyjną i zdecydowanie wydłuża czas archiwizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby test skonstruowany był w technologii odczytu substancji przesuwalnej co w 100% eliminuje omyłkę interpretacyjną i zdecydowanie wydłuża czas archiwizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby arkusz opasany był w języku polskim oraz spakowany był w papier krepowy lub kartonik?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja nr 9

Czy Zamawiający wymaga aby wskaźnik kontroli mycia umieszczony był na metalowej płycie co w bardziej precyzyjny sposób symuluje mycie narzędzi wykonanych ze stali?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający wymaga aby populacja sporów była na poziomie 10^{-6} ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

WYKONAWCA 2

Pakiet 1, poz. 11:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie wskazanej pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA 3

1. Pakiet 1 pozycje 6 i 9: Czy Zamawiający zechce wydzielić wskaźniki dezynfekcji termicznej do odrębnego pakietu, pozostałe materiały w pakiecie 1 dotyczą procesu sterylizacji? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

2. Pakiet 1 pozycja 9: W przypadku negatywnej odpowiedzi na wydzielenie tej pozycji, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wskaźników kontroli skuteczności mycia mechanicznego w jednej płaszczyźnie, z substancją umieszczoną na metalowej blaszce. Razem ze wskaźnikami zostanie dostarczony przyrząd testowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

3. Pakiet 1 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne z czasem inkubacji do 48 godzin?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

4. Pakiet 1 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 25 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, wielkość opakowania po 25 szt. została już przez Zamawiającego dopuszczona w siwz

5. Zapis §17 pkt. 2a projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w dostawie na 0,5% wartości brutto **niedostarczonego w terminie towaru** za każdy dzień? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

WYKONAWCA 4

Pakiet 4 - ELEKTRODY DO NEUROMONITORA W CHIRURGII TARCZYCY PYTANIA do SIWZ

Pkt. 1.

Czy zamawiający dopuszcza; elektroda powierzchniowa 4-kanalowa naklejana spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną rozmiaru 7-9 mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 37x37mm obejmująca cały obwód (360 stopni) rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna. Produkt jednorazowy, sterylny do monitorowania nerwu krtaniowego.

Odpowiedź: tak zamawiający dopuszcza produkt o następujących parametrach: elektroda powierzchniowa 4-kanalowa naklejana spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną rozmiaru 7-9 mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 37x37mm obejmująca cały obwód (360 stopni) rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna. Produkt jednorazowy, sterylny do monitorowania nerwu

W załączeniu do Nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.4 do SIWZ

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*