

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu i aparatury medycznej, wózków inwalidzkich, wózków platformowych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców.

WYKONAWCA 1

Zadanie nr 1: Respirator stacjonarno-transportowy

Lp. III.6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z czasem wdechu w zakresie 0,1 – 3,0 sek.?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Lp. III.8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator ze skokowa regulacją czasu przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Lp. IV.5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez monitorowania przecieku? Nasz respirator posiada funkcję automatycznej kompensacji przecieków.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Lp.VI.5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z alarmem rozłączenia układu oddechowego bez regulowanego czasu rozłączenia?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych - mgr Gabriela Rokitowska

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*