

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ureterorenoskop Kompaktowy

Przedmiot zamówienia:

Wykonawca/Producent:

Typ urządzenia / Model:

Rok produkcji: 2016 (sprzęt fabrycznie nowy – nie powystawowy)

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr, początkowy mniejszy o minimum 1,5 Charr., co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 5 Charr., możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum 3 Charr., wymiar wewnętrzny kanału minimum 5,1x6,2 Charr. Kąt patrzenia optyki 10-15°, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm. * dopuszcza się zaoferowanie URS-u o maksymalnym wymiarze 13,5 Charr przechodzącym na wymiar 9,5 Charr i końcówce dystalnej 8 charr. oraz kącie patrzenia optyki 6 stopni	TAK	
2.	Kleszczyki sztywne, szczęki krótkie „Aligator”, 5 Charr., długość robocza 550-560mm. * dopuszcza się zaoferowanie kleszczyków o długości 600 mm	TAK	
3.	Kleszczyki sztywne, szczęki długie „Aligator”, 5 Charr., długość robocza 550-560mm. * dopuszcza się zaoferowanie kleszczyków o długości 600 mm	TAK	
4.	Inne		
5.	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji.	TAK	
6.	Okres gwarancji: minimum 36 miesiące	TAK, PODAĆ	
7.	Autoryzowany serwis gwarancyjny z siedzibą na terenie Polski Zgłoszenia serwisowe 24 godziny /dobę	TAK	

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY- WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	(podać: nr telefon, nr faksu, e-mail, pod które będą zgłaszane usterki, oraz godziny pracy serwisu). Czas reakcji serwisu do 48 godzin.		