

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa części i komponentów do aparatury medycznej, środków czystości (powtórka) oraz lampy do tomografu komputerowego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany w siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 4

Pytanie 1.

Dotyczy Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych – załącznik 3.10a, pkt 14

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 14 Zamawiający wymaga od Wykonawców Oświadczenia wystawionego przez producenta tomografu komputerowego Lightspeed VCT lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego, że zaoferowana lampa jest przeznaczona do tomografu komputerowego 64 rzędowego Lightspeed VCT produkcji GE Healthcare, jest z nim kompatybilna i spełnia wymogi w zakresie prawidłowego funkcjonowania tomografu w tym zakresie.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania lampy równoważnej, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta tomografu komputerowego GE Lightspeed VCT lub oświadczenie podmiotu upoważnionego przez producenta tomografu komputerowego GE Lightspeed VCT wskazujące zaoferowaną lampę jako lampę przeznaczoną do tomografu komputerowego GE Lightspeed VCT.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga Oświadczenia producenta tomografu komputerowego GE Lightspeed VCT lub oświadczenie podmiotu upoważnionego przez producenta tomografu komputerowego GE Lightspeed VCT o pełnej kompatybilności zaoferowanej lampy z oprogramowaniem tomografu, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi tomografu komputerowego GE Lightspeed VCT.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska