

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa endoprotez, implantów i innych materiałów ortopedycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców.

WYKONAWCA 2

Dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający w **Pakiecie 9** dopuści zestaw do autotransfuzji krwi składający się z: dwa dreny typu Redon z trokarami, silikonowy mieszek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona, dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji, worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu, w zestawie oddzielnie pakowany przyrząd do przetaczania krwi?

Odpowiedź: Nie (brak filtra kaskadowego).

WYKONAWCA 3

Pakiet nr 9

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do retransfuzji pełnowartościowej krwi po zamknięciu pola operacyjnego bez niszczenia elementów morfotycznych z początkowym aktywnym drenażem 65 mm Hg renomowanej firmy (...). Zestaw umożliwiający automatyczne przejście aktywnego drenażu na pasywny 25 mm Hg bez rozłączania systemu; składający się z: dwóch drenów z perforacją helikalną z trokarami w rozmiarze: 12,14,16,18 CH (do wyboru zgodnie z zamówieniem) o długości perforacji minimum 600 mm; łącznik Y; mieszka o pojemności 125 ml bez elementów mechanicznych, z zastawką przeciwwrotną i worka na krew o pojemności 700 ml z filtrem 200µ i zastawką przeciwwrotną; dodatkowy worek na drenaż o pojemności 700 ml bez filtra, z zastawką przeciwwrotną i z kranikiem spustowym typu T oraz aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 40 µ.

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy zestaw do autotransfuzji ma posiadać linię do przetoczenia krwi z filtrem kaskadowym o poziomie filtracji trójstopniowej 175/40/10 µ, tak jak dotychczas stosowany.

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu stabilności połączenia zestaw do autotransfuzji ma zawierać sztywny, niedocinany łącznik typu Y z dokręcanymi połączeniami drenów?

Odpowiedź Ad1-3: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

Do SIWZ

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przedłożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymogów w tym zakresie i Zgodnie z siwz (Rozdz. VII ust 2 i 3 SIWZ) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń w tym zakresie:

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu ulotek oferowanych wyrobów medycznych oraz dopuszczeniu wyrobów medycznych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późn.zm.) i innymi przepisami obowiązującymi. *Zamawiający ma prawo zażądać w każdym czasie do wglądu w/w dokumentów oferowanego przedmiotu zamówienia, a Wykonawca winien je przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu do wglądu.*

Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ

Wykonawca 4

Pytanie 1, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 może doprecyzować ile wymaga sztuk drutu nitinolowego do wprowadzania śrub?

Odpowiedź: ilość sztuk drutu nitinolowego: połowa ilości śrub tj. 15 szt.

W załączeniu do Nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.3 i 3.9 po zmianie

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*