

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa endoprotez, implantów i innych materiałów ortopedycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców oraz dokonuje zmiany siwz w trybie art. 38 ust.4 w/w ustawy:

**WYKONAWCA 5**

**Pakiet nr 14**

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści możliwość oferowania śrub zaślepiających w zakresie 0-5mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana w siwz.

2. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści możliwość oferowania wkrętów blokujących w zakresie dł. 25-60mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana w siwz

3. Prosimy o doprecyzowanie w poz. nr 1 jaka ilość wkrętów ma się składać na 1 komplet gwoźdza ramiennego krótkiego

**Odpowiedź:** 6 wkrętów

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 gwoździ według własnych rozwiązań konstrukcyjnych co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców jak również uczyni postępowanie bardziej konkurencyjnym, a Zamawiającemu pozwole wybrać ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Gwóźdź śródszpikowy krętarszowy długi długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) średnica części dalszej 10-12mm; 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 130°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm (dł.80-120mm) wraz ze elementem ustalającym. Element ustalający montowany przez producenta wewnątrz gwoźdza. W części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm(dł.70-110mm). Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5mm(dł.80-120mm) w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. Kaniulowane śruby zaślepiające w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. System wykonany ze stopu tytanu. Skład kompletu: gwóźdź z elementem ustalającym, śruba zespalająca 10,5 lub śruba teleskopowa 10,5mm, śruba zespalająca 5mm, blokada śruby zespalającej, 2 śruby blokujące, zaślepka

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 gwoździ według własnych rozwiązań konstrukcyjnych co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców jak również uczyni postępowanie bardziej konkurencyjnym, a Zamawiającemu pozwole wybrać ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Gwóźdź śródszpikowy krętarszowy krótki długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) średnica d=10÷12mm (ze skokiem co 1mm) dla części dalszej, 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm (dł.80-120mm) wraz ze elementem ustalającym. Element ustalający montowany przez producenta wewnątrz gwoźdza. W części dalszej blokowany wkrętami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm(dł.70-110mm). Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5(dł.80-120mm) w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. Kaniulowane śruby w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. System wykonany ze stopu tytanu. Skład kompletu: gwóźdź z elementem ustalającym, śruba zespalająca 10,5 lub śruba teleskopowa 10,5mm, śruba zespalająca 5mm, blokada śruby zespalającej, 2 śruby blokujące, zaślepka

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

6. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści możliwość oferowania gwoździ udowych w zakresie fi 9-12 i dł. 300-460mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

7. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści możliwość oferowania gwoździ puszczelowych w zakresie fi 8-10mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

8. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści możliwość oferowania gwoździ puszczelowych w zakresie dł. 270-390mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

9. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści możliwość oferowania gwoździ ramiennych w zakresie fi 8-9mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

10. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści możliwość oferowania gwoździ ramiennych w zakresie dł. 180-320mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

11. Czy w poz. 7 nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast „dł. 30-520mm” powinno być „dł. 300-520mm”?

**Odpowiedź:** Tak, winno być: dł. 300-520 mm

12. Czy Zamawiający w poz.7 dopuści możliwość oferowania gwoździ udowych w zakresie fi 9-12 i dł. 300-460mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana w siwz

13. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści możliwość oferowania dynamicznego stabilizatora kłykciowego w zakresie 6-20 otworów?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana w siwz

14. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści możliwość oferowania śrub szyjkowych o dł. gwintu 18mm zamiast 22mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

15. Czy w poz. 8 nie nastąpiła omyłka pisarska w postaci przekopiewania z poz. nr 7 zapisu „ w wersji: kaniulowany”? Prosimy o usunięcie omyłkowego zapisu.

**Odpowiedź:** Tak, winno być: w wersji: śruba kaniulowana stalowa.

16. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści możliwość oferowania śrub kompresyjnych o rozmiarze 31 mm zamiast 36 mm?

**Odpowiedź:** Tak, odpowiednio zmiana w siwz

17. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści możliwość oferowania śrub szyjkowych w długości 55-125 mm zamiast 50-125 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza także śruby szyjkowe w długości 55-125 mm.

18. Czy Zamawiający w poz. 9 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu sterylności i dopuści implanty niesterylne? Cena implantów sterylnych jest znacznie wyższa niż implantów niesterylnych, sterylizację zaś można przeprowadzić w szpitalu przed zabiegiem.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu radioprzezierności instrumentarium do systemu DHS/DCS?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

#### **Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ oraz projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający zmieni w §3 ust. 7 oraz w rozdziale II, pkt. 5 SIWZ wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane uzgodnione pomiędzy obiema stronami w odniesieniu do pakietu nr 14?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §3 ust.5: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy

2. Czy Zamawiający zmieni termin wskazany w §3 ust. 7 z 3 dni na 3 dni robocze?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy korygując zapisy umowy wg zasad ustalonych w siwz Rozdz. II ust.5; w § 3 ust 7 zd. drugie otrzymuje zatem brzmienie: Uzupelnienie „banku” następować będzie w terminie tak jak dla dostawy, zaoferowanym przez Wykonawcę w specyfikacji asortymentowo – cenowej, licząc od

dnia złożenia zamówienia wysłanego faxem lub pisemnie przez Kierownika Apteki Szpitalnej (*zapis dotyczy Pakietów: 1,2,3,5,6,8,14.*)

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza wzór umowy po zmianie.

3. Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia/ zamówienia (§3 ust.7) – dot. produktów oddanych w depozyt?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

**Odpowiedź:** Zamawiający w przesłanym zamówieniu załączył informacje dot. zużycia produktów oddanych w depozyt, w tym datę zużycia.

4. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 7, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt, co potwierdzi informacja załączona do zamówienia (dot. uzupełnienia depozytu).

5. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9 ust. 2:

a. Lit a z 0,5% wartości złożonego zamówienia na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,

b. Lit b z 0,1% wartości umowy na 0,2% wartości niedostarczonych produktów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy § 9 ust 2a wykreśla się sformułowanie „licząc od czwartego dnia od daty zamówienia”. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza wzór umowy po zmianie.

6. Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 5, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

#### **WYKONAWCA 6**

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 14 poz, 9** odstąpi od wymogu dostarczania implantów sterylnych?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz 9 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o rozmiarze 32 mm zamiast 36 mm?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz.

W załączeniu do Nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.14 po zmianie

*Podpisał Lekarz Naczelny - dr n.med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*