

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa urządzeń do mechanicznych zespołów jelitowych i materiałów operacyjnych, siatek przepuklinowych i taśm przy nietrzymaniu moczu do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany SIWZ.

**WYKONAWCA 1**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 w pozycji 1 i 2 sterylne siatki przepuklinowe wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,08mm, grubość siatki 0,32mm, gramatura 27,5 g/m<sup>2</sup>, rozmiar zgodny ze specyfikacją.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

**WYKONAWCA 2**

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na worek laparoskopowy o wym. 11cm x 21 cm jak dotychczas stosowany?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

*-W załączeniu do nin. odp. Zamawiający zamieszcza załącznik 3.4 i 3.7 po zmianie*

Podpisał: dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
Otrzymują firmy zadające pytania*