

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców, udzielając wyjaśnień dotyczących treści SIWZ i dokonując odpowiednio zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 3

Dotyczy Pakiet Nr 19 testy paskowe do analizy moczu (aparat...)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków testowych do analizy moczu spełniających wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego do innego aparatu o parametrach nie gorszych niż aparat, gdzie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia nowego aparatu na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pasków testowych do analizy moczu spełniających wszystkie parametry określone w SIWZ, analizator musi spełnić określone w SIWZ warunki graniczne.

WYKONAWCA 4

PAKIET 15

1. Prosimy o sprecyzowanie – czy w punkcie 2 oceny parametrów aparatury do badań koagulologicznych – Zamawiający oczekuje podania ilości materiału lub wzorca dla konkretnego badania czy zakresu dla wszystkich badań?
2. Prosimy o sprecyzowanie – czy w punkcie 3 oceny parametrów aparatury do badań koagulologicznych – Zamawiający oczekuje podania ilości odczynnika dla konkretnego badania czy zakresu dla wszystkich badań?

Odpowiedź: Punkt 2 i 3 : dotyczy badań PT i APTT.

WYKONAWCA 5

Dotyczy: punkt 9 parametrów granicznych pakiet nr 14

Prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest wykorzystanie pomiaru optycznego komórek WBC z użyciem dwóch oddzielnych torów przygotowania próbki z różnymi odczynnikami. Rezultatem jest uzyskanie dwóch oddzielnych skattegramów dla WBC całkowitego i bazofili oraz dla rozdziału DIFF. Czy Zamawiający zgadza się na podanie metodyki rozdziału próbki w sposób graficzny na wykresie z wskazaniem właściwych kanałów pomiarowych dla danych komórek krwi?

Odpowiedź: Intencją zamawiającego jest obecność w oferowanym sprzęcie dwóch niezależnych kanałów pomiarowych dla różnicowania WBC – oddzielny dla Basofilii.

Zgadzamy się na podanie metodyki i graficznej prezentacji.

Publikacja strona internetowa Zamawiającego.

Otrzymują: firmy zadające pytania.

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny