

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa opatrunków oraz pasków do glukometrów do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany SIWZ.

WYKONAWCA 7

Pakiet 12: Dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem 35 szt glukometrów

1. Czy Zamawiający dopuści glukometr, którego wynik pomiaru podawany jest dla krwi pełnej?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz
2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby opakowanie łączne zawierało 50 szt. pasków, pakowanych w dwa osobne pojemniki, co umożliwi ich otwarcie w różnych terminach, wydłużając jednocześnie ich okres przydatności?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający dopuści dolną granicę badania glukometru 10 mg/dl, który pozwala na badania hipoglikemii?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
4. Czy Zamawiający dopuści górną granicę badania glukometru 900 mg/dl, który pozwala na badania hiperglikemii?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
5. Czy Zamawiający dopuści glukometr o zakresie badania hematokrytu 0-70%?
Odpowiedź: Tak, Zakres wymagany przez zamawiającego w opisie zawiera się w proponowanym zakresie.
6. Czy Zamawiający dopuści glukometr o zakresie badania hematokrytu 10-70%?
Odpowiedź :Tak, Zakres wymagany przez zamawiającego w opisie zawiera się w proponowanym zakresie.
7. Jaką ilość płynów kontrolnych Zamawiający uzna za wystarczającą na czas trwania umowy?
Odpowiedź: Jeżeli płyny kontrolne będą używane to Zamawiający potrzebuje ok.30szt.
8. Czy Zamawiający dopuści, aby płyny kontrolne do glukometrów pakowane były po dwa roztwory w jednym opakowaniu, jeden o niskim i jeden o wysokim stężeniu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
9. Czy Zamawiający dopuści metodę oznaczania glikemii GDH-FAD, która gwarantuje rzetelne wyniki pomiaru pomimo obecności we krwi innych niż glukoza cukrów prostych oraz minimalizuje interferencje rozpoznając 74 substancje endo i egzogenne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

WYKONAWCA 11

Dotyczy pakietu nr 12:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl

TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pkt. 2 par. 5 projektu umowy oraz dopisanie pkt. 3 par. 5 projektu umowy o następującej treści: „W razie urzędowej zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla stron wiążąca będzie stawka podatku VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury. Bez zmian pozostaną ceny jednostkowe netto.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ i umowy

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby z pytania nr 3 prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów w par. 6 pkt 1 b projektu umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ i umowy

WYKONAWCA 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 wyrazi zgodę i dopuści system, który charakteryzuje się następującymi równoważnymi lub przewyższającymi parametrami:

- Metoda pomiaru z wykorzystaniem wariantu dehydrogenazy glukozy z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- Wynik podawany w jednostkach mg/dL lub mmol/l

Odpowiedź: Parametr zawarty w opisie

- Zakres hematokrytu min. 10-65%

Odpowiedź: Tak, Zakres wymagany przez zamawiającego w opisie zawiera się w proponowanym zakresie.

- Czas pomiaru 5 sekund

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

- Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl

Odpowiedź: Tak, wielkość próbki wymagana przez zamawiającego w opisie zawiera się w proponowanej wielkości

- Brak konieczności kodowania

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 12 będzie wymagał, aby test paskowy po pierwszym otwarciu folki posiadał przydatność do użycia do daty ważności podanej na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 12 będzie wymagał, aby test paskowy umożliwiał pomiar w temperaturze 8-44°C?

opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załącznik 3.12 po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesława Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*