

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Wózek medyczny z nadstawką- 1szt.

Nazwa.....typ.....rok produkcji.....

LP	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć. * <i>dopuszcza się zaoferowanie wózka, którego korpus wykonany jest z blachy aluminiowej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć - pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu zapewniające sztywność i wygluszenie</i>	TAK, podać	
2.	Prowadnice szuflad – teleskopowe, kulowe z pełnym wysuwem z mechanizmem domykającym i ogranicznikiem wysuwu, zapewniającymi wysoką nośność szuflad; wyposażone również w blokady chroniące szuflady przed otwarciem podczas transportu	TAK, podać	
3.	4 koła skrętne, dwurołkowe, odprowadzające ładunki elektryczne o średnicy Ø 125 mm, w tym min. 2 z hamulcem. * <i>dopuszcza się zaoferowanie wysokiej jakości wózka wyposażonego w 4 pojedyncze cichobieżne koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące i nie zostawiające śladów (3koła z blokadą, 1 antystatyczne)</i>	TAK, podać	
4.	Wózek wyposażony w 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. * <i>dopuszcza się zaoferowanie wysokiej jakości wózka wyposażonego w listwę odbojową wzdłuż całej podstawy wózka zamiast krążków odbojowych nad kołami</i>	TAK, podać	
5.	Wózek wyposażony w 3 szuflady z uchwytami , zamykane centralnie	TAK, podać	
6.	Wymiary wózka: Szer.(S) x Gł.(G) x Wys.(H) 960 * <i>lub</i> 835 x600x900 mm (+/- 50mm)	TAK, podać	
7.	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej.	TAK, podać	
8.	Błat z tworzywa ABS z burtami zabezpieczającymi przewożone elementy przed spadaniem	TAK, podać	
9.	WYPOSAŻENIE : - nadstawka 5+4 pojemników uchylnych - wysuwany blat boczny - szyna sprzętowa boczna z pojemnikiem na cewniki * <i>dopuszcza się zaoferowania wysokiej jakości wózka z pojemnikiem na cewniki mocowanym do relingów w narożnikach,</i> * dł. ok.50cm , * gęsta siatka lub pełny - uchwyt do pojemników na zużyte igły i strzykawki (pojemnik na wyposażeniu)	TAK, podać	
10.	Wysokość szuflad (kolejność od blatu): 1) 175 mm/ wys. * <i>lub</i> 1) 150 mm 2) 175 mm/ wys. 2) 150 mm 3) 250 mm/ wys. 3) 210 mm	TAK, podać	
11.	Wózek fabrycznie nowy, nieużywany	TAK, podać	
12.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	
13.	Kolor niebieski minimum dwa odcienie do wyboru.	TAK, podać	

.....
PODPIS