

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa, montaż, uruchomienie lampy do RTG oraz akcesoriów do terapii podciśnieniowej wraz z dzierżawą aparatu(pakiet 3) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany SIWZ.

**WYKONAWCA 1**

**Przedmiot zamówienia – Pakiet nr 2 :**

1. **Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego małego składającego się z :
  - a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm
  - b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu
  - c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm.Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

2. **Poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbiorników 300 lub 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180 cm.  
Kompatybilne z jednostką pracującą w zakresie podciśnienia 20-250 mmHg.?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

3. Czy można zaoferować akcesoria do urządzenia (...) wypożyczonego przez firmę w cenie zakupu tych akcesoriów.?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

**Przedmiot zamówienia – Pakiet nr 3 :**

4. **Poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego M- Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:
  - a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm
  - b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu
  - c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

5. **Poz. 2** – Czy można zaoferować jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml, z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180 cm?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

6. **Poz. 1,2** – Czy można zaoferować opatrunki i zbiorniki pakowane w opakowania a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, odpowiednio zmiana SIWZ.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załącznik 3.2 i 3.3 po zmianie.

*Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych mgr Gabriela Rokitowska*